



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

**tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl**

DZPZ-530-Zp/91/PN-82/12

Wałbrzych, 23.11.2012r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy implantów do operacji kręgosłupa”.

-Zp91/PN-82/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:

„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy”?

Odp. Nie. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

Zmianę brzmienia § 9 ust. 1 wzoru umowy na następujące:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

- 1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”,
- 2) 4 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Nie. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 3 dot. Pakietu 3: Czy Zamawiający dopuści do w/w przetargu następujące rozwiązania:

- materiał- tytan;

- system mocowania opartym na jednym elemencie blokującym tulipanowym charakterze części mocującej śruby;
- nakrętka bez gwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta z użyciem klucza dynamometrycznego;
- śruba wieloosiowa o kącie wychylenia 30 stopni;
- możliwość zablokowania wieloosiowości śrub na pręcie w celu zachowania krzywizny anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji;
- gwint dwuzwojowy dla szybszego prowadzenia śruby;
- śruby kaniulowane wielokątowe o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby o średnicach 5,5- 8,5mm (zeskokiem co 1mm) i długościach 30-90mm (zeskokiem co 0,5mm);
- pręty gładkie o średnicy 5,5mm z ostrym zakończeniem ułatwiającym aplikację przezskórną długościach: proste 80-300 mm, wygięte 40-95mm;
- zestaw zapewniający odpowiednią, stałą i powtarzalną siłę docisku elementu blokującego (klucz dynamometryczny);
- możliwość przeprowadzenia dystrakcji oraz kompresji na śrubie;
-
- możliwość aplikacji układu przez kilka niewielkich nacięć skóry bez konieczności klasycznego wielocentymetrowego otwarcia;
- instrumentarium pozwalające na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego prowadzenia do gniazd śrub;
- określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub);
- możliwość przezskórnej korekcji kręgozmyków,
- implanty i narzędzia w metalowych pojemnikach do sterylizacji i przechowywania.



Odp. Nie

Pyt. 4 dot. Pakietu 18: Czy Zamawiający dopuści do w/w przetargu następujące rozwiązania:

- narzędzie do podawania implantu umożliwiające blokowanie i odblokowywanie przegubu implant (ruchomości implantu) względem narzędzia;
- kształt pubanów;
- ząbkowanie powierzchni kontaktu z blaszką graniczną;
- trzy talafile z nacznikami zapewniającymi radiologiczną kontrolę położenia implantu;
- otwór umożliwiający wypełnienie kością lub biomateriałem;
- implanty o rozmiarach powierzchni dotrzonowych 10x28mm oraz 11x33mm;
- wysokość implantów 7-13mm (zeskokiem co 1mm), 15mm oraz 17mm.



Odp. Nie

Pyt. 5 dot. Pakietu 19: Czy Zamawiający dopuści do w/w przetargu następujące rozwiązania:

- narzędzie do podawania implantu umożliwiające blokowanie i odblokowywanie przegubu implant (ruchomości implantu) względem narzędzia;
- kształt tuby i anan;
- ząbkowaną powierzchnię kontaktu z blaszką graniczną;
- trzypalcowe znaczniki zapewniające radiologiczną kontrolę położenia implantu;
- otwór umożliwiający wypełnienie kością lub biomateriałem;
- implanty o rozmiarach powierzchni do trzonowych 10x28mm oraz 11x33mm;
- wysokość implantów 7-13mm (zeskokiem co 1mm), 15mm oraz 17mm.



Odp. Nie

Pyt. 6 dot. Pakietu 31: Czy Zamawiający dopuści do w/w przetargu następujące rozwiązania:

- wysokość implantu 24-119mm;
- blokowanie implantu po rozszerzeniu za pomocą śruby blokującej;
- płytki graniczne o karbowanej powierzchni z kolcami stabilizującymi;
- pozostałe parametry bez zmian.



Odp. Nie

Pyt. 7 Dotyczy: Pak. 2 – Międzytrzonowa stabilizacja przednia kręgosłupa szyjnego

Czy Zamawiający, w pakiecie nr 2, dopuści zaoferowanie implantu o dwóch głębokościach 13mm i 15mm, wypełnionego substytutem kości w postaci monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru klatki (skład trójfosforan wapnia) oraz pasty do alternatywnego wypełnienia implantu. W pełni wyposażone instrumentarium z wymaganym dystryktorem pionowym o ramionach równoległych rozsuwanych płynnie na ząbkowanej ramie. Pozostałe, wymagane parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

Pyt. 8 Dotyczy: Pak. 12 – Zestaw do kyfoplastyki balonowej. Cement PMMA

Czy zamawiający, w pakiecie nr 12, dopuści system do kyfoplastyki balonowej wraz z cementem bioprzebudowywalnym, o następujących parametrach technicznych:

- Igła skośna o rozmiarze 13G – 1szt.,
- Prowadnica prosta 2 szt.,
- Wiertło kostne 1 szt.,
- Trokar z kanałem umożliwiającym nałożenie go na prowadnicę – 1 szt.,
- Kaniula robocza nakładana na trokar, przez którą po wysunięciu trokara można wprowadzić do trzonu balon i podajnik cementu – 2 szt.,
- Cewnik zakończony balonem, przeznaczonym do rozprężania trzonu – 2 szt.,
- Dostawca gwarantuje balony o pojemnościach 2ml oraz 3ml i dwóch długościach –15 i 20mm,
- Balon zapewnia osiągnięcie ciśnienia maksymalnego 400 psi,
- Pompa wypełniana płynem cieniодajnym służąca do rozprężania balona, pozwalająca osiągnąć ciśnienie w układzie pompa-balon wynoszące 400 psi – 2 szt.,
- Komplet: podajnik cementu wraz z tłokiem. Podajnik cementu o pojemności 1,5ml i średnicy umożliwiającej przeprowadzenie podajnika przez kaniulę roboczą, stanowiący komplet z tłokiem umożliwiającym wytłoczenie cementu z podajnika – 6 szt,
- Mieszalnik: szczelnie zamykane urządzenie, umożliwiające dokładne wymieszanie stałego i płynnego składnika, bioprzebudowywalnego, niskotemperaturowego cementu kostnego (60% siarczanu wapnia oraz 40% osteokonduktywnego hydroksyapatytu), o maksymalnej temperaturze formowania 40°C. Materiał radiowizyjny (udoskonalona radiowizyjność na bazie joheksolu), nietoksyczny i bezzapachowy; Dostępny w dwóch pojemnościach: 8ml i 18ml.

Odp. Nie

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*