



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 17.12.2012 r.

DZPZ-530-Zp/98/PN-88/12

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę noża harmonicznego - Zp/98/PN-88/12

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?

Odp. Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia o poniższych właściwościach, funkcjonalności oraz ilości:

Platforma składającej się z dwóch generatorów - ultradźwiękowego i diatermii – pozwalającego na aplikacje energii ultradźwiękowej i bipolarnej symultanicznie, przy pomocy jednego narzędzia. Generator posiada gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia równoważna do gniazda magnetycznego.

System posiada możliwość aktualizacji oprogramowania, za pomocą gniazda równoważnego, do wymaganego standardu USB.

Brak konieczności stosowania adapterów do podłączenia kompatybilnych końcówek roboczych.

Jednorazowe narzędzia w ilości 80 sztuk, integrujące energie ultradźwiękową i bipolarną pozwalające na zamykanie naczyń do 7mm włącznie, o długości 35cm i średnicy 5mm, posiadające przyciski : 1x zamykanie i ciecie; 1x zamykanie.

Narzędzia w proponowanej ilości, zapewniają równoważną funkcjonalność do wymaganej, bez konieczności zastosowania dwóch różnych narzędzi.

Brak konieczności zastosowania konektora do podłączenia oferowanych nożyczek.

Wózek roboczy do ustawienia elementów zestawu, z szuflada na akcesoria, półka na bezpieczne umiejscowienie włączników nożnych, blokada przednich kółek, bez otworu w kolumnie na przeprowadzenie kabli sterujących włącznika nożnego.

Włącznik nożny z aktywacją : 1x zamykanie i ciecie; 1x zamykanie.

Przetwornik piezoelektryczny o częstotliwości pracy 47kHz

Posiadający 3 poziomy pracy

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3, dot. projektu umowy

§6 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy o którym mowa liczny był w dniach roboczych ?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie terminu o którym mowa w punkcie 3 do 48 godzin w dni robocze ?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

§6 pkt. 1 oraz SIWZ pkt. III

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni ?

Odp. Nie