



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 15.03.2013 r.

DZPZ-530-Zp/16/PN-12/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę fartuchów (płaszcz) do pracowni RTG do wykonywania zabiegów ECPW– Zp/16/PN-12/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z materiału Xenolite lżejszego od gumy łożowanej o 40% ? Proponowany materiał posiada znacznie lepsze parametry od wyspecyfikowanego xlite który lżejszy jest tylko o 15% od tradycyjnej gumy łożowanej. **Odp. Tak**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 fartuch w rozmiarze 72x120 ? **Odp. Nie**

Pytanie3

Prosimy o określenie jaki równoważnik ochronności ma posiadać osłona tarczycy w pozycji 4 – 0,25mmPb czy 0,35mmPb czy 0,5mmPb ? **Odp. 0,35mmPb**

Pytanie 4

Prosimy o określenie czy osłona tarczycy ma być z szlukiem, jeśli tak to jakiej długości – 8 czy 12 cm?



Odp. Nie