



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 25.03.2013 r.

DZPZ-531-Zp/18/PN-14/13

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług serwisowych polegających na wykonaniu przeglądów technicznych aparatury i sprzętu anestezyjologicznego producenta DRÄGER oraz aparatury rentgenowskiej producenta GE Medical Systems/GE Healthcare, będącego na wyposażeniu Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu”- Zp/18/PN-14/13.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. ,

Pytanie 1. W zakresie pakietu 2 aparatura rentgenowska producenta GE Medical Systems/GE Healthcare: Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który nie posiada upoważnienia wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela na wykonywanie czynności serwisowych, posiada jednakże bogate doświadczenie w zakresie realizowania takich usług. Co więcej wg naszej najlepszej wiedzy instrukcje używania wyrobu (w tym przypadku aparatury rentgenowskiej GE) nie zawierają ograniczeń co do wykonywania przeglądów technicznych wyłącznie i jedynie przez serwis autoryzowany. Wszystkie wykonywane przez naszą firmę czynności pozostają w zgodzie z instrukcjami używania tychże wyrobów a także w zgodzie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, która jako taka nie zakazuje świadczenia usług serwisowych przez podmioty tzw. nieautoryzowane, nie nakazuje również użytkownikom wyrobów medycznych korzystania z usług wyłącznie podmiotów autoryzowanych. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza do postępowania Wykonawcy, który nie posiada upoważnienia wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela na wykonywanie czynności serwisowych.**

Pytanie 2. Zamawiający jako kryterium wyboru oferty opisał “Cena (stawka 1 roboczogodziny)-100%”. Tymczasem w formularzu cenowym należy podać "RAZEM – kwota z w/w pozycji wraz z jednorazowym kosztem dojazdu”. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Zamawiający będzie oceniał oferty. **Odp. W dniu 25.03.2013 r. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił „Zmianę SIWZ” gdzie zostały wskazane nowe kryteria oceny ofert.**

Pytanie 3. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania doświadczenia w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia tj. jaką liczbę wykonanych bądź wykonywanych usług powinien podać Wykonawca w wykazie. **Odp. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony w przypadku przedstawienia**

przez Wykonawcę przynajmniej jednej referencji, że usługi były lub są wykonywane należycie. Zamawiający nie wskazuje kwoty referencji.

Pytanie 4. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. jakiej wysokości polisa powinien legitymować się Wykonawca. **Odp. Zamawiający nie określa kwoty polisy (lub innego dokumentu) jaką posiadać musi Wykonawca. Polisa winna wskazywać, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.**

Pytanie 5. Prosimy o wyjaśnienie czy w formularzu ofertowym Wykonawca powinien podać cenę jednostkową przeglądu okresowego dla poszczególnych urządzeń, czy też cenę łączną za pakiet przeglądów w okresie 36 miesięcy w ilości zgodnej z zaleceniami producenta dla poszczególnych urządzeń. Zwracamy uwagę, iż częstotliwość przeglądów w ciągu roku dla poszczególnych urządzeń może być różna. **Odp. W dniu 25.03.2013 r. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił „Zmianę SIWZ” gdzie dokonał zmiany Zał. nr 2 do SIWZ tj. „Formularza ofertowego”. W „Formularzu ofertowym” należy podać cenę jednostkową przeglądu okresowego dla poszczególnych urządzeń oraz cenę łączną za pakiet w okresie 36 miesięcy. W cenie łącznej należy wskazać ilość przeglądów okresowych w stosunku do każdego urządzenia.**

Pyt. 6. Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru umowy dla pakietu nr 2 – załącznik 3b. Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie „, ,aparatu i sprzętu anestezjologicznego producenta Drager”. **Odp. W dniu 25.03.2013 r. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił „Zmianę SIWZ” gdzie dokonał zmiany zapisów § 2 ust 1 wzorów umów dla pakietów nr 1 i 2 (Zał. nr 3a i 3b do SIWZ).**

Pyt. 7. W formularzu cenowym Zamawiający wymaga podania łącznej kwoty za wykonanie przeglądów aparatów w poszczególnych pakietach, natomiast jako opis kryteriów oceny ustala się cenę za stawkę 1 roboczogodziny. Prosimy o doprecyzowanie kryteriów oceny ofert. **Odp. W dniu 25.03.2013 r. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił „Zmianę SIWZ” gdzie dokonał zmiany Zał. nr 2 do SIWZ tj. „Formularza ofertowego”. W „Formularzu ofertowym” należy podać cenę jednostkową przeglądu okresowego dla poszczególnych urządzeń oraz cenę łączną za pakiet w okresie 36 miesięcy. W cenie łącznej należy wskazać ilość przeglądów okresowych w stosunku do każdego urządzenia.**

