



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 02.04.2013 r.

DZPZ-530-Zp/15/PN-11/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu i materiałów medycznych wykorzystywanych w zabiegach neuroradiologicznych – Zp/15/PN-11/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 13:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania:

Introducer - długa koszulka prowadząca typu Arrow o następujących parametrach technicznych:

- zbrojona, hydrofilna, z markerem na końcu, z integralnym portem bocznym oraz zastawką hemostatyczną
- 6F/45cm, 7F/45cm, 6F/65cm, 8F/65cm, 9F/65cm, 6F/90cm
- kompatybilna z przewodnikiem 0,035"
- duża średnica wewnętrzna koszulki: .089"- .092" dla 6Fr; .102"- .105" dla 7Fr; .114"- .117" dla 8Fr; .129"- .132" dla 9Fr,
- pokrycie hydrofilne na całej długości koszulki,
- zbrojenie metalowym splotem wtopione w poliuretan,
- dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji zbrojenia załamywanie zostało całkowicie wyeliminowane, a nie tylko ograniczone,
- cała koszulka dobrze widoczna w skopi
- posiada na swojej końcówce radiocieniujący lecz nie złoty pasek, którego obecność pomaga określić położenie końcówki w trakcie zabiegu.

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. projektu umowy Nr 3a:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §2 ust 2 na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczanie sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej. **Odp. Tak**

Prosimy o modyfikację § 4, pkt. 3. wzoru umowy (Załącznika nr 3a do SIWZ) na:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

Dla zamówień bieżących – do 5 dni roboczych

Dla zamówień na cito – do 2 dni roboczych”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy o wykreślenie z § 6 ust. 2 wzoru umowy (Załącznika nr 3a do SIWZ) zapisu: „oraz numeru pakietu.” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia składu konsygnacyjnego dla Pakietu 9 oraz 13 i zastąpienie go wymogiem dostaw sukcesywnych. **Odp. Zamawiający nie odstępuje od utworzenia składu konsygnacyjnego.**

Zwracamy się z prośbą o określenie wielkości składu konsygnacyjnego. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 3 (Załącznika nr 3a do SIWZ) na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto towaru wyszczególnionego w ofercie przetargowej, o której mowa w §2 – w okresie obowiązywania umowy.” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy**

Prosimy o dopisanie do §7 ust. 5 wzoru umowy (Załącznika nr 3a do SIWZ) następującego zapisu: „W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy**

Prosimy o modyfikację §9 ust. 1.1) wzoru umowy (Załącznika nr 3a do SIWZ) na: „0,2% wartości nie dostarczonej partii towaru – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru .” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy**

Prosimy o modyfikację §9 ust. 1.2) wzoru umowy (Załącznika nr 3a do SIWZ) i ujednolicenie go z zapisem §9 ust. 2): „10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §10 ust. 3 na: „W przypadku 3-krotnego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2:

Pozycji nr 5 mikrocewnika o pokryciu hydrofilnym na długości 100 cm **Odp. Tak**

Pozycji nr 7 stentu przeznaczonego do rozmiarów naczyń: 3mmx15 mm; 3mmx25mm; 3mmx41 mm **Odp. Tak**

Pozycji nr 8 stentu posiadającego 4 markery w części proksymalnej i dysatalnej **Odp. Tak**

Pozycji nr 9 balonu do remodelingu którego Shaft balonu ma średnice zewnętrzną części proksymalnej 2.8 F a średnica części dystalnej 2,1 F oraz dostępnych rozmiarach 4mm/10mm; 4mm/15mm; 4mm/20mm; 4mm/11mm **Odp. Tak**