

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami)**

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**

Adres zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) **(dalej, jako Pzp).**

I.Przedmiot zamówienia:

Dostawa systemu do śródoperacyjnego neuromonitoringu oraz zestawu do termolezji zwoju trójdzielnego i nerwów obwodowych.

Pakiet nr 1 – System do śródoperacyjnego neuromonitoringu.

Pakiet nr 2 - Zestaw do termolezji zwoju trójdzielnego i nerwów obwodowych.

CPV: 33100000-1, 33162100-4.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: SIWZ).

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Projekt umowy dla pakietu nr 1 stanowi załączniki nr 3a do SIWZ.

Projekt umowy dla pakietu nr 2 stanowi załączniki nr 3b do SIWZ.

« Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp » oraz « Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp » stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w pakietach.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 dotyczącymi przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl w zakładce « Przetargi ».

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego – Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4.

III. Termin realizacji zamówienia

Dostawa urządzeń w terminie **do 4 tygodni** od daty podpisania umowy.

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp.

V. Sposób oceny warunków

I.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	<u>na podstawie załączonego do oferty przetagowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. :</u> 1) posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia dostaw będących przedmiotem zamówienia - na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.	brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp	<u>na podstawie załączonego do oferty przetagowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj.</u> 1) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru – na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; 2) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

		3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
--	--	--

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych w:

- **pkt. 2 tabeli** składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

- **ppkt. 1-** nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

- **ppkt. 2, 3** - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert).

B) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

C) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

D) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

VI. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w tabeli w Rozdz. V SIWZ, pkt. 1.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 24 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 2 pkt. 1-5 Pzp będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

Pakiet nr 1 – 2 750,00 zł,

Pakiet nr 2 – 1 285,00 zł.

DATA UZNANIA WPLATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 109, poz. 1158).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, budynek C,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
- 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
- 5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po spełnieniu któregośkolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07: 00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- mgr Agnieszka Rudzka – Specj. ds. zam. publ., tel. (74) 6489700, agnieszka.rudzka@zdrowie.walbrzych.pl.
- dr hab. n. med. Jerzy Słowiński – Ordynator Oddziału Neurochirurgii, tel.(74) 6489633 lub 634.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej, elektronicznej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po **30 dniach** od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony Zał. Nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz Wzór oferty– Zał. nr 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium .
3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp – Zał. Nr 4 do SIWZ.
4.	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp – Zał. Nr 4 do SIWZ.
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
8.	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
9.	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
10.	Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 107 poz. 679).
11.	Opisy (katalogi, foldery) urządzeń w języku polskim.

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy

XI. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - części jawnej,
 - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, bud. C – **Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**, w terminie do dnia **12.04.2013** r. do godziny **10.00**.
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **12.04.2013** r. o godz. **10.15**.
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie.

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:

Cena najniższa pakietu x z oferty a

----- x 100 pkt. = *ilość punktów dla pakietu x*

Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej

z oferty ocenianej o wyższej cenie

- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
- 4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
- 6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVI. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- zgodnie z załącznikiem nr 3a – wzór umowy dla pakietu nr 1,
- zgodnie z załącznikiem nr 3b – wzór umowy dla pakietu nr 2.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M

Mariola Dudziak

Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenia: **03.04.2013 r.**

Pakiet nr 1**System do śródoperacyjnego neuromonitoringu**

Lp.	Wymagania techniczne	Wartość wymagana	Wartość oferowana / podać zakresy/ opisać
Wymagania dotyczące systemu			
1.	System śródoperacyjnego monitorowania nerwów w zakresie neurochirurgii i chirurgii kręgosłupa	TAK	
2.	Prezentacja modalności: wolnobiegące EMG, wymuszone EMG, SEP, MEP, AEP. Automatyczne prowadzenie pomiarów EMG, SEP, MEP, AEP	TAK	
3.	Jednoczasowa prezentacja pomiarów na ekranie systemu. Możliwość zmiany skali czasowej i amplitudowej dla każdego przebiegu osobno. Prezentacja sygnału biologicznego rzeczywistego, uśrednionego, kaskadowego oraz trendy dla SEP i MEP	TAK	
4.	Automatyczna detekcja krzywych, załamków przebiegów modalności EMG, SEP, MEP, prezentacja latencji oraz wartości amplitudy.	TAK	
5.	System ciągłej automatycznej kontroli impedancji elektrod.	TAK	
6.	Budowa modułowa: osobne moduły stymulatora stałoprądowego, wzmacniacza wejściowego, jednostki sterującej. Podłączenie przewodów do kanałów odbiorczych i stymulacyjnych na przednich panelach modułów w celu bezpiecznej weryfikacji prawidłowości podłączonych przewodów	TAK	
7.	Minimalne parametry stymulatora: 6 wyjść stymulacyjnych, 1 wejście do stymulacji bezpośredniej DNS, praca w trybach stymulacji bezpośredniej DNS, SEP, MEP przy parametrach prądu: DNS: do 15mA; SEP: do 100mA; MEP: do 200mA. Szerokość impulsu 100µs-1000µs	TAK Opisać	
8.	Minimalne parametry stymulatora AEP: 2 wyjścia stymulacyjne, minimalny zakres natężenia stymulacji od 30 do 90dB, tryby pracy minimum: podciśnienie, nadciśnienie, naprzemienne, szum, click	TAK Opisać	
9.	Możliwość dostosowania wartości natężenia prądu, szerokości impulsu prostokątnego, liczby impulsów, polaryzacji, częstotliwości do wymagań użytkownika	TAK	
10.	Minimalne parametry wzmacniacza wejściowego: liczba wejść sygnałowych 40 w tym 8 referencyjnych, przetwornik ADC 16 bitowy, szerokość sprzętowego pasma częstotliwości 10Hz-5000Hz, szumy wzmacniacza $\leq 1.5\mu V_{pp}$ (z podłączonym obciążeniem $\leq 1K\Omega$), częstotliwość próbkowania 20kHz, możliwość rozszerzenia liczby wejść sygnałowych o 20 wejść, przewód odbiorczy o długości minimum 4m	TAK Opisać	
11.	Oprogramowanie w języku polskim. Możliwość generowania opisów lub raportów na dołączonej do systemu drukarce	TAK	

12.	Gotowe szablony operacyjne dostosowane do zabiegu chirurgicznego (minimum 15 szablonów dostępnych z szybkiego wyboru z menu użytkownika). Możliwość tworzenia nowych szablonów oraz edycji już istniejących	TAK Podać	
13.	Baza danych pacjentów oraz przeprowadzonych badań śródoperacyjnych	TAK	
14.	Kolorowy ekran LCD o przekątnej minimum 20 cali mocowany na obrotowym ramieniu	TAK Podać	
15.	System na wózku aparaturowym o minimalnych cechach użytkowych: antystatyczne koła (przednie z hamulcami), uchwyt do prowadzenia, 2 półki, 1 szuflada na akcesoria, szyna do mocowania wzmacniaczy wejściowych, centralny włącznik zasilania na wózku (automatycznie uruchamiający urządzenia i komputer z oprogramowaniem). Wbudowany medyczny transformator separujący.	TAK Opisać	
Wypożyczenie eksploatacyjne			
16.	Sterylny zestaw elektrod do monitorowania SEP i MEP o minimalnym składzie: 4 elektrody igłowe odbiorcze SEP, 2 elektrody typu korkociąg do stymulacji przezczaszkowej MEP, 4 pary elektrod igłowych odbiorczych – 10 zestawów	TAK Opisać	
17.	Sterylny zestaw elektrod do monitorowania nerwów czaszkowych (w kompletach muszą być pary elektrod igłowych izolowane, zagięte 90stopni o dł. min. 20mm, bez izolacji maks. 3mm)– 10 zestawów	TAK Opisać	
18.	Elektroda do rejestracji fali D (D-wave) do odbioru potencjałów rdzeniowych (min. 3 kontakty na elektrodzie o szer. max. 3mm i odstępach min. 15mm, średnica max. 1mm, długość min. 1m, wtyczki typu touchproof kodowane kolorami), pakowane sterylnie po 1 szt. – 5 sztuk	TAK Opisać	
19.	Zestaw sterylnych elektrod do badania potencjału słuchowego o minimalnym składzie: 5 pomiarowych elektrod igłowych - 10 zestawów	TAK Opisać	
20.	Zestaw gąbek do stymulatorów akustycznych – 50sztuk	TAK Opisać	
21.	Sonda jednorazowa, sterylna, bipolarna do mapowania kory mózgu, dwie kulki o średnicy od 1 do 2mm, w komplecie przewód minimum 3m– 10 sztuk	TAK Opisać	
22.	Sonda jednorazowa, sterylna, monopolarna bagnetowa z kulką, długość robocza minimum 12cm, średnica kulki od 1 do 2mm, w komplecie przewód minimum 3m oraz elektroda igłowa neutralna o długości minimum 20mm – 10 sztuk	TAK Opisać	
23.	Sonda jednorazowa, sterylna, bipolarna, koncentryczna offsetowa do guzów kąta mostowo-mózdzkowego, dł.robocza min. 12cm, przewód min. 3m – 10 sztuk	TAK Opisać	
24.	Sterylna para elektrod igłowych, dł. igły od 15 do 20mm, dł. przewodu min. 1m, wtyczki typ touchproof kodowane kolorami - 20 par	TAK Opisać	
25.	Para elektrod podskórnych (dł.20mm, dł. przewodu 1.2m) wtyczka żeńska 1.5mm czerwona/czarna, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par	TAK Opisać	
Inne wymagania			
26.	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim 2szt.	TAK	

27.	Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim	TAK	
28.	Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy (nie powystawowy, nie regenerowany) 2013r. produkcji	TAK	
29.	Wszystkie oferowane systemy oraz akcesoria jednego wytwórcy co ma zagwarantować kompatybilność, bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania	TAK	
30.	Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów	TAK	
31.	Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania wstępnego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia	TAK	
32.	Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania specjalistycznego szkolenia w placówce Zamawiającego – asysty przedstawiciela Wykonawcy przy minimum 3 zabiegach	TAK	
33.	Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania specjalistycznego szkolenia w zakresie neuromonitoringu minimum dwóch lekarzy .	TAK	
Warunki serwisu i gwarancji			
34.	Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące	TAK Podać	
35.	Autoryzowany serwis na terenie Polski	TAK Podać	
36.	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki	TAK Podać	
37.	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 72 h) liczony od momentu podjęcia naprawy	TAK Podać	
38.	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 72 h) liczony od momentu podjęcia naprawy	TAK Podać	
39.	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach	TAK Podać	
40.	Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji, min. 2 (wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej , warunków gwarancji)	TAK Podać	
41.	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczającej 7 dni kalendarzowych	TAK	
42.	Przedłużenie gwarancji o czas przerwy w eksploatacji (czas naprawy gwarancyjnej)	TAK	
43.	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3)	TAK Podać	

Lp	Nazwa asortymentu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Wymienić wszystkie elementy, które wchodzą w skład kompletu i podać cenę netto każdego
1.	System do śródoperacyjnego neuromonitoringu, składający się z:	1 system						
a.	Stacja bazowa jezdna zawierająca komputer stacjonarny (Windows XP, Intel Pentium Dual-Core 2.8GHz, pamięć RAM 4GB, dysk twardy 2x320GB, nagrywarka CD/DVD, LAN x2, USB x6, wejścia C-Video i S-Video), klawiatura i mysz, monitor LCD 22", wysokiej jakości głośniki stereo, kolorowa drukarka atramentowa, wózek aparaturowy (wbudowany medyczny transformator separujący, obrotowe ramię na monitor, szuflada na klawiaturę, szuflada na akcesoria, półka na mysz, szyna na wzmacniacze, koła antystatyczne - przednie z blokadą)	1 zestaw						
b.	Główce wejściowe USB (40 wejść sygnałowych: 8 wejść referencyjnych + 16 wejść różnicowych) zawierająca wzmacniacze modalności: EMG, CMAP, SEP; szerokość pasma 0.5-5000Hz, próbkowanie 20kHz, rozdzielczość cyfrowa 16bitów (przetwornik ADC); stymulator akustyczny AEP: natężenie 30-95dB; moduł Video do integracji sygnału z mikroskopu operacyjnego (opcja)	1 zestaw						
c.	Stałoprądowy stymulator elektryczny, stymulacja: bezpośrednia, SEP, TES MEP, DCS MEP; 8 kanałów, impulsy dodatnie, ujemne, naprzemienne, częstotliwość 0.1-1000Hz, , prąd max. 220mA, programowanie szerokości i ilości impulsów stymulujących: 2-9 impulsów, 50-2000µs; niezależny kanał do stymulacji bezpośredniej DNS 0.05-15mA, 1-1000Hz	1 szt.						
d.	Moduł AEP: moduł oprogramowania do AEP; Pakiet startowy do stymulacji akustycznej i odbioru potencjałów AEP (przewód sterujący, przetwornik elektryczno-akustyczny)	1 szt.						
e.	Moduł TES MEP - wysokoprądowa stymulacja przeczaszkowa do 220mA. Skład: moduł oprogramowania do MEP. Pakiet startowy do stymulacji przeczaszkowej i odbioru potencjałów MEP.	1 szt.						

f.	Zestaw elektrod jednorazowych do monitorowania TES-MEP/SEP: 4 elektrody igłowe podskórne odbiorcze SEP, 2 elektrody typu korkociąg do stymulacji przeczaszkowej MEP, 4 pary elektrod igłowych podskórnych odbiorczych EMG/MEP, 2 pary elektrod igłowych podskórnych do stymulacji SEP Opakowanie zbiorcze 10 kompletów	1op.						
g.	Zestaw elektrod jednorazowych do monitorowania nerwów czaszkowych: 3 pary elektrod igłowych podskórnych odbiorczych, 1 para elektrod igłowych podskórnych zagiętych pod kątem 90° do monitorowania nerwu V, 2 pary elektrod igłowych podskórnych odbiorczych do monitorowania nerwu IX, X, XII Opakowanie zbiorcze 10 kompletów	1op.						
h.	Elektroda do stymulacji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych typu D-wave dł: 1,0m; śr.1mm; zakończenia typu touchproof, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 5 osobno sterylnie pakowanych sztuk	1op.						
i.	Zestaw elektrod jednorazowych do monitorowania AEP: 5 elektrod igłowych odbiorczych, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych kompletów	1 zestaw						
j.	Para elektrod podskórnych (dł.20mm, dł. przewodu 1.2m) wtyczka żeńska 1.5mm czerwona/czarna, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par	1op.						
k.	Sterylna para elektrod igłowych, dł. igły od 15 do 20 mm, dł. przewodu min. 1 m, wtyczki typu touchproof kodowane kolorami, opakowanie zbiorcze 20 par	1op.						
l.	Zestaw gąbek do stymulatorów akustycznych, w zestawie 50 sztuk	1 op.						
m.	Sonda bipolarna widełkowa (dwie kulki o śr.2mm dł.robocza 4.5cm, dł.całkowita 15cm, przewód 3m) do mapowania kory mózgowej, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych sztuk	1szt.						
n.	Sonda monopolarna bagnetowa z kulką (dł.robocza 4.5cm, śr.1.4mm, dł.całkowita 15cm, przewód 3m) do bezpośredniej	1szt.						

	stymulacji implantów, w komplecie igłowa elektroda neutralna, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych kompletów							
o.	Sonda bipolarna, koncentryczna offsetowa do guzów kąta mostowo-mózdkowego (dł.robocza 13cm, dł.całkowita 24cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych sztuk	1szt.						

Pakiet nr 2**Zestaw do termolezji zwoju trójdzielnego i nerwów obwodowych**

Lp	Nazwa asortymentu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Wymienić wszystkie elementy, które wchodzi w skład kompletu i podać cenę netto każdego
1.	Zestaw do termolezji zwoju trójdzielnego i nerwów obwodowych, składający się z:	1 zestaw						
a.	Generator impulsów elektrycznych wysokiej częstotliwości	1						
b.	Elektroda wielorazowego użytku, rozmiar do wyboru przez użytkownika	3						
c.	Kaniule jednorazowego użytku, do stosowania z wymienionymi elektrodami, rozmiar do wyboru przez użytkownika podczas realizacji zamówienia	30						
d.	Elektrody referencyjne	10						
e.	Zestaw kaniul do termolezji zwoju nerwu trójdzielnego (Gassera)	30						
f.	Kompletna elektroda do odnerwienia stawu krzyżowo-biodrowego	1						
g.	Kaseta do sterylizacji elektrod wielorazowego użytku	3						
h.	Wózek wyposażony w blat, przeznaczony do transportu i przechowywania generatora	1						
i.	System testowy elektrody aktywnej	1						

L.p.	OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/ WARUNEK	TAK/NIE	Opis
	Warunki ogólne		
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe	TAK	
2.	Zasilanie: 220 – 230VAC 50/60Hz	TAK	
3.	Waga max. 12,5 kg	TAK	
4.	Generator impulsów elektrycznych wysokiej częstotliwości, przeznaczony m.in. do zabiegów termolezji, dekompresji dysków, odnerwienia, lezji wieloelektrodowej.	TAK	
5.	Aparat wyposażony w dotykowy ekran LCD TFT z tylnym podświetleniem i powłoką przeciwdblaskową o przekątnej min. 12”	TAK	
6.	Aparat wyposażony w pulpit sterowania umożliwiający przeprowadzenie procedury stymulacji, lokalizacji nerwu/tkanki oraz przeprowadzenie lezji w trybie ręcznym	TAK	
7.	Przycisk Autostop umieszczony na pulpicie generatora, który pozwala zatrzymać leżję w dowolnej chwili bez konieczności wyłączania urządzenia	TAK	
8.	Możliwość wykonywania lezji w min. 3 punktach jednocześnie	TAK	
9.	Obrazowanie na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, czasu dla każdej ze stosowanych elektrod oddzielnie	TAK	
10.	Termolezja w min. trzech trybach: 1. Termolezja Ciągła 2. Termolezja Pulsacyjna 3. Termolezja Pulse Dose	TAK Podać	
11.	Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody: min. 30-99°C	TAK Podać	
	Stymulacja		
12.	Motoryczna – impulsy: 2Hz i 5Hz	TAK Podać	
13.	Czuciowa – impulsy: 10Hz, 20Hz, 50Hz, 75Hz, 100Hz, 150Hz, 180Hz, 200Hz	TAK Podać	
14.	Szerokość impulsów: 0,1; 0,2; 0,5 oraz 1ms	TAK Podać	
15.	Regulacja napięcia wyjściowego dla stymulacji motorycznej: 0 – 5V	TAK Podać	
16.	Regulacja napięcia wyjściowego dla stymulacji czuciowej: 0 – 3V	TAK Podać	
17.	Wybór rodzaju stymulacji automatycznie oferuje właściwą częstość impulsów dla danej stymulacji oraz właściwy zakres napięcia	TAK	
	Termolezja ciągła		

18	Automatyczna regulacja mocy RF, która nie dopuszcza do przekroczenia ustalonej wartości temperatury z zakresu od min.50°C do 90°C. Regulacja z dokładnością do 1 °C	TAK Podać	
19	Czas regulowany w zakresie min.: 30 – 480 sekund. Regulacja z dokładnością do 1s.	TAK Podać	
20	Moc wyjściowa na każde gniazdo elektrody aktywnej: 40W	TAK	
21	Dostępne fabrycznie zaprogramowane profile wzrostu temperatury – min. 3 profile	TAK	
22	Możliwość zaprogramowania 5ciu własnych profili.	TAK	
23	Programowanie profilu: • Możliwość ustawienia temperatury początkowej (temperatura przed pierwszym wzrostem temperatury) • Czas trwania temperatury • Wzrost temperatury (wartość o jaką będzie wzrastać temperatura pomiędzy kolejnymi krokami) • Temperatura końcowa (temperatura jaką po wykonaniu wszystkich kroków, generator powinien utrzymać) • Czas końcowy (czas jaki generator powinien utrzymać przy zadanej temperaturze końcowej)	TAK Opisać, Załączyć przykładowy diagram profilu	
24	Odliczanie czasu trwania lezji rozpoczyna się od momentu kiedy różnica pomiędzy temperaturą w tkance a temperaturą ustawioną będzie mniejsza niż 5 °C	TAK	
25	Częstotliwość- 480kHz, fala sinusoidalna	TAK	
26	Obrazowanie jednocześnie wartości na dotykowym ekranie LCD TFT: - Napięcie: 0 – 99V dla impedancji od min. 50 do 2000Ω - Prąd: 0 – 999mA - Czas - Temperatura	TAK Podać	
27	Sygnal akustyczny po zakończeniu lezji	TAK	
28	Prowadzenie lezji w trybie automatycznym	TAK	
29	Prowadzenie lezji w trybie ręcznym	TAK	
	Termolezja pulsacyjna		
30	Czas regulowany: min.30-600s	TAK	
31	Szerokość impulsu regulowana- od 5 do 50ms w min. 4 krokach.	TAK Podać	
32	Częstotliwość regulowana - 1, 2, 5, 10Hz	TAK Podać	
33	Napięcie regulowane – od min.30 do 70V	TAK Podać	
34	Dopuszczalna temperatura regulowana- od min. 42 °C do 65°C z dokładnością co 1 °C	TAK Podać	
35	Automatyczna kontrola ustawionej temperatury	TAK	
36	Sygnal akustyczny po zakończeniu lezji	TAK Podać	

	Termolezja Pulse Dose		
37	Generowanie wyłącznie impulsów o pełnej szerokości i amplitudzie	TAK	
38	Szerokość impulsu regulowana- od do 50ms w min. 4 krokach	TAK Podać	
39	Częstotliwość – 2Hz lub możliwość regulacji pokrywający zakres 2Hz	TAK Podać	
40	Dopuszczalna temperatura 42°C lub możliwości regulacji temperatury pokrywający wartość 42°C	TAK	
41	Automatyczna kontrola ustawionej temperatury	TAK	
42	Liczba impulsów regulowana w zakresie 120- 1200 powtórzeń	TAK	
43	Napięcie regulowane – od 30 do 70V	TAK Podać	
44	Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji	TAK	
	Pozostałe cechy		
45	Możliwość zastosowania elektrody Simplicity III, lub równoważnej, celem przeprowadzenia lezji stawu krzyżowo – biodrowego	TAK Opisać	
46	Możliwość wykonywania zabiegów dekompresji dysków w oparciu o odpowiednie elektrody	TAK Opisać	
47	Generator wyposażony w bibliotekę pacjenta, z możliwością wprowadzenia danych pacjenta, oznaczenia rejonów anatomicznych.	TAK Opisać	
48	Generator wyposażony w opcję wprowadzenia ustawień predefiniowanych dla min. 10 użytkowników.	TAK Opisać	
49	Archiwizacja danych z min. 100 zabiegów. Zapamiętywanie i przypisywanie do konkretnego pacjenta wartości stymulacji, wartości lezji, czas trwania, napięcie, impedancja, prąd.	TAK Opisać	
50	Eksport danych z zabiegu w formacie na dowolną pamięć USB z możliwością odczytu na dowolnym komputerze z oprogramowanie Excel.	TAK Opisać	
51	Możliwość wydruku karty pacjenta zaraz po zakończonym zabiegu	TAK	
52	Możliwość obrazowania a następnie graficznego wydruku wykresu temperatury dla każdej z elektrod z osobna.	TAK	
53	Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przez bezprzewodowe łącze typu bluetooth	TAK	
54	Możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego i prowadzenie prezentacji oraz szkoleń podczas wykonywanej procedury	TAK	
	Wyposażenie generatora		
55	Min. 3x gniazda elektrody aktywnej z kontrolą temperatury, impedancji dla każdej z elektrod niezależnie	TAK	
56	1x gniazdo elektrody 0 (referencyjnej)	TAK	
57	System kontroli sprawności urządzenia	TAK	
58	Elektroda wielorazowego użytku - 3szt. Rozmiar do wyboru podczas realizacji zamówienia.	TAK	
59	Kasety do sterylizacji elektrod wielorazowego użytku – 3szt.	TAK	
60	Kompletna elektroda do odnerwienia stawu krzyżowo-biodrowego	TAK	

61	Kaniule jednorazowego użytku do stosowania z w/w elektrodami – 30szt. Rozmiar do wyboru podczas realizacji zamówienia.	TAK	
62	Elektrody referencyjne – 10szt.		
63	Zestaw kaniul do prowadzenia termolezji zwoju nerwu trójdzielnego (Gassera): - Kaniula prosta (ostra): Średnica- 22G, Długość-100mm, Tip-2mm - Kaniula prosta (ostra): Średnica- 22G, Długość-100mm, Tip-5mm - Kaniula z zagiętym końcem (ostra): Średnica- 22G, Długość-100mm, Tip-5mm	TAK Po 10szt. z każdego typu	
64	Wózek wyposażony w blat umożliwiający transport i przechowywanie generatora.	TAK	
65	Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie urządzenia)	TAK	
	Szkolenie, serwis, inne		
66	Min. dwa szkolenia z obsługi generatora. Pierwsze szkolenie bezpośrednio po dostawie, drugie na wniosek Zamawiającego w uzgodnionym przez obie strony terminie	TAK	
67	Przeszkolenie min. trzech osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie typu Warsztaty Praktyczne prowadzone przez specjalistów/ praktyków wykonujących zabiegi RF. Szkolenie zakończone wystawieniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo.	TAK	
68	Gwarancja min.24 miesiące (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski)	TAK Podać	
69	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii urządzenia – 48 godzin	TAK	
70	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczającej 5 dni kalendarzowych	TAK	
71	Ilość bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych	Min. 1/rok. Podać	
72	Przedłużenie gwarancji o czas przerwy w eksploatacji (czas naprawy gwarancyjnej)	TAK	

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego
na **«Dostawę systemu do śródoperacyjnego neuromonitoringu oraz zestawu do termolezji
zwoju trójdzielnego i nerwów obwodowych» – Zp/25/PN-20/13**

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON:

NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy dostawę urządzeń medycznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 1 do SIWZ), na pakiety nr za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca
składa ofertę) :

„netto” PLN, (słownie:

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:

..... złotych).

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

UMOWA DOSTAWY Nr Zp/25/PN-20/13/1

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, **wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016**

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

.....

§ 1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na **«Dostawę systemu do śródoperacyjnego neuromonitoringu oraz zestawu do termolezji zwoju trójdzielnego i nerwów obwodowych»** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r., nr ogłoszenia

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem oraz ofertą przetargowa Wykonawcy z dnia2013 r. stanowią integralne części umowy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa **systemu do śródoperacyjnego neuromonitoringu** wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy z dniastanowiącą załącznik do niniejszej umowy

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 tj.: - dostarczenia przedmiotu umowy oraz uruchomienia i wstępnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w terminie do **4 tygodni** od daty zawarcia umowy .

2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania specjalistycznego szkolenia w placówce Zamawiającego – asysty przedstawiciela Wykonawcy przy minimum trzech zabiegach.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania specjalistycznego szkolenia w zakresie

neuromonitoringu minimum dwóch lekarzy.

§ 4

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 dostarczony zostanie przez Wykonawcę transportem na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym przedmiot dostawy przed uszkodzeniem.

2. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 107 poz. 679) wraz z instrukcją obsługi w języku polskim (2 szt.) oraz konieczną dokumentacją.

3. Dostarczony przedmiot umowy winien posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do użytku i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokościzł netto (słownie:) + VAT w należnej wysokości.

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający m.in. dostawę, uruchomienie oraz wstępne przeszkolenie personelu.

3. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej, zgodnie z ust. 2 faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP -

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres miesięcy licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

2. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż godzin od daty zgłoszenia awarii w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Wykonawca gwarantuje czas naprawy bez użycia części zamiennych nie dłuższy niż godziny liczone od momentu podjęcia naprawy oraz z użyciem części zamiennych nie dłuższy niż godziny liczone od momentu podjęcia naprawy. Zgłoszenia awarii będą się odbywały w godzinach od do w sposób :

4. Wykonawca zapewnia minimum bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej oraz warunków gwarancji.

5. Wykonawca gwarantuje dostarczenie urządzenia zastępczego na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych.

6. Wykonawca zapewnia przedłużenie gwarancji o czas przerwy w eksploatacji (czas naprawy gwarancyjnej).

7. Wykonawca gwarantuje wymianę podzespołu/podzespołów na fabrycznie nowe w sytuacji wykonania..... napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/podzespołów, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie urządzenia.

8. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski wprzy ul., nr tel.

§ 7

1.W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

a) 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.

b) 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych, o których mowa w 7 ust. 1.

§ 8

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej 14 dni.

2.Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych i odszkodowania, zgodnie z § 7 ust. 1 i 3 umowy.

§ 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,

2) Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zmianami).

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

UMOWA DOSTAWY Nr Zp/25/PN-20/13/2

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, **wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016**

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

.....

§ 1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na **«Dostawę systemu do śródoperacyjnego neuromonitoringu oraz zestawu do termolezji zwoju trójdzielnego i nerwów obwodowych»** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r., nr ogłoszenia
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem oraz ofertą przetargowa Wykonawcy z dnia2013 r. stanowią integralne części umowy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa **zestawu do termolezji zwoju trójdzielnego i nerwów obwodowych** wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy z dniastanowiącą załącznik do niniejszej umowy

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 tj.: - dostarczenia przedmiotu umowy oraz uruchomienia i przeszkolenia personelu Zamawiającego (bezpośrednio po dostawie) w terminie do **4 tygodni** od daty zawarcia umowy .
2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia drugiego szkolenia w placówce Zamawiającego na wniosek Zamawiającego w uzgodnionym przez Strony terminie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeszkolenia min trzech osób wskazanych przez

Zamawiającego na szkoleniu typu «Warsztaty praktyczne» prowadzonym przez specjalistów/praktyków wykonujących zabiegi RF. Wykonawca gwarantuje szkolenie zakończone wystawieniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo.

§ 4

- 1.Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 dostarczony zostanie przez Wykonawcę transportem na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym przedmiot dostawy przed uszkodzeniem.
- 2.Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 107 poz. 679) wraz z instrukcją obsługi w języku polskim oraz konieczną dokumentacją.
- 3.Dostarczony przedmiot umowy winien posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do użytku i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

- 1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokościzł netto (słownie:) + VAT w należnej wysokości.
- 2.Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający m.in. dostawę, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu.
- 3.Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej, zgodnie z ust. 2 faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP -
- 5.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- 1.Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres miesięcy licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
2. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od daty zgłoszenia awarii w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wykonawca gwarantuje dostarczenie urządzenia zastępczego na czas naprawy przekraczający 5 dni kalendarzowych.
4. Wykonawca gwarantujebezpłatnych przeglądów gwarancyjnych.
5. Wykonawca zapewnia przedłużenie gwarancji o czas przerwy w eksploatacji (czas naprawy gwarancyjnej) .
6. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski wprzy ul., nr tel.

§ 7

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

a) 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.

b) 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1.

§ 8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej 14 dni.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych i odszkodowania, zgodnie z § 7 ust. 1 i 3 umowy.

§ 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,

2) Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zmianami).

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na
**«Dostawę systemu do śródoperacyjnego neuromonitoringu oraz zestawu do termolezji
zwoju trójdzielnego i nerwów obwodowych» – Zp/25/PN-20/13**

niniejszym oświadczamy iż :

- **spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp,**
- **nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.**

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

