



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 12.04.2013 r.

DZPZ-530-Zp/9/PN-7/13

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów dwujamowych serca, elektrod i introducerów - Zp/9/PN-7/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy opisu pakietów CRTD, CRTP. Czy Zamawiający pod nazwą Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod - ma na myśli komplet składający się z puszki CRTD, elektrody RV, elektrody LV, elektrody A, zestawu do wprowadzania, zestawu do kontrastowania, wkłucia do żyły LV, lidera do wprowadzania OTW, cewnika do subselekcji żył i należy to rozpisać w formularzu cenowym? Odp. Tak, komplet.

Dotyczy opisu pakietów ICD VR. Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą – Czy Zamawiający ma na myśli komplet składający się z puszki ICD VR elektrody defibrylującej i omyłkowo wpisał drugą elektrodę? Odp. Tak.