

Załącznik nr 1 do SIWZ**Dostawa błon RTG, odczynników do mammografii**

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ NA 12 m-cy	CENA NETTO	CENA BRUTTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Błona RTG do mammografii- 18 x 24cm	op.	140						
2.	Błona RTG do mammografii- 24 x 30cm	op.	65						
3.	Wywoływacz	op.	45						
4.	Utrwalacz	op.	55						

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

I. Parametry filmów mammograficznych			
1.	Film pokryty dwiema warstwami emulsji światłoczułej po jednej warstwie światłoczułej na każdą stronę filmu (rewers/awers) przeznaczony do współpracy z jednym ekranem mammograficznym.	TAK	
2.	Gęstość optyczna minimalna $(D \text{ min.}) \leq 0,24$	TAK	

3.	Kontrastowość średnia (Ave.Gradient $\geq 3,80$)	TAK	
4.	Gęstość optyczna maksymalna (D max.) $\geq 4,15$	TAK	
II. Parametry odczynników			
6.	Do obróbki automatycznej w postaci płynnego koncentratu na 2x20l roztworu	TAK	
7.	Karty charakterystyki odczynników – załączyć do oferty	TAK	
8	Opakowanie po wywoływaczu niekaucjonowane	TAK	
9.	Odczynniki tego samego producenta co filmy	TAK	

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.