



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/27/PN-22/13

Wałbrzych, 18.04.2013r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawa, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody czystej z aparatem RO o dwustopniowej filtracji dla nowej stacji dializ oraz systemu dystrybucji dla jednego koncentratu w Budynku Centrum Pulmonologicznym dla Górników Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu”.

-Zp/27/PN-22/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 Czy w celu potwierdzenia doświadczenia Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie się dostawami różnego dializacyjnego sprzętu i aparatury medycznej?

Odp. Nie

Pyt. 2 Czy w celu potwierdzenia doświadczenia Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie się dostawami i referencjami podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej?

Odp. Nie

Pyt. 3 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dopuszczenia jako urządzenia medycznego dla elementów rozprowadzenia wody uzdatnionej (pętla i panele) oraz centralnej dystrybucji koncentratu.

Odp. Nie

Pyt. 4 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy urządzenie RO powinno zapewniać automatyczne płukanie membran RO metodą przepływu wstecznego w trakcie trwania dezynfekcji czy w trakcie normalnej pracy? (punkt 2-b)

Odp. W trakcie normalnej pracy.

Pyt. 5 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości zaworów czerpalnych, gdyż podane liczby nie są spójne. (punkt 2-d)

Odp. Ilość zaworów czerpalnych 34 w tym 8 pojedynczych, 26 podwójnych.

Pyt. 6 Czy Zamawiający wymaga szybkozłącz wody uzdatnionej w panelach i do 32 aparatów HD? (punkt 2-d)

Odp. Tak, do 34 aparatów HD.

Pyt. 7 Zwracamy się z prośbą o określenie wymaganej wielkości mieszalnika. (punkt 3)

Odp. Tak jak w SIWZ, min. 400 litrów

Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Andrzej Stążka