



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/27/PN-22/13/01

Wałbrzych, 19.04.2013r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawa, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody czystej z aparatem RO o dwustopniowej filtracji dla nowej stacji dializ oraz systemu dystrybucji dla jednego koncentratu w Budynku Centrum Pulmonologicznym dla Górników Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu”.

-Zp/27/PN-22/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1 dot. załącznika nr 1 do SIWZ

W specyfikacji do zamówienia widnieje zbiornik wody uzdatnionej. Magazynowanie, stagnacja wody w zbiorniku sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, które są przyczyną infekcji bakteryjnych u pacjentów poddawanych dializie. Nasz dostawca urządzeń z Niemiec, opiera się na wytycznych ISO 13485, które między innymi reguluje zasady produkcji i montażu systemów dializowych. W tych wytycznych zabronione są wszelkie stagnacje wody. Również materiał z którego wykonane są linie doprowadzające wodę do stanowisk dializujących nie powinno być wykonane z PCV, czy można zmienić materiał na inny – bezpieczny dla zdrowia człowieka?

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę materiału na inny.

Pytanie 1 dot. załącznika nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania linie dystrybucji koncentratu zamiast z miękkiego PCV, z polietylenu PE?

Miękkie PCV obecnie nie jest dopuszczane do stosowania w urządzeniach medycznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Andrzej Stążka