



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 23.04.2013 r.

DZPZ-530-Zp/29/PN-24/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy nici chirurgicznych, wyrobów medycznych, podtlenku azotu – Zp/29/PN-24/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w pakiecie 17 poz. 2 nić w kolorze niebieskim, igłę kosmetyczną o 3 krawędziach tnących, długości 12mm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odp. Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w pakiecie 17 poz. 5, 7, 8, 20 nici o długości 75 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odp. Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę **na wydzielenie z pakietu nr 17 poz. 13 i 21 do osobnego podpakietu?** Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości pozyskania naprawdę korzystnych cen.

Odp. Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w pakiecie 17 poz. 13 nici w kolorze niebieskim, bez pętli, długości 100cm i igłę ½ koła** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odp. Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w pakiecie 17 poz. 18 nici o długości 90 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici powlekanych wyłącznie silikonem? **Odp. Nie**

Pozycja 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 2 pozycji 7 i utworzenie z niej osobnego pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odp. Nie

Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej ½ koła 20mm? **Odp. Nie**

Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej ½ koła 20mm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zamian za opakowania z opisem rodzaju nici w języku polskim, opakowania z międzynarodowym oznakowaniem graficznym? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych w pojedynczo szczelną saszetkę tzn. opakowanie zewnętrzne folia-papier i opakowanie wewnętrzne kartonik? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu metryczek lub wyrazi zgodę na osobne dołączenie metryczek do opakowania zbiorczego? **Odp. Nie**

Pytanie 3, dot. pakiet nr 9

Pozycja 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 9 pozycji 3 i utworzenie z niej osobnego pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pozycja 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 9 pozycji 4 i utworzenie z niej osobnego pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odp. Nie

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera o szerokości zszywki 7,2mm i nóżce 4,9mm? **Odp. Nie**

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera o szerokości zszywki 5,9mm i nóżce 3,9mm? **Odp. Nie**

Pytanie 4, dot. pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitek powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia? **Odp. Nie**

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 26mm? **Odp. Nie**

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 26mm? **Odp. Nie**

Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 30mm? **Odp. Nie**

Pozycja 7, 8

Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pozycja 10

Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zamian za opakowania z opisem rodzaju nici w języku polskim, opakowania z międzynarodowym oznakowaniem graficznym? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu metryczek lub wyrazi zgodę na osobne dołączenie metryczek do opakowania zbiorczego? **Odp. Nie**

Pytanie 5, dot. pakiet nr 17

Pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 17 pozycji 2 i utworzenie z niej osobnego pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie-tnącej, 3/8 koła 12mm? **Odp. Nie**

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły kosmetycznej o rozmiarze 13mm? **Odp. Nie**

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici w kolorze czarnym? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Pozycja 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 17 pozycji 13 i utworzenie z niej osobnego pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie

Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? **Odp. Nie**

Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici w kolorze czarnym? **Odp. Tak**

Pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? **Odp. Nie**

Pozycja 20 i 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 17 pozycji 20 oraz 21 i utworzenie z nich osobnego pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych w podwójnie szczelną saszetkę z opakowaniem zewnętrznym folia-papier, opakowanie wewnętrzne koperta a następnie kartonik?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych w pojedynczo szczelną saszetkę tzn. opakowanie zewnętrzne folia-papier i opakowanie wewnętrzne kartonik? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zamian za opakowania z opisem rodzaju nici w języku polskim, opakowania z międzynarodowym oznakowaniem graficznym? **Odp. Nie**

Pytanie 5, dot. pakiet nr 2, 12, 17

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby tacka opisana była grubością szwu? I wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów, opisanych na opakowaniu wewnętrznym? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Pytanie 6, dot. projektu umowy
dotyczy § 3

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Prosimy o zmianę w zapisie umowy §3 ust. 2

Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Prosimy o zmianę w zapisie umowy §3 ust. 3,4

W przypadku nie dostarczenia części przedmiotu umowy Sprzedający upoważnia Kupującego do dokonania zakupu części przedmiotu umowy w ilości zamówieniowej u innego Sprzedającego i obciążenia Sprzedającego różnicą w cenie/kosztach. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Prosimy o zmianę w zapisie umowy §4 ust. 6

Jako datę przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Prosimy o zmianę w zapisie umowy §4 ust. 9

Zamawiający dopuszcza zmiany cen brutto w przypadku zmiany stawek podatku VAT. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Prosimy o zmianę w zapisie umowy §8 ust. 1 pkt. 1

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

- 1) 0,2 % wartości towaru dostarczonego ze zwłoką. liczona od wartości towaru dostarczonego ze zwłoką i tylko za dobę zwłoki.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 7, dot. pakiet nr 4

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 45 cm? **Odp. Nie**

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę 22 mm? **Odp. Tak**

poz. 10

Czy Zamawiający dopuści igłę konwencjonalnie tnącą? **Odp. Tak**

poz. 24

Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną? **Odp. Tak**

poz. 29

Czy Zamawiający dopuści igłę 22 mm? **Odp. Tak**

poz. 34

Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną? **Odp. Tak**

Pytanie 8, dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zawrze we wzorze umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw ? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Pytanie 9, dot. wzoru umowy § 2 ustęp 2 wzoru umowy Załącznik nr 3a

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Pytanie 10, dot. pakiet nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający zgodnie z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych chcąc zachować zasadę **równego traktowania i uczciwej konkurencji** wydzieli z **Pakietu 9 poz. 3** i utworzy z niej odrębny pakiet lub dopuści możliwość składania ofert na pozycje ? **Odp. Nie**

Pytanie 11, dot. pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający zgodnie z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych chcąc zachować zasadę **równego traktowania i uczciwej konkurencji** wydzieli z **Pakietu 6 poz. 2** i utworzy z niej odrębny pakiet lub dopuści możliwość składania ofert na pozycje ? **Odp. Nie**

Pytanie 11, dot. pakiet nr 7

Czy Zamawiający w **Pakiecie 7** wyrazi zgodę na zaoferowanie syntetycznego kleju tkankowego na bazie **n-hexyl** cyjanoakrylanu? **Odp. Zgodnie z zamówieniem z SIWZ**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 7** dopuści klej tkankowy na bazie **n-hexyl** cyjanoakrylanu o pojemności 0,5ml lub 1ml lub 1,5ml? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o sprecyzowanie jaką pojemność kleju tkankowego ma zaoferować Wykonawca w poz. 1 a jaką w pozycji 2 ? Wydajność kleju: 1ml = 100 cm² **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 12, dot. pakiet nr 5

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 poz. 2** dopuści watę hemostatyczną rozmiar **2,6x5,1cm**? **Odp. Tak**
Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby gaza hemostatyczna z **Pakietu 5 poz. 1 i 2** charakteryzowała się wartością pH poniżej 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze. **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 poz. 1** ma na myśli gazę wymiar **5cmx35cm** ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 poz. 1** ma na myśli gazę wymiar **5cmx7,5cm** ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 poz. 1** dopuści gazę hemostatyczną wykonaną z **utlenionej celulozy** o szczegółowych parametrach: czas wchłaniania 7-14 dni, czas hemostazy 3-4min, wartość pH poniżej 3, działanie bakteriobójcze in vitro wobec 40 typów bakterii gram (+) i gram (-)m.in. na

szczepcy MRSE, MRSA, PRSP, VRE potwierdzone w badaniach i instrukcji użytkowania? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający zgodnie z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych chcąc zachować zasadę **równego traktowania i uczciwej konkurencji** wydzieli z **Pakietu 5 poz. 1** oraz 2 i utworzy z nich odrębny pakiet lub dopuści możliwość składania ofert na pozycje ? **Odp. Nie**

Pytanie 13, dot. pakiet nr 9

Czy Zamawiający zgodnie z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych chcąc zachować zasadę **równego traktowania i uczciwej konkurencji** wydzieli z **Pakietu 9 poz. 7** i utworzy z niej odrębny pakiet lub dopuści możliwość składania ofert na pozycje ? **Odp. Nie**

Pytanie nr 14, dotyczy pakietu nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiał szewny powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Poz. 20

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę bez określenia „odczepiana” **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Poz. 31

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę okrągłą z tnącym ostrzem **Odp. Nie**

Poz. 37

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o krzywiznie ½koła **Odp. Nie**

Poz. 41

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 40 mm **Odp. Nie**

Pytanie 15, dotyczy pakietu nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nić jedwabną naturalną, plecioną, powlekaną woskiem lub silikonem, niewchłanianą. **Odp. Tak**

Poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę bez określenia „odczepiana” **Odp. Nie**

Pytanie 16, dotyczy pakietu 2, 13, 15

Czy Zamawiający dopuści nici pakowane w papierowy nośnik nici i podwójne opakowanie sterylne foliowo – papierowe? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Pytanie 17, dotyczy pakietu nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici syntetyczne, monofilamentowe z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, wchłaniające się między 90a 120 dniem od zaimplantowania, niepowlekane **Odp. Nie**

Pytanie 18, dotyczy pakietu nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiały Szewne bez powleczenia antybakteryjnego **Odp. Nie**

Pakiet 19, dotyczy pakietu nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici powlekane w 50% kopolimerem Poli(glikol idu-co-L-laktydu) (w stosunku 30/70) **Odp. Nie**

Poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę bez określenia „odczepiana” **Odp. Nie**

Poz. 7, 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę okrągłą z tnącym ostrzem **Odp. Nie**

Poz. 18,19

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę o długości 40 mm **Odp. Nie**

Pytanie 20, dotyczy Pakietu nr 11

Poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę okrągłą z tnącym ostrzem. **Odp. Nie**

Poz. 16, 17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę o długości 40 mm. **Odp. Nie**

Pytanie 21, dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 8 ust. 1 i doda w pkt 1 zdanie: „jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy” oraz w pkt. 2 ustanowi wysokość kary z tytułu odstąpienia od umowy liczonej od wartości niezrealizowanej części umowy? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Czy w związku z art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**