



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/28/PN-23/13

Wałbrzych, 23.04.2013r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę błon RTG i odczynników do mammografii”.

-Zp/28/PN-23/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby filmy mammograficzne były pokryte minimum dwoma warstwami emulsji światłoczułej, jednak tylko na jednej warstwie filmu z zachowaniem współpracy z jednym ekranem mammograficznym? Rozwiązanie to pozwala uzyskać bardzo precyzyjną charakterystykę sensytometryczną błony - jedna z warstw emulsyjnych błony zapewnia wysoką kontrastowość w obszarze miększego sutka, która to pozwala, między innymi, na doskonałą widoczność mas mikrozwapnienia, druga warstwa umożliwia kontrastowość potrzebną do przejrzystego uwidocznienia linii skóry i obszarów podskórnych, a także do otrzymania ostrych konturów węzadła rozstępowych bez korzystania z doświetlania. Błony przeznaczone są do współpracy z jednym ekranem mammograficznym.

Odp. Nie wyrażamy zgody na dopuszczenie błon pokrytych kilkoma warstwami emulsji po jednej stronie błony.

Błony powinny być pokryte dwiema warstwami emulsji światłoczułej po jednej stronie na każdą stronę filmu (rewers/awers), przeznaczone do współpracy z jednym ekranem wzmacniającym. Tym samym podtrzymujemy warunki określone w specyfikacji.

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*