



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 23.04.2013 r.

DZPZ-530-Zp/29/PN-24/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy nici chirurgicznych, wyrobów medycznych, podtlenku azotu – Zp/29/PN-24/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 oprócz istniejących zapisów nici chirurgicznych o następującej charakterystyce:

Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu/ glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok. 140% dla USP i EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok. 80% w okresie po 14 dniach od wszczęcia oraz 30% po 21 dniach. Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 23,25 igieł bez katalogowego określenia „wzmocnione”, gdyż oferowane przez Wykonawcę igły wykonane są z wysokiej jakości stopu stali zapewniającej wzmocnienie w swojej standardowej postaci. **Odp. Nie**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 1-3, 5-10 igły odwrotnie tnącej **Odp. Tak**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 1, 5, 10 igły 24mm **Odp. Nie**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 17 igły okrągłej przyostrzonej 27mm i nici w rozmiarze „0” lub okrągłej przyostrzonej 37mm **Odp. Nie**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 18 igły okrągłej przyostrzonej 26mm i nici w rozmiarze „3/0” **Odp. Nie**

Pytanie 2, dot. pakiet nr 14

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 14 oprócz istniejących zapisów nici chirurgicznych o następującej charakterystyce:

Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetyleny oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. Odp.

Zgodnie z SIWZ

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 14 materiałów szewnych pakowanych w następujący sposób:– podwójne opakowanie, wewnętrzne sterylne, aluminiowe z oznaczeniem rozmiaru i typu igły, długości i grubości nici oraz kodu produktu oraz zewnętrzne typu papier-folia (folia ze specjalnym pofałdowaniem ułatwiającym otwarcie zewnętrznego opakowania), przezroczyste i umożliwiające odczytanie danych opisanych na aluminiowym opakowaniu – umożliwia identyfikację przez wyrzuceniem nici na stolik instrumentariuszki, a także gdy opakowanie sterylne znajduje się już na jałowym stoliku **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu oferowania w pakiecie 14 w pozycji 9,11,17-20 igieł o trójkątnym przekroju na całej długości igły przy zaoferowaniu nici o powyższej charakterystyce **Odp. Nie**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 1,3-8 igłę okrągłą zwykłą **Odp. Nie**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 5 igłę okrągłą zwykłą 40mm **Odp. Nie**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 9 igłę 26mm **Odp. Tak**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 17-20 igłę kosmetyczną odwrotnie tnącą **Odp. Tak z zachowaniem pozostałych parametrów.**

Pytanie 3, dot. pakiet nr 16

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 16 wymaga zaoferowania szwu syntetycznego monofilamentowego, niewchłaniałnego, polipropylenowego z dodatkiem glikolu polietylenowego, opakowanie typu papier –folia, plastikowa tacka z nawiniętą nicią – tacka opatrzona papierowym identyfikatorem posiadającym nazwę nici, kod katalogowy, rodzaj igły, rozmiar rzeczywisty igły 1:1, kod igły, długość igły ,datę ważności , numer serii , grubość nici, długość nici , kolor nici. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu oferowania w pakiecie 16 w pozycji 11,12 igieł o trójkątnym przekroju na całej długości igły przy zaoferowaniu nici o powyższej charakterystyce

w pozycji 1 prosimy o dopuszczenie nici o długości 60cm

w pozycji 8 nici o grubości 2/0

w pozycji 9 nici o grubości 4/0

w pozycji 12 i 15 igłę 26mm

w pozycji 13 okrągłą przyostrzoną z trzema krawędziami tnącymi 23mm

w pozycji 17 igłę grubą 27mm

Odp. Nie