

Wykonawcy – wszyscy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, soczewek wewnątrzgałkowych i płynów, osprzętu do endoskopów, sprzętu i środków dezynfekcyjnych do hemodializy, implantów do zespołów czaszki, zamkniętego systemu do pobierania krwi, wapna sodowanego.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania.

Pakiet nr 19 – maski krtaniowe

1. Czy Zamawiający wymaga aby mankiet maski miał wzmocniony koniuszek zapobiegający zaginaniu się opróżnionego mankietu podczas zakładania? **Odpowiedź : TAK**
2. Czy Zamawiający wymaga, aby rurka maski była wygięta pod kątem odpowiadającym budowie anatomicznej gardła (około 70°), co ułatwia zakładanie maski i eliminuje nacisk wywierany przez rurkę na górne zęby? **Odpowiedź : Tak jak w SIWZ.**
3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylnej, bezłateksowej, gdzie wymagane w opisie oznaczenia znajdują się w górnej części rurki w widocznym miejscu.

Odpowiedź : TAK

Pakiet nr 26 poz. 9

4. Zwracamy się z zapytaniem czy możliwa jest zmiana jednostki miary ze sztuk na opakowania w przypadku artykułów, których ceny zwyczajowo podaje się w opakowaniach 100 szt. Jednostka miary opakowanie będzie przyjęte tylko do wyceny i odpowiednio przeliczona w celu możliwości podania cen zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku można zaokrąglić cenę.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jednostki miary. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.