



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/22/PN-17/13

Wałbrzych, 30.04.2013r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawy implantów dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej”.

-Zp/22/PN-17/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pakietu nr 16

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści zestaw do rekonstrukcji ACL metodą jednokanałową dwupęczkową składający się z :

System jednokanałowy dwupęczkowy składający się w części udowej z implantu na seryjnie zamontowanym jednorazowym wprowadzaczem o dostępnych wymiarach 29x9 mm, 29x10 mm, 29x11 mm wykonany z PEEK. Implant zapewnia oddzielenie pęczków AM i PL w jednym tunelu. Część piszczelowa składająca się z implantu wykonanego z PEEK oraz osłonki chroniącej przeszczep przed uszkodzeniem. Implant piszczelowy o dostępnych wymiarach 30x 8 mm, 30x 9 mm, 30x 10 mm, 30x 11 mm. W skład zestawu piszczelowego wchodzi również jednorazowy śrubokręt służący do wkręcenia śruby piszczelowej oraz naciągacz ścięgien.

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 2 dot. pakietu nr 1.1

Czy Zamawiający wymaga zastosowanie głów tytanowych 28mm 32mm i 36mm w 4 długościach?

Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pyt. 3 dot. pakietu nr 3.1

Czy Zamawiający wymaga zastosowania głowy o średnicy 28mm i 32mm ze stopu tytanu pokrytej warstwą ceramiki i wymiennie CoCrMo w 4 długościach szyjki?

Odp. Nie dopuszcza.

Pyt. 4

Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:
„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy”?
2. Zmianę brzmienia § 8 ust. 1 wzoru umowy na następujące:
„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”,
2) 4 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Andrzej Stążka