



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 23.05.2013 r.

DZPZ-530-Zp/36/PN-31/13

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy szczotek do chirurgicznego mycia rąk, prowadnic do trudnej intubacji i rurek intubacyjnych, łyżek, łączników, obłożeń, elektrod i pakietów specjalistycznych – Zp/36/PN-31/13

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Jest:

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 5

łyżki do laryngoskopów

L.p.	NAZWA	J.M ·	ILOŚĆ NA 12 – m -cy	CENA NETTO	V A T %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
------	-------	----------	------------------------	---------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	-----------



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

1.	Dzieci	szt.	200						
2.	Dorośli - średnie	szt.	1 100						
3.	Dorości – duże	szt.	700						
			RAZEM						

Parametry :

- jednorazowego użytku;
- kompatybilne z posiadanymi przez oddziały szpitalne rękojeściami laryngoskopów typu Shucman 2;
- sterylne i mikrobiologicznie czyste.

winno być :

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 5

łyżki do laryngoskopów

L.p.	NAZWA	J.M	IŁOŚĆ NA	CENA	V A	CENA	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
------	-------	-----	----------	------	--------	------	---------	-------------------	-----------



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

			12 – m -cy	NETTO	T %	BRUTTO	NETTO		
1.	Dzieci	szt.	200						
2.	Dorośli - średnie	szt.	1 100						
3.	Dorości – duże	szt.	700						
			RAZEM						

Parametry :

- jednorazowego użytku;
- kompatybilne z posiadanymi przez oddziały szpitalne rękojeściami laryngoskopów typu Shucman 2;
- sterylne lub mikrobiologicznie czyste.