



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 27.05.2013 r.

DZPZ-530-Zp/36/PN-31/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy szczotek do chirurgicznego mycia rąk, prowadnic do trudnej intubacji i rurek intubacyjnych, łyżek, łączników, obłożeń, elektrod i pakietów specjalistycznych – Zp/36/PN-31/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopów dla dzieci Miller w rozmiarze 0 i 1? **Odp. Nie**

Pytanie 2, dot. pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek do laryngoskopów zdezynfekowanych, zapakowanych, gotowych do użytku. **Odp. Sterylne lub mikrobiologicznie czyste.**

Pytanie nr 3, dot. pakiet nr 1, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk przeznaczone do sterylizacji w autoklawie w temp 132°C, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Tak**

Pytanie nr 4, dot. pakiet nr 4, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych o rozmiarze 6 FR/CH odpowiadające rozmiarom rurek < 3,5, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie nr 5, dot. pakiet nr 4, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych o długości 302 mm, o rozmiarze 6 FR/CH odpowiadające rozmiarom rurek < 3,5, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie nr 6, dot. pakiet nr 4, poz. nr 3- 4

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych o długości 382 mm, o rozmiarze 10 FR/CH odpowiadające rozmiarom rurek od 4 do 5, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie nr 7, dot. pakiet nr 10, poz. nr 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji miał na myśli gazę hemostatyczną o rozmiarze 5 cm x 35 cm? **Odp. Tak**

Pytanie nr 8, dot. pakiet nr 10, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną o rozmiarze 5 cm x 7,5 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Nie**

Pytanie nr 9, dot. pakiet nr 10, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną o czasie wchłaniania 5- 8 dni, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 10, dot. pakiet nr 10, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną o rozmiarze 2,5 cm x 5 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 11, dot. pakiet nr 10, poz. nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu w/w pozycji? Umożliwi to złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców a Zamawiającemu wybór korzystniejszego rozwiązania. **Odp. Nie**

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający zawrze we wzorze umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Pytanie nr 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 2 ustęp 2 wzoru umowy Załącznik nr 3a, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 2 ustęp 1. Brak wskazania zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny oferty, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówił 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie. W związku z powyższym pytaniem proponujemy modyfikację umowy w następujący sposób: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20% wartości tejże umowy. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający w pakiecie 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie syntetycznego kleju tkankowego na bazie n-hexyl cyjanoakrylanu? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści klej tkankowy na bazie n-hexyl cyjanoakrylanu o pojemności 0,5ml lub 1ml lub 1,5ml? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o sprecyzowanie jaka pojemność kleju tkankowego ma zaoferować Wykonawca w pozycji 1 a jaką w pozycji 2? Wydajność kleju: 1ml = 100 cm². **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 2 dopuści watę hemostatyczną rozmiar 2,6x5,1cm? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby gaza hemostatyczna z pakietu 10 pozycja 1 i 2 charakteryzowała się wartością pH poniżej 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 1 ma na myśli gazę wymiar 5 cmx35cm? **Odp. Tak**

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 1 ma na myśli gazę wymiar 5 cmx7,5cm **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 1 dopuści gazę hemostatyczną wykonana z utlenionej celulozy o szczegółowych parametrach: czas wchłaniania 7-14 dni, czas hemostazy 3-4 min, wartość pH poniżej 3, działanie bakteriobójcze In vitro wobec 40 typów bakterii gram (+) i na szczepy MRSB, MRSA, PRSP, VRE potwierdzone w badaniach i instrukcji użytkowania? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający zgodnie z art. 7 ustawy Pzp chcąc zachować zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji wydzieli z pakietu 10 poz. 1 oraz 2 i utworzy z nich odrębny pakiet lub dopuści możliwość składania ofert na pozycje? **Odp. Nie**