



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 07.06.2013 r.

DZPZ-530-Zp/41/PN-36/13

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Kompleksową dostawę odczynników laboratoryjnych do mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów w zakresie mikrobiologii” – Zp/41/PN-36/13.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1 dot. projektu umowy.(załącznik nr 3 a, 3 c, 3 d do SIWZ). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 3 ust. 2 i wydłużyć termin dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego ? Odp. Nie.

Pytanie 2 dot. projektu umowy.(załącznik nr 3 a, 3 c załącznik do SIWZ). Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie § 4 ust. 7, formułując go w następujący sposób:

1. „Wykonawca gwarantuje rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. W razie awarii trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zagwarantuje aparat zastępczy do czasu zakończenia naprawy aparatu uszkodzonego.” Odp. Nie.

Pytania dot. Pakietu 2 Tabela 2a

Poz. 29. Czy Zamawiający wydzieli z tabeli testy do identyfikacji bakterii *Neisseria* sp. i *Haemophilus* sp. albo zgodzi się na zaoferowanie szybkich 4 godzinnych testów manualnych? Odp. Nie.

Poz. 30. Czy Zamawiający wydzieli z tabeli testy do identyfikacji bakterii beztlenowych albo zgodzi się na zaoferowanie szybkich 4 godzinnych testów manualnych? Odp. Nie.

Poz. 34. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu testów do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych z użyciem analizatora mikrobiologicznego lub możliwość zaoferowania testów manualnych do oceny lekowrażliwości grzybów w postaci pasków typu E-test lub innych metod umożliwiających precyzyjną ocenę lekowrażliwości tych drobnoustrojów, za pomocą metody mikrorozcieńczeń w bulionie, które są rekomendowane przez EUCAST oraz Krajowy Ośrodek ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów? Odp. Nie. Zamawiający nie wydziela z pakietu w/w testów oraz nie dopuszcza testów manualnych, których u Zamawiającego nie stosuje od lat. Dopuszczenie testów manualnych spowodowałoby cofanie się w kwestii techniki wykonywania badań.

Poz. 26. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krajowej jak i zagranicznej a także opinii wielu mikrobiologów praktyków wynika, iż fakt zastąpienia w tym podłożu Vit K3 Vit K1, nie wpływa na właściwości namnażająco - identyfikacyjne wspomnianego podłoża Schaedler Agar z Witaminą K1 zamiast Vit. K3? Odp. Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na w/w pytanie gdyż zostało ono błędnie sformułowane.

Pytania Pakiet 2 Tabela „ Parametry graniczne aparatu”

Poz.. 12 „Wykonywanie identyfikacji bakterii: G (+), G(-) i bakterii beztlenowych”. Prosimy o usunięcie wymogu dotyczącego identyfikacji bakterii beztlenowych z tabeli parametrów granicznych bądź wnosimy o dopuszczenie testów manualnych. Odp. Zamawiający nie usuwa w/w wymogu oraz nie dopuszcza testów manualnych, których u Zamawiającego nie stosuje od lat. Dopuszczenie testów manualnych spowodowałoby cofanie się w kwestii techniki wykonywania badań.

Poz. 13 „Identyfikacja drobnoustrojów o dużych wymaganiach odżywczych: Neisseriasp., Haemophilussp., Corynebacterium...”. Prosimy o usunięcie wymogu z tabeli parametrów granicznych bądź wnosimy o dopuszczenie testów manualnych. Odp. Zamawiający nie usuwa w/w wymogu oraz nie dopuszcza testów manualnych, których u Zamawiającego nie stosuje od lat. Dopuszczenie testów manualnych spowodowałoby cofanie się w kwestii techniki wykonywania badań.

Poz. 14 „Określanie lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych”. Prosimy o usunięcie wymogu z tabeli parametrów granicznych bądź wnosimy o dopuszczenie testów manualnych. Odp. Zamawiający nie usuwa w/w wymogu oraz nie dopuszcza testów manualnych, których u Zamawiającego nie stosuje od lat. Dopuszczenie testów manualnych spowodowałoby cofanie się w kwestii techniki wykonywania badań.

Pytania Pakiet 2 Tabela „ Parametry graniczne podłoży”. Czy Zamawiający dopuści w poz. nr: 1,2,8,14 konfekcjonowanie 120szt./op.? Odp. Tak.

Pakiet 2 Tabela 2b. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie części 2b do osobnego pakietu? Odp. Nie.

Pakiet 2 Tabela 2 b poz. 7. Roztwór soli fizjologicznej. Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość zaoferowania jałowej soli fizjologicznej w ampulkach/probówkach szklanych o pojemności 5 ml z płaskim dnem ? Odp. Tak.

Pakiet 2 Tabela 2 b poz. 9. Pojemnik (przezroczysty) do hodowli w warunkach specjalnych (CO2, warunki beztlenowe) o poj.2-3 l (do 15 płytek). Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość zaoferowania przezroczystego pojemnika do hodowli w warunkach specjalnych (CO2, warunki beztlenowe) o poj. ok. 3,9 l (15 płytek) kompatybilnego z oferowanymi generatorami CO2 (poz. 10) lub warunków beztlenowych ? Odp. Tak.

Pakiet 2 - tabela 2a. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoży z minimalnym terminem ważności 5 -6 tygodni; a pozostałe pozycje minimum 4 miesiące? Odp. Tak.

Pakiet 2 - tabela 2b. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów z następującymi terminami ważności : Poz. 1 – minimum 8 tygodni ; poz. 3-5, 8 – minimum 4 miesiące , pozostałe minimum 6 miesięcy? Odp. Tak.

Pakiet 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pasków z następującymi terminami ważności : Poz. 1 ,2– minimum 6 miesięcy pozostałe minimum 12 miesięcy? Odp. Tak.

Dotyczy pakietu 1

Czy w punkcie 3 tabeli z wymogami Zamawiający dopuści wprowadzanie butelek do aparatu przechowywanych w kontrolowanej temperaturze pokojowej (20-25 st.C), co jest zalecane przez producenta? Dołączamy przykładową tabelkę z instrukcji technicznej producenta dotyczącą badania odzysku drobnoustrojów przy opóźnionym wkładaniu posianych butelek walidacji preinkubacji w różnych temperaturach. Czy Zamawiający uzna te informacje za spełnienie warunków zamówienia?

Pkt. 3. Opóźnione wprowadzanie butelek po preinkubacji w temp. 35-37 stopni Celsjusza TAK
--

Odp. Tak.

Opóźnione wkładanie

Wyniki badań posiewowych 6 szczepów* przeprowadzonych w dwóch ośrodkach. Wszystkie butelki zawierały krew ludzką pochodzącą od zdrowych ochotników i przed włożeniem ich do urządzenia BacT/ALERT były przechowywane w odpowiedniej temperaturze przez dozwolony czas.

Próbka	Temperatura inkubacji (°C)	Czas wstrzymania (godziny)	% namnażania	Czas do detekcji od inokulacji próbki (Czas wstrzymania + TTD urządzenia w godzinach)	
				Srednio	Zakres
Posiane butelki testowe	Kontrola	Brak opóźnień	100,0	15,9	10,2–40,4
	2–8	48	100,0	64,3	58,7–90,4
	20–25	24	100,0	35,9	28,1–72,0
	20–25	36	100,0	44,9	38,0–78,6
	35–37	8	100,0	18,4	12,2–43,0
	35–37	24	71,4	28,6	26,0–52,3
Kontrole ujemne	Wszystkie warunki		0,0	-	-

*Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecium, Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży kompletnych w przypadku posiewu krwi?

22 Podłoża kompletne, bez konieczności dodawania suplementów wzbogacających

Odp. Tak.

Dotyczy pakietu nr 2

1. Czy w punkcie 11 tabeli z wymogami Wykonawca ma rozumieć, że nie ma możliwości wydostania się materiału zakaźnego z kart pomiarowych? Odp. Tak.

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania osobnych testów do identyfikacji i osobnych do lekowrażliwości, składających się z rozdzielnych kart/paneli? Odp. Tak.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat wykonywał wszystkie czynności automatycznie włącznie z napełnianiem kart/paneli, poprzez odczyt aż do zakończenia procesu i wyrzucenia zużytych testów w obrębie aparatu w celu zminimalizowania czynności wykonywanych przez pracownika obsługującego analizator? Odp. Tak.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby testy identyfikacyjne dla tlenowych bakterii gram ujemnych, tlenowych bakterii gram dodatnich, bakterii beztlenowych, bakterii o zwiększonych wymaganiach odżywczych (Neisseria spp., Haemophilus spp), grzybów drożdżopodobnych były wykonywane automatycznie przez oferowany system zgodnie z opisem pakietu nr 2 - "Automatyczny system mikrobiologiczny do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów"? Odp. Tak.

5. Czy Zamawiający wymaga, aby testy do lekowrażliwości dla tlenowych bakterii gram ujemnych, tlenowych bakterii gram dodatnich i grzybów drożdżopodobnych były wykonywane automatycznie przez oferowany system zgodnie z opisem pakietu nr 2 - "Automatyczny system mikrobiologiczny do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów"? Odp. Tak.

6. Czy w pozycji 13 Zamawiający wymaga, aby na tym podłożu E.coli i grupa KESC były identyfikowane w różnych kolorach, a wśród karbapenemaz mają być wykrywane szczególnie KPC i NDM1? Odp. Pytanie nie dotyczy poz. 13.

7. Czy w pozycji nr 21 Zamawiający wymaga, aby odczyt odbywał się po 24 h inkubacji w warunkach beztlenowych, bez dodatkowych narzędzi (np. lampy UV)? Odp. Tak.

8. Czy w tabeli 2b w punkcie 7 Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 4 opakowań po 100 sztuk? Odp. Tak.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie w Tabeli 2c - odcz./materiały zużywalne - również szczepów wzorcowych, które są wymagane przez producenta do kontroli jakości mikrobiologicznej poszczególnych kart identyfikacyjnych i kart antybiogramowych? Odp. Tak.

Dotyczy pakietu 3 i 4

1. Czy Zamawiający oprócz pasków konfekcjonowanych w blistrze i przechowywanych w temperaturze -20 st.C wyraża zgodę na konfekcjonowanie w formie pojedynczo pakowanych pasków przechowywanych w temp. 2-8 st.C? Jeśli tak, to czy Zamawiający zmieni odpowiednio wymogi tabel z parametrami granicznymi w punktach 2, 3 i 5? Odp. Tak, ale Zamawiający nie zmienia parametrów granicznych w pkt. 2, 3 i 5.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby testy do oznaczania wartości MIC posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka d/s lekowrażliwości, w związku z istotą procedury jaką wykonuje się przy ich użyciu i czy należy dołączyć ją do oferty? Odp. Zamawiający nie wymaga aby testy do oznaczania wartości MIC posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka d/s lekowrażliwości. Zamawiający dopuszcza załączenie opinii do oferty jeżeli testy ją posiadają.

Dotyczy pakietu 4

1. Czy Zamawiający wymaga, aby testy pochodziły od jednego producenta? Odp. Nie.

2. W pozycjach: 5, 6 i 8 pakietu nr 4 Zamawiający wymaga wyższego czy niższego zakresu stężeń? Odp. Zamawiający wymaga niższego zakresu.

Załącznik nr 3a do SIWZ- pakiet nr 1

1. § 3 ust.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień i zastąpienie ją formą faxową, mailem? Odp. Zamawiający nie wykreśla z projektu umowy telefonicznej formy składania zamówień jednakże dopuszcza składanie zamówień drogą faxową, e-mailową.

2. § 3 ust.2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Odp. Nie.

3. § 5 ust. 8 Prosimy o dopisanie po kropce. „Zmiana ta nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy”. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

4. § 5 ust. 9 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania nr pakietu na fakturze ? Odp. Zamawiający nie odstępuje od wymogu podawania nr pakietu na fakturze jednakże dopuszcza wystawianie faktur przez Wykonawcę bez zamieszczonego na nich numeru pakietu.

5. § 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Reklamacje dotyczące jakości, ilości, asortymentu, odczynników, dostarczenia towaru niepełnowartościowego lub uszkodzonego będą składane faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 5 dni od daty otrzymania faktury.” Odp. Nie.

6. § 7 ust. 3 Prosimy o wykreślenie zapisu gdyż zapis stanowi wprost o obciążeniu Wykonawcy kosztami ekspertyz nawet w przypadku zasadnej odmowy reklamacji przez Wykonawcę. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Załącznik nr 3b do SIWZ – pakiet nr 2

1. § 3 ust.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień i zastąpienie ją formą faxową, mailem? Odp. Zamawiający nie wykreśla z projektu umowy telefonicznej formy składania zamówień jednakże dopuszcza składanie zamówień drogą faxową, e-mailową.

2. § 3 ust.2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Odp. Nie.

3. § 5 ust. 8 Prosimy o dopisanie po kropce. „Zmiana ta nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy”. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

4. § 5 ust. 9 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania nr pakietu na fakturze? Odp. Zamawiający nie odstępuje od wymogu podawania nr pakietu na fakturze jednakże dopuszcza wystawianie faktur przez Wykonawcę bez zamieszczonego na nich numeru pakietu.

5. § 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Reklamacje dotyczące jakości, ilości, asortymentu, odczynników, dostarczenia towaru niepełnowartościowego lub uszkodzonego będą składane faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 5 dni od daty otrzymania faktury.” Odp. Nie.

6. § 7 ust. 3 Prosimy o wykreślenie zapisu gdyż zapis stanowi wprost o obciążeniu Wykonawcy kosztami ekspertyz nawet w przypadku zasadnej odmowy reklamacji przez Wykonawcę. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Załącznik nr 3c do SIWZ – pakiety 1 i 2

1. § 3 ust.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień i zastąpienie ją formą faxową, mailem? Zamawiający nie wykreśla z projektu umowy telefonicznej formy składania zamówień jednakże dopuszcza składanie zamówień drogą faxową, e-mailową.

2. § 3 ust.2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Odp. Nie.

3. § 5 ust. 8 Prosimy o dopisane po kropce. „Zmiana ta nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy”. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

4. § 5 ust. 9 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania nr pakietu na fakturze – skoro do każdego pakietu będzie zawierana inna umowa – więc będzie jej nadany również inny nr? Odp. Zamawiający nie odstępuje od wymogu podawania nr pakietu na fakturze jednakże dopuszcza wystawianie faktur przez Wykonawcę bez zamieszczonego na nich numeru pakietu.

5. § 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Reklamacje dotyczące jakości, ilości, asortymentu, odczynników, dostarczenia towaru niepełnowartościowego lub uszkodzonego będą składane faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 5 dni od daty otrzymania faktury.” Odp. Nie.

6. § 7 ust. 3 Prosimy o wykreślenie zapisu gdyż zapis stanowi wprost o obciążeniu Wykonawcy kosztami ekspertyz nawet w przypadku zasadnej odmowy reklamacji przez Wykonawcę. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Załącznik nr 3d do SIWZ -pakiety nr 3, 4,

1. § 3 ust.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień i zastąpienie ją formą faxową, mailem? Odp. Zamawiający nie wykreśla z projektu umowy telefonicznej formy składania zamówień jednakże dopuszcza składanie zamówień drogą faxową, e-mailową.

2. § 3 ust.2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Odp. Nie.

3. § 5 ust. 7 Prosimy o dopisane po kropce. „Zmiana ta nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy”. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

4. § 5 ust. 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania nr pakietu na fakturze? Odp. Zamawiający nie odstępuje od wymogu podawania nr pakietu na fakturze jednakże dopuszcza wystawianie faktur przez Wykonawcę bez zamieszczonego na nich numeru pakietu.

5. § 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Reklamacje dotyczące jakości, ilości, asortymentu, odczynników, dostarczenia towaru niepełnowartościowego lub uszkodzonego będą składane faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 5 dni od daty otrzymania faktury.” Odp. Nie.

6. § 7 ust. 3 Prosimy o wykreślenie zapisu gdyż zapis stanowi wprost o obciążeniu Wykonawcy kosztami ekspertyz nawet w przypadku zasadnej odmowy reklamacji przez Wykonawcę. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

