

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, soczewek wewnątrzgałkowych i płynów, osprzętu do endoskopów, sprzętu i środków dezynfekcyjnych do hemodializy, implantów do zespołów kości czaszki, zamkniętego systemu do pobierania krwi, wapna sodowanego. Zp/40/PN-29/08

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

Pytanie 1. dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza , aby oferowany w tej pozycji hialuronian sodu charakteryzował się następującymi parametrami fizykochemicznymi:

- Stężenie 1%
- ampułkostrzykawka z jednorazową kaniulą
- pojemność 0,85 ml
- masa cząsteczkowa 1 900 000 Daltona
- syntetyzowany na drodze fermentacji bakteryjnej
- lepkość 280 000 cps

Jeśli tak , jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować;

Odpowiedź : NIE

Pytanie 2. dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji hydroxypropylometylocelulozę , która charakteryzuje się następującymi parametrami fizykochemicznymi:

- stężenie 2%
- ampułkostrzykawka z jednorazową kaniulą
- pojemność 1,5 ml
- masa cząsteczkowa większa niż 80 000 Daltona
- lepkość 4 000 +/- 1 500 cps
- osmolarność 255-315 mOsm

Jeśli tak, jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować;

Odpowiedź : NIE

Pytanie 3. dot. projektu umowy :

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego zmianę stawki VAT, w momencie zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie nr 4. dot. § 4 ust. 3 pkt b) projektu umowy :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy dla zamówień „na cito”, z 48h do 72h. Oferowane wyroby stosowane są w planowanych zabiegach i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie;

Odpowiedź : NIE. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 5. dot. Rozdziału X pkt B) SIWZ:

Wnosimy o zmianę zapisu (Rozdz. X, pkt B SIWZ) dotyczącego wymagań wobec dokumentów i oświadczeń przedłożonych w języku obcym zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zgodnie z §4 ust. 3 tego rozporządzenia dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę;

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę aby dokumenty sporządzone w języku obcym składane z tłumaczeniem na język polski poświadczone były przez Wykonawcę.

Pytanie 6. dot. projektu umowy :

1. § 4 ust. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego nici chirurgicznych gdyż nie są one przedmiotem postępowania przetargowego?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że zapis w umowie „nici chirurgicznych” został umieszczony pomyłkowo.

Pytanie nr 7. dot. Pakietu nr 15

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie jakie implanty do zespolenia kości czaszki ma na myśli? Proszę o podanie :

- jakich wymaga wkrętów: 1,5mm; 2,0mm; 2,7mm? **Odpowiedź: 1,5mm**
- jakich grubości płytek 0,6 czy 1,0mm? **Odpowiedź: jedno i drugie**
- kształtu płytek? **Odpowiedź: różne kształty – proste, kwadratowe, okrągłe itp.**

2. Czy Zamawiający mógłby rozpisać implanty z podziałem na wkręty i płytki oraz podać ilość zarówno dla jednych jak i drugich?

Odpowiedź: Śrubek – 150 szt, - płytki różne kształty – 50 szt.