



ISO 900

Akredytacja CMJ



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 19.06.2013r.

DZPZ-530-Zp/50/PN-45/13

Wykonawcy wg rozdzielnika

Wynik postępowania

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody czystej z aparatem RO o dwustopniowej filtracji dla nowej stacji dializ oraz systemu dystrybucji dla jednego koncentratu w Budynku Centrum Pulmonologicznym dla Górników Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.”

-Zp/50/PN-45/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Na dostawcę w w/w postępowaniu został wybrany Wykonawca:

B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl- wartość z VAT- 563 056,92zł

Uzasadnienie wyboru:

Jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu

Oferta nr 2 uzyskała 100pkt.

W postępowaniu ofertę złożyła również firma: Fresenius Medical Care Polska S.A.
Ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań- wartość z VAT- 583 087,00zł

Oferta nr 1 firmy Fresenius Medical Care Polska S.A., Ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

Firma Fresenius Medical Care Polska S.A. w w/w postępowania w swojej ofercie nie uwzględniła wtórnej pętli doprowadzającej wody do każdego aparatu sztuczna nerka oraz możliwości rozbudowy systemu o kolejny zbiornik i dodatkową sekcję pomp.

Zamawiający informuje, iż przesunięto wartość szacunkową przeznaczoną na realizację zamówienia do kwoty podanej przez Wykonawcę (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.).

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu informuje, że umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta nie wcześniej niż 25.06.2013r. (zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Pzp) oraz po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy- zgodnie z SIWZ oraz załącznikiem nr 3 do SIWZ (§9 ust. 1)

W związku z powyższym zawiadamiamy, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy, zgodnie z art. 148 ustawy Pzp. w formie bezgotówkowej należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu. Natomiast w formie gotówkowej należy przekazać na nr konta: **Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.**

ROZDZIELNIK

Wykonawcy w postępowaniu:

przetarg nieograniczony na,, Dostawę, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody czystej z aparatem RO o dwustopniowej filtracji dla nowej stacji dializ oraz systemu dystrybucji dla jednego koncentratu w Budynku Centrum Pulmonologicznym dla Górników Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.”

-Zp/50/PN-45/13

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena *
1	Fresenius Medical Care Polska S.A.,Ul. Krzywa 13 60-118 Poznań	583 087,00zł
2	B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o., Ul. Sienkiewicza 3 64-300 Nowy Tomyśl	563 056,92zł

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*