



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 20.04.2013 r.

DZPZ-530-Zp/54/PN-49/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego – Zp/54/PN-49/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. projektu umowy

Prosimy o dodanie w umowie w § 3 zapisu

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 4 ust. 4

W przypadku nie dostarczenia zamówienia części przedmiotu umowy Sprzedający upoważnia Kupującego do dokonania zakupu części przedmiotu umowy w ilości zamówionej u innego Sprzedającego i obciążenie Sprzedającego różnicą w cenie/kosztach. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 4 ust. 5 **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 5 ust. 2 **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§ 6 pkt.5

Zamawiający pisze iż: „Dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT”.

Czy w takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie ulega cena brutto ? **Odp. Tak, wtedy kiedy podatek VAT ulegnie zmianie.**

§ 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę doprecyzowanie zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§ 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

- a) dla zamówień bieżących – do 5 dni roboczych,

b) dla zamówień „na cito” – do 48 godzin w dniu roboczym.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

§ 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy, po ponownym wezwaniu do realizacji zamówienia” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§ 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na następujący:

„Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni roboczych od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury za pośrednictwem faxu potwierdzonego pisemnie”. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§ 4 ust. 7

Czy Zamawiający może wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§ 6 ust. 1

Czy Zamawiający może wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie z fakturą, w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§ 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ustępu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 14 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§ 8 ust. 1 podpunkt 1) i 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§ 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego? **Odp. Nie została wszczęta likwidacja i nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie n/w zapisu do projektu umowy:

„Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga uchwyt monopolarny jednorazowy czy wielorazowy ? **Odp. Monopolarny jednorazowy.**

Prosimy o sprecyzowanie do jakiego typu diatermii mają być używane opisane uchwyty ? **Odp. Valleylab, Aesculap, Apparatus.**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody z dwoma przyciskami, elektrodą i kablem? **Odp. Tak.**

Prosimy Zamawiającego o określenie do jakiego generatora elektrochirurgicznego (jakiego producenta) wymagane są uchwyty elektrod opisane w pakiecie nr 7 **Odp. Valleylab, Aesculap, Apparatus.**

poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kabla o dł. 3m lub 5m? **Odp. Dopuszcza ale nie wymaga.**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w zakresie pakietu nr 7 Zamawiający oczekuje zaoferowania następujących elektrod monopolarnych (do wyboru podczas składania zamówienia):

- kompletna sterylna elektroda monopolarna, jednorazowego użytku, z 2 przyciskami uruchamiającymi funkcje cięcia i koagulacji, dostarczona z zamontowaną elektrodą nożową o średnicy trzonka 2,4mm (elektroda zdejmowalna), z przewodem o długości 3m, ze złączem trójbolcowym lub na jeden bolec (Zamawiający określi rodzaj złącza przy składaniu zamówienia). Każda elektroda dostarczona w plastikowym futerale do przymocowania w sterylnym polu instrumentariuszki. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

- kompletna sterylna elektroda monopolarna, jednorazowego użytku, z 2 przyciskami lub z przełącznikiem kołyskowym uruchamiającymi funkcje cięcia i koagulacji (Zamawiający określi rodzaj włącznika przy składaniu zamówienia), dostarczona z zamontowaną elektrodą nożową pokrytą silikonem zapobiegającym przywieraniu tkanek, o średnicy trzonka 2,4mm (elektroda zdejmowalna), z przewodem o długości 3m, ze złączem trójbolcowym. Każda elektroda dostarczona w plastikowym futerale do przymocowania w sterylnym polu instrumentariuszki. **Odp. Do generatora Valleylab, Aesculap, Apparatus.**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 3

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z elektrodą ostrzową powlekąną PTFE (teflonem) mającą identyczne właściwości jak elektroda z powłoką EDGE? **Odp. Nie.**

Czy Zamawiający wymaga uchwytu wielorazowego o min. 60 sterylizacjach czy uchwytu jednorazowego? **Odp. Jednorazowego użytku.**

Pytanie 4, dot. SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby wykaz zrealizowanych dostaw oraz referencje dotyczyły konkretnie sprzętu który jest oferowany w danym pakiecie, czy może być to wykaz dostaw i referencji dot. innego drobnego sprzętu medycznego? **Odp. Wykaz zrealizowanych dostaw oraz referencji winien być zgodny z opisem z SIWZ rozdział V. Sposób oceny warunków pkt. 1 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 5

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 1 Serwety chirurgicznej do artroskopii kolana o wymiarach 320 x 200 cm z neoprenowym otworem 6x8 cm, zintegrowanej ze zbiornikiem na płyny w kształcie worka. Zbiornik również wyposażony w neoprenowy otwór 6x8 cm oraz 2 zawory umożliwiające podłączenie do ssaka i organizator przewodów. **Odp. Tak**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 3 Kieszoni przylepnej jednokomorowej do przechwytywania płynów o rozm. 50 x 60 cm. **Odp. Tak**

poz. 1, 4

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 i 4. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. **Odp. Nie**

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osobno sterylnie pakowanej serwety do zabiegów w artroskopii oraz osobno sterylnie pakowaną torbę na płyny ze sztywnikiem, z filtrem, z końcówką do podłączenia ssaka? **Odp. Nie**

poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kieszon przylepną w rozmiarze 50 x 60cm **Odp. Tak**

poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji samoprzylepnej taśmy włókninowej w rozmiarze 10 cm x 50 cm. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty. **Odp. Tak**

Pytanie 6, dot. pakietu nr 9

poz. 1

Czy zamawiający dopuści pojemniki na 20 ml? **Odp. Nie**

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 35 ml? **Odp. Nie**

poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 120 ml? **Odp. Nie**

poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 250ml? **Odp. Nie**

poz. 8, 9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2300 ml? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 8 pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 2500 ml? **Odp. Nie**

Czy w poz 8 Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 2300ml? **Odp. Nie**

Czy w poz 8 Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 2500ml? **Odp. Nie**

Pytanie 7, dot. pakietu nr 6

poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, poz. 1 pozwoli zaoferować worki laparoskopowe samorozprężalne o pojemności 260 ml, lub 170 ml zachowując pozostałe wymagane parametry techniczne? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy o wskazanie który rozmiar możemy zaoferować **Odp. Nie**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie zaoferowanie w pakiecie 6 worków laparoskopowych do ewakuacji preparatu o pojemności ok. 190ml. **Odp. Nie**

Z uwagi na ryzyko wystąpienia uczulenia u operowanych pacjentów na produkty zawierające naturalny lateks, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie pakietu 6 Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby zaoferowane worki laparoskopowe były wykonane z wytrzymałego na rozerwanie poliuretanu (nie lateksowe). Tylko taki rodzaj materiału zapewni bezpieczeństwo operowanym pacjentom oraz zagwarantuje, że worek nie ulegnie rozerwaniu przy przechodzeniu przez powłoki brzuszne. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 8, dot. pakietu nr 4

poz. 3, 4

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 i 4. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. **Odp. Nie**

poz. 5 (3)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Pezzera mają posiadać trzy lub cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu? **Odp. 3 otwory.**

Pytanie 9, dot. pakietu nr 10

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wkłady workowe o pojemności 1,5 litra? **Odp. Nie**

poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wkłady workowe z pokrywą z trzema króćcami: pacjent, próżnia, tandem? **Odp. Nie**

poz. 5,8,9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wielorazowy o pojemności 1,5 litra? **Odp. Nie**

poz. 7,8

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wielorazowe na wkłady workowe z przezroczystego tworzywa? **Odp. Nie**

poz. 17

Czy Zamawiający dopuści uchwyt do mocowania pojemników z zaczepem śrubowym ? **Odp. Nie**

poz. 18

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 18 do osobnego zadania? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert ? **Odp. Nie**

poz. 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osobno sterylnie pakowaną kankę Yankauer oraz osobno sterylnie pakowany dren? **Odp. Nie**

poz. 18

Czy nie wystąpiła omyłka i Zamawiający miał na myśli dren o długości 3-4 metry ? **Odp. Nie zaszła pomyłka.**

poz. 18

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 8mm ? **Odp. Nie**

poz. 18

Czy Zamawiający dopuści kankę Yankauer w rozmiarze CH20 i CH23? **Odp. Nie**

poz. 18

Czy Zamawiający dopuści kankę Yankauer o dużym przepływie 7mm i 10mm ? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz.18

Czy Zamawiający dopuści dren o rozmiarach CH24 i CH30 ? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. 24

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 24 do osobnego zadania? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert ? **Odp. Nie**

poz. 24

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny o pojemności 1000ml o parametrach:
Podziałka od 50 do 1000 ml

- Wykonany z PCV klasy medycznej
- Wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści
- Nie zawiera lateksu



Odp. Zgodnie z SIWZ.

poz. 24

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny o pojemności 1500ml? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki i wkłady workowe innego producenta niż będącego w posiadaniu szpitala pod warunkiem doposażenia szpitala w niezbędne oprzyrządowanie? **Odp. Nie**

poz. 14

Czy Zamawiający dopuści dren łączący z zakończeniem typu żeńskiego i schodkowy łącznik typu kapkon do cewników bez osłony do zamykania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz. 1-8 i utworzy oddzielne zadanie, co umożliwi udział w postępowaniu wykonawców, specjalizujących się w dostawach systemów do odsysania, a Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot Zamówienia? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta, pod warunkiem doposażenia szpital, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, moczowniki)? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładzie? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów? **Odp. Nie**

Pytanie 10, dot. pakietu nr 10 i 11

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 10 i 11 do osobnego zadania? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert ? **Odp. Nie**

Pytanie 11, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 poz. 7, wymaga zaoferowania pojemników typu Redon o pojemności 200ml ze wstępnie wytworzonym podciśnieniem (wysokociśnieniowych) ? **Odp. Nie**

poz. 1-6

Czy Zamawiając ze względu na pamięć kształtu materiału z jakiego wykonane są dreny Redona, co niejednokrotnie powoduje niekorzystne i niekontrolowane uciski na tkanki w miejscu osadzenia drenu - ma na myśli dreny typu Redon, pakowane „na wprost”, bez zawijania? **Odp. Tak**

Pytanie 12, dot. pakietu nr 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie klipsów polimerowe w rozmiarze XL. Klipsy pakowane w magazynki po 6 szt., magazynki nie posiadające taśmy samoprzylepnej. **Odp. Nie**