



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 09.07.2013 r.

DZPZ-530-Zp/57/PN-52/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego – Zp/57/PN-52/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2

1. Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowaną skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 20 ml z końcówką typu Luer o poj. 20 ml, skala 1ml. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 5, 9- 12

Prosimy o wyjaśnienie czy strzykawki mają posiadać co najmniej typ strzykawki i logo producenta na cylindrze w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki i poprawnego ustawienia w menu z listą strzykawek wyświetlaną w pompie? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Poz. 1-4

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki powinny być w pełni zgodne z PN-EN ISO 7886 „Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku”. **Odp. Tak jak w SIWZ.**
2. Prosimy o doprecyzowanie, czy zgodnie z PN-EN ISO 7886 „Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku”, oferowane strzykawki powinny posiadać nominalną skalę pomiarową, o dokładności wskazanej i wymaganej w siwz dla poszczególnych pojemności ? **Odp. Tak jak w SIWZ.**
3. Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika (także związane odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych) oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego w trakcie całego okresu jego użytkowania (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego) - oferowane strzykawki powinny posiadać logo lub nazwę producenta oraz nazwę własną lub numer identyfikacyjny (REF) na samym wyrobie jak również na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym ? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Poz. 5

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi, przeznaczonymi do współpracy z pompami infuzyjnymi t.j. wyposażonymi w elementy konstrukcyjne takie jak zakończenie luer-lock z dodatkowym pierścieniem stabilizującym wokół ujścia oraz poprzeczne wcięcie na tłoku, umożliwiające w pełni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, a tym samym w pełni precyzyjną podaż leku, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi. **Odp. Tak jak w SIWZ.**

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „wyraźnie oznakowana skala co 1ml” należy interpretować jako wymóg zaoferowania strzykawek skalowanych na całej długości skali z dokładnością wskazana w siwz ? **Odp. Tak jak w SIWZ.**
3. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane strzykawki trzyczęściowe 50ml luer-lock, powinny posiadać oznaczenie logo lub nazwę producenta oraz nazwę własną lub numer identyfikacyjny (REF) na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki w całym okresie jej użytkowania oraz umożliwienia poprawnego i szybkiego ustawienia w menu pompy infuzyjnej jak również jej pełnej identyfikacji także po wyjęciu z opakowania jednostkowego ? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 4 strzykawkę ze skalą co 1 ml? pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 11 strzykawkę ze skalą co 0,5ml? Pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Nie**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 4

Poz.1-8:

1/ Czy cewniki do odsysania oprócz kodu barwnego i numerycznego umieszczonego na łączniku cewnika mają posiadać fabrycznie nadrukowane w/w dane na opakowaniu, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika, tak jak obecnie stosowane cewniki? **Odp. Tak**

2/ Czy cewnik ma być pakowany prosto (nie zwijane), co zapobiega jego załamaniom i zmrożoną powierzchnią ułatwiającą odsysanie? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania o dł. min.29cm. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z wewnętrzną gładką częścią lejka? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w opakowaniu folia-papier bez otworu? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z oznaczeniem kolorystycznym lejka oraz z oznaczeniem numerycznym na opakowaniu jednostkowym cewnika? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 15

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania prostej igły do nakłuć portów dożylnych z drenem firmy Fresenius Kabi z zaworem bezpieczeństwa i samoprzylepnym kołnierzem mocującym w rozm.20-22G o długości drenu: 14mm, 17mm i 27mm. **Odp. Nie**

2.Prosimy o sprecyzowanie czy igły mają posiadać szlif łyżeczkowy gwarantujący nie tnące nakłuwanie membrany silikonowej portu? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści igły o rozmiarach 16, 19, 25mm (20/22G)? **Odp. Zamawiający wymaga wyłącznie igły 22G/25 mm**

Czy Zamawiający dopuści igły Hubera ze skrzydełkami do mocowania o długości 15,20,25mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Wyłącznie igły 22G/25 mm**

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny. **Odp. Tak**

Pytanie 4, dot. pakietu SIWZ

Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymagom Zamawiającego zawartym w SIWZ? **Odp. Tak**

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający doprecyzował ilości pakietów w SIWZ oraz odpowiadające im kwoty wadium.

Odp.

Liczba pakietów – 15

Pakiet nr 1 : Igły i zestawy zewnątrzoponowe

Pakiet nr 2 : Strzykawki jednorazowego użytku

Pakiet nr 3 : Strzykawka 50ml bursztynowa

Pakiet nr 4 : Cewniki do odsysania
Pakiet nr 5 : Pojemnik próbek śluzu
Pakiet nr 6 : Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej
Pakiet nr 7 : Zestaw do wymiennej balonowej gastrostomi
Pakiet nr 8 : Jednorazowy układ oddechowy do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków techniką NCPAP
Pakiet nr 9 : Porty dożyłne
Pakiet nr 10 : Stapler do niskich resekcji
Pakiet nr 11 : Zestaw do drenażu klatki piersiowej
Pakiet nr 12 : Ustniki
Pakiet nr 13 : Igły iniekcyjne
Pakiet nr 14 : Aparat kroplowy do przetaczania cytostatyków
Pakiet nr 15 : Igły Hubera zakrzywione z drenem

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu w PLN:

dla pakietu nr 1 : **1 100,00 zł.**,
dla pakietu nr 2 : **2 214,00 zł.**,
dla pakietu nr 3 : **180,00 zł.**,
dla pakietu nr 4 : **600,00 zł.**,
dla pakietu nr 5 : **53,76 zł.**,
dla pakietu nr 6 : **208,73 zł.**,
dla pakietu nr 7 : **8,30 zł.**,
dla pakietu nr 8 : **962,90 zł.**,
dla pakietu nr 9 : **12 320,00 zł.**,
dla pakietu nr 10 : **882,00 zł.**,
dla pakietu nr 11 : **314,00 zł.**,
dla pakietu nr 12 : **36,00 zł.**,
dla pakietu nr 13 : **270,00 zł.**,
dla pakietu nr 14 : **35,36 zł.**,
dla pakietu nr 15 : **160,00 zł.**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści w pak. 1-5 porty z tytanową komorą różniące się względem SIWZ w następujących pozycjach:

- cewnik o długości 76 cm, średnicy wewnętrznej 1,0mm oraz średnicy zewnętrznej 1,9mm, wykonany ze specjalnego, opatentowanego materiału na bazie poliuretanu – sztywnego podczas wprowadzania i miękniejącego w temperaturze ciała pacjenta, upodabniając się do silikonu
- wysokość portu 11,5 cm
- waga: 4,8g
- podstawa portu wykonana z polisulfony w kształcie okręgu o średnicy 25mm
- zakończenia (4 otwory) umożliwiające przysycie portu wykonane z polisulfony
- zestaw wprowadzający 6Fr, strzykawka 12ml, igły do płukania: jedna igła prosta 20G i jedna igła 20G – zagięta 90°, igła z drenem 20Gx19mm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zmianę parametrów cewnika w pozycji 2 i 3: z 6,5F o średnicy 1.1mm na 8,5F o średnicy 1.1 mm lub z 6,5F o średnicy 1.1 mm na 6,5F o średnicy 1.0 mm. **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pozycji 1 port naczyniowy z cewnikiem silikonowym 7,5 FR : port tytanowy, wysokość portu 13,5 mm, waga portu 12,5 g, silikonowa membrana o średnicy 11,+ mm, komora o objętości 0,7 ml, boczne ułożenie kaniuli wyjściowej względem komory portu, owalny kształt przekroju komory ułatwiający oczyszczanie portu, niepodłączony trwale do portu cewniki silikonowy. Rozmiary dla cewnika : średnica wewnętrzna 1,4 mm; średnica zewnętrzna 2,5 mm; rozmiar 7,5 FR; długość 660mm. + Zesatw do implantacji portu :

zestaw zawiera:

- port
- cewnik+-igłę stalową prostą 22Ga
- igłę wprowadzającą 18 Ga
- tępą igłę
- dwie strzykawki 10ml

- igłę do wlewu Life Guide z motylkiem,drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu ukłuciu przy usuwaniu igły
- rozszerzadło z prowadnicą typu „J“ dł.500mm
- tunelizator
- prowadnicę z rozrywalną koszulką
- mechanizm mocujący cewnik z kaniulą wyjściową portu
- port kompatybilny ze środowiskiem MRI **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pozycji 2 port naczyniowy z cewnikiem poliuretanowym 6,6 Fr: port tytanowy, wysokość portu 11,4 mm; waga portu 10g, silikonowa membrana o średnicy 10,21 mm, komora o objętości 0,4 ml, boczne ułożenie kaniuli wyjściowej względem komory portu, owalny kształt przekroju komory ułatwiający efektywne oczyszczanie portu, niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy. Romiary dla cewnika: średnica wewnętrzna 1,4 mm; średnica zewnętrzna 2,2 mm; rozmiar 6,6 FR; długość 550 mm. + Zestaw do implantacji portu
zestaw zawiera:

- port
- cewnik
- igłę stalową prostą 22Ga
- igłę wprowadzającą 18 Ga
- tępą igłę
- dwie strzykawki 10ml
- igłę do wlewu Life Guide z motylkiem,drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu ukłuciu przy usuwaniu igły
- rozszerzadło z prowadnicą typu „J“ dł.500mm
- tunelizator
- prowadnicę z rozrywalną koszulką
- mechanizm mocujący cewnik z kaniulą wyjściową portu
- port kompatybilny ze środowiskiem MRI **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pozycji 3 port naczyniowy z cewnikiem poliuretanowym 6,6 Fr: port tytanowy, wysokość portu 11,4 mm; waga portu 10g, silikonowa membrana o średnicy 10,21 mm, komora o objętości 0,4 ml, boczne ułożenie kaniuli wyjściowej względem komory portu, owalny kształt przekroju komory ułatwiający efektywne oczyszczanie portu, niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy. Romiary dla cewnika: średnica wewnętrzna 1,4 mm; średnica zewnętrzna 2,2 mm; rozmiar 6,6 FR; długość 550 mm. + Zestaw do implantacji portu
zestaw zawiera:

- port
- cewnik
- igłę stalową prostą 22Ga
- igłę wprowadzającą 18 Ga
- tępą igłę
- dwie strzykawki 10ml
- igłę do wlewu Life Guide z motylkiem,drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu ukłuciu przy usuwaniu igły
- rozszerzadło z prowadnicą typu „J“ dł.500mm
- tunelizator
- prowadnicę z rozrywalną koszulką
- mechanizm mocujący cewnik z kaniulą wyjściową portu
- port kompatybilny ze środowiskiem MRI **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pozycji 2 port naczyniowy z cewnikiem poliuretanowym 6,6 Fr: port tytanowy, wysokość portu 11,4 mm; waga portu 10g, silikonowa membrana o średnicy 10,21 mm, komora o objętości 0,4 ml, boczne ułożenie kaniuli wyjściowej względem komory portu, owalny kształt przekroju komory ułatwiający efektywne oczyszczanie portu, niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy. Romiary dla cewnika: średnica wewnętrzna 1,4 mm; średnica zewnętrzna 2,2 mm; rozmiar 6,6 FR; długość 550 mm. + Zestaw do implantacji portu
zestaw zawiera:

- port
- cewnik

- igłę stalową prostą 22Ga
- igłę wprowadzającą 18 Ga
- tępą igłę
- dwie strzykawki 10ml
- igłę do wlewu Life Guide z motylkiem,drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu ukłuciu przy usuwaniu igły
- rozszerzadło z prowadnicą typu „J“ dł.500mm
- tunelizator
- prowadnicę z rozrywalną koszulką
- mechanizm mocujący cewnik z kaniulą wyjściową portu

port kompatybilny ze środowiskiem MRI **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pozycji 2 port naczyniowy z cewnikiem poliuretanowym 6,6 Fr: port tytanowy, wysokość portu 11,4 mm; waga portu 10g, silikonowa membrana o średnicy 10,21 mm, komora o objętości 0,4 ml, boczne ułożenie kaniuli wyjściowej względem komory portu, owalny kształt przekroju komory ułatwiający efektywne oczyszczanie portu, niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy. Romiary dla cewnika: średnica wewnętrzna 1,4 mm; średnica zewnętrzna 2,2 mm; rozmiar 6,6 FR; długość 550 mm. + Zestaw do implantacji portu

zestaw zawiera:

- port
- cewnik
- igłę stalową prostą 22Ga
- igłę wprowadzającą 18 Ga
- tępą igłę
- dwie strzykawki 10ml
- igłę do wlewu Life Guide z motylkiem,drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu ukłuciu przy usuwaniu igły
- rozszerzadło z prowadnicą typu „J“ dł.500mm
- tunelizator
- prowadnicę z rozrywalną koszulką
- mechanizm mocujący cewnik z kaniulą wyjściową portu
- port kompatybilny ze środowiskiem MRI **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 9 poz. 1, 2 i 3, dopuści złożenie oferty z portami komorą tytanową i powłoką wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego polioksymetylenu, z możliwością podaży kontrastu pod wysokim ciśnieniem, kompatybilnym ze środowiskiem MRI, o trójkątnym kształcie z centralnie umieszczoną kaniulą wyjściową, o wysokości 10,3mm i wadze 3,5g, wyposażonymi cewnik wykonany z miękkiego poliuretanu o długości 750mm o średnicy 4,8F (1,0x1,6mm) oraz zestaw akcesoriów o następującym składzie:

1 Port ze znacznikiem CT

1 Cewnik z atrumatycznym zakończeniem

2 Łączniki typu klik

1 Igła do przepłukiwania

1 JetCan™ prosta igła Hubera (22 G,25mm),

1 Igła do unoszenia naczynia

Aksesoria do identyfikacji portu wysokociśnieniowego

bransoletka (purpurowa), karta pacjenta, breloczek do kluczy)

1 Zestaw do wprowadzania (koszulka rozrywalna z dilatorem, prowadnik 700 mm z końcówką J, igła punkcyjna)

1 Tunelizator

1 karta pacjenta, dzienniczek oraz instrukcja obsługi w języku polskim? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający mając na uwadze zachowanie zasad wolnej konkurencji, dokona podziału przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 9 na dwa osobne pod zadania – 9a – Wszczepialne porty dożylnie (poz. 1 – 3) oraz 9b – Heparynizowane porty dożylnie (poz. 4-5), co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej ilości wykonawców? **Odp.Nie**

Pytanie 6, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem? **Odp. Zamawiający dopuści.**

Czy Zamawiający w **pozycji 1** wymaga, aby zestaw posiadał (opcjonalnie do wyboru) cewnik w przynajmniej dwóch rozmiarach standardowy (9Ch lub mniej) oraz większy (10Ch lub więcej), który umożliwi efektywniejsze drenowanie gęstszych płynów? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Czy Zamawiający w **pozycji 1** wymaga, aby zestaw posiadał zastawki automatyczne, umożliwiające aspirację i przetaczanie wysięku do worka bez konieczności ręcznego przełączania kierunku przepływu płynu? **Odp. Zamawiający dopuści.**

Czy Zamawiający w **pozycji 1** wymaga, aby zestaw posiadał worek z kranikiem spustowym, umożliwiającym upust drenowanego płynu dzięki czemu po napełnieniu worka nie jest konieczna jego wymiana? **Odp. Zamawiający dopuści.**

Pytanie 7, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający w **pozycji 1** zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiającej regulację w zakresie od 5-40cmH₂O, bezgłośny, z przezroczystą przednią ścianą, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną? **Odp. Nie**

Ze względu na specyfikę oddziału pulmonologii zamawiający wymaga aby drenaż posiadał osobną komorę manometryczną, dającą możliwość oceny rzeczywistego podciśnienia panującego w jamie opłucnowej.

Czy Zamawiający w **pozycji 1** wymaga, aby komora regulacji siły ssania działała bez konieczności wypełnienia wodą? **Odp. Nie wymaga**

BERYL

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych zestawów do drenażu klatki piersiowej, jednorazowego użytku, funkcjonalnie 4 komorowych, komora zbiorcza 2500 ml, pracujący bezgłośnie, z mechanicznym regulatorem (pokrętkiem regulującym siłę ssania) pozwalającym na stały monitoring ciśnienia śródplucnego, posiadający port do komory kolekcyjnej oraz zastawki podwodnej, poprzedni panel przezroczysty, zwarta kompaktowa budowa. **Odp. Nie**

Ze względu na specyfikę oddziału pulmonologii zamawiający wymaga aby drenaż posiadał osobną komorę manometryczną, dającą możliwość oceny rzeczywistego podciśnienia panującego w jamie opłucnowej.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 5

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik ze skalą stopniowaną co 5ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 9, dot. pakietu nr 12

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ustnik w opakowaniu zbiorczym a'35szt, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Nie

Pytanie 10, dot. pakietu nr 14

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane aparaty kroplowe do przetaczania cytostatyków powinny posiadać dwuczęściową komorę kroplową, gdzie dolna część komory powinna być elastyczna o porównywalnej wielkości do sztywnej górnej części komory, oddzielona specjalnym pierścieniem stabilizującym, ułatwiającym wygodny uchwyt i wkłucie w pojemniki z płynami infuzyjnymi ? **Odp. Nie**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt, „dopuszczony do stosowania na oddziale onkologii (przetaczanie taksanów)” należy interpretować jako wymóg zaoferowania aparatów kroplowych, które dodatkowo posiadają filtr infuzyjny 0,2µm z dodatnio naładowaną membraną z możliwością stosowania do 96 godzin bez utraty jakości terapii, który to element zapewnia bezpieczne przetaczanie leków cytostatycznych w tym taksanów.
Odp. Tak

Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika (także związane z odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych) oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego użytkowanego przed dłuższy okres - oferowane aparaty kroplowe do przetaczania cytostatyków powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia jego pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ? **Odp. Tak**

Pytanie 11, dot. pakietu nr 3

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych 50ml bursztynowe powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi, przeznaczonymi do współpracy z pompami infuzyjnymi t.j. wyposażonymi w elementy konstrukcyjne takie jak zakończenie luer-lock z dodatkowym pierścieniem stabilizującym wokół ujścia oraz poprzeczne wcięcie na tłoku, umożliwiające w pełni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, a tym samym w pełni precyzyjną podaż leku, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi. **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „wyraźnie oznakowana skala co 1ml” należy interpretować jako wymóg zaoferowania strzykawek skalowanych na całej długości skali z dokładnością wskazana w siwz ? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane strzykawki trzyczęściowe 50ml bursztynowe, powinny posiadać oznaczenie logo lub nazwę producenta oraz nazwę własną lub numer identyfikacyjny (REF) na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki w całym okresie jej użytkowania oraz umożliwienia poprawnego i szybkiego ustawienia w menu pompy infuzyjnej jak również jej pełnej identyfikacji także po wyjęciu z opakowania jednostkowego ? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 12, dot. pakietu nr 8

poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 wymaga, aby oferowany obwód oddechowy jednorazowego użytku dla noworodków i dzieci do respiratorów, posiadał spiralną grzałkę, w drewnie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej; z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. W kpl. z drenem proksymalnym. Część Y obrotową oraz posiadającą wejście do podawania surfaktanu, był kompatybilny z respiratorem MAQUET SERVO I, i umożliwiał podłączenie z czujnikiem temperatury nawilzacza F&P MR850 za pomocą trójkątnego gniazda, oraz z jednorazowym przyłączem pacjenta? I był układem sterylnym lub mikrobiologicznie czystym, posiadającym kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układów do respiratorów SERVI I? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 13, dot. pakietu nr 10

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania w pakiecie 10 również staplera przeznaczonego do przednich niskich resekcji o następujących parametrach technicznych: Jednorazowy automatyczny stapler liniowy przeznaczony do zabiegów typu LAR, możliwość zastosowania w wąskiej miednicy i aplikacji nawet 2 – 3cm od zwieraczy, o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) lub normalnej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub

automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 14, dot. pakietu nr 13

Czy zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie nr 13 igieł pochodzących od jednego producenta, w celu łatwiejszej identyfikacji? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w pakiecie 13 igły posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o długości ostrza? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w pakiecie 13 igły w poz. 5 i 6 posiadały ostrze krótkocięte? **Odp. Tak**