



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 12.07.2013 r.

DZPZ-530-Zp/59/PN-54/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy materiałów dla potrzeb Oddziału Okulistycznego – Zp/59/PN-54/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie soczewek przednio komorowych afakijnych bez narzędzi do implantacji, pozostałe wymagania bez zmian. **Odp. Zamawiający wymaga dwóch zestawów narzędzi do implantacji soczewki w komisie.**

dot. Pakietu nr 2, poz. 2:

Czy ze względu na fakt wycofania (zakończona produkcja) z oferty handlowej producenta, soczewek wewnątrzgałkowych o średnicy optycznej 5,5mm, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji **tylko** soczewki o średnicy optycznej 6,0mm? **Odp. Tak**

dot. Pakietu 2, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie implantu do chirurgicznego leczenia jaskry o długości 2,64 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? **Odp. Tak**

dot. Pakietu 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie ilości wymaganych systemów implantacyjnych w ramach pakietu nr 2. Proponowana przez Wykonawcę ilość - 2 sztuki. Pragniemy zaznaczyć, że dostarczone przez nas iniektory - ze względu na możliwość wielokrotnego użycia mogą być stosowane przez Zamawiającego wielokrotnie, przez długi okres czasu. Proponowana ilość iniektorów jest wystarczająca do przeprowadzenia wszczepów z użyciem asortymentu przewidzianego w ww. pakiecie. **Odp. Zamawiający wymaga dwóch sztuk nowych systemów implantacyjnych**

dot. dot. § 6 ust. 5 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian.” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

dot. § 5 ust. 2 projektu umowy:

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zamieszczania numeru umowy oraz numeru pakietu na fakturze, przy zachowaniu pozostałych zapisów w projekcie umowy? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

dot. § 2 ust. 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia o **maksymalnie 30%**, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

dot. § 5 ust. 3 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
„Wykonawca gwarantuje stałość **cen jednostkowych netto** przedmiotu umowy (...)” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

dot. § 3 ust. 2 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia zużytych soczewek z 24 godzin do 48 godzin od wszczęcia soczewki? Soczewki występujące w tej pozycji są stosowane w planowanych zabiegach okulistycznych, dlatego ich dostępność Zamawiający może zaplanować z większym wyprzedzeniem. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

dot. § 3 ust. 4 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
„Wykonawca zapewnia możliwość wymiany rozmiaru soczewek, **po podpisaniu stosownego aneksu zmieniającego skład ustalonego depozytu.**” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

dot. § 4 ust. 3 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia z 24 godzin do 48 godzin od daty przekazania zamówienia? Oferowany asortyment stosowany jest w planowanych zabiegach okulistycznych, dlatego nie ma potrzeby zamawiania go w tak krótkim czasie. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

dot. § 4 ust 7 projektu umowy:

Czy, ze względu na fakt, iż zasadność reklamacji jest rozpatrywana przez Kierownika Hurtowni po otrzymaniu reklamowanego towaru, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ww. zapisu wg poniższej propozycji:
„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego sprzętu i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 48 godzin od chwili **uznania** takich wad przez Zamawiającego.” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

dot. § 4 ust 2 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie sprzęt medyczny posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 24 miesięczny okres ważności od daty dostawy.” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

dot. § 3 ust. 2 projektu umowy:

W związku z koniecznością stworzenia depozytu soczewek przez Wykonawcę realizującego dostawę soczewek, prosimy o **sprecyzowanie / dodanie** do obecnego brzmienia § 3, poniższych zapisów uszczegółowiającymi zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

W terminie 5 dni roboczych od momentu podpisania umowy, Zamawiający wymaga w zakresie oferty utworzenia magazynu depozytowego soczewek wg poniższej specyfikacji:

Moc soczewki	Ilość sztuk	Ilość sztuk

1. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osoba odpowiedzialną za depozyt jest:
 2. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.
 3. Specyfikacja powierzonych soczewek może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
 4. Uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Zamawiającego w formie Raportu zużytych soczewek, przesyłanych nie rzadziej, niż raz w miesiącu.
 5. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
 6. W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
 7. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. bądź w chwili likwidacji depozytu okres ich przydatności do użycia jest krótszy niż 12 miesięcy.
 8. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
 9. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.
 10. Dwa razy w roku kalendarzowym, w czerwcu oraz grudniu Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.
 11. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.
 12. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 13 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.
 13. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w § 6.
- Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

dot. magazynu depozytowego:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie wielkości magazynu depozytowego soczewek. Mając na uwadze nasze doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu magazynów depozytowych, oraz ilość zamawianego asortymentu proponujemy odpowiednio dla pozycji 2 - **51 sztuk soczewek**, natomiast dla pozycji 3 – **40 sztuk soczewek**. **Odp. Dla pozycji 2 - 55 sztuk soczewek, natomiast dla pozycji 3 – 41 sztuk soczewek**

dot. § 8 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z ww. paragrafu zapisu dot. wysokości kar umownych w przypadku niewykonania dostawy w trybie zamówienia na cito. Zamawiający w specyfikacji przetargowej nie określił terminu dostawy w tym trybie, dlatego wnosimy jak we wstępie. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

dot. § 6 ust. 1 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie wymaganego terminu zapłaty. Proponowany przez Wykonawcę to 30 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury. **Odp. 60 dni.**

(Pakiet nr 1, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

- soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa
- stopień uwodnienia 25%
- konstrukcja- jednoczęściowa, z zamkniętymi haptkami podpierającymi soczewkę w 4 punktach
- średnica całkowita 10,75 mm
- średnica optyczna 6,15mm
- właściwości asferyczne, aberracja skorygowana Q= -0,11 μm
- -podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz ostre brzegi na częściach haptycznych

- angulacja 5°
- stała A 118,9
- cięcie $\geq 1,8\text{mm}$
- funkcja anti-glare redukująca odbłaski
- soczewka fabrycznie załadowana do catridga umieszczonego w jednorazowym injectorze
- dioptraż od 10-30D (co 0,5D), dwuwypukła
- soczewki zapakowane fabrycznie do catridga, który łączy się z injectorem **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 i utworzy odrębny pakiet? **Odp. Nie**

(Pakiet nr 3) Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofilną o stopniu uwodnienia 26%, długości całkowitej 12,0, średnica optyczna 5,75mm, konstrukcja- jednoczęściowa, 2 pełne haptery, dioptraż od 0-35D, moduł Younga od 46,02 do 48,00 MPa, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

(Pakiet nr 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 i utworzy odrębny pakiet? **Odp. Nie**