



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 17.07.2013 r.

DZPZ-530-Zp/61/PN-55/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku – Zp/61/PN-55/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 10

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę na bazie gąbki PE z nacięciem do mocowania kabla, z żelem półpłynnym, o wymiarach 55 x 35 mm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ? **Odp. Nie**

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę na podłożu mikroporowatym, o wymiarach 45 x 55 mm, bez języczka do mocowania kabla, spełniający pozostałe wymogi SIWZ ? **Odp. Nie**

poz. 1, 2, 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia **Odp. Tak**

poz. 1, 2, 3

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań w ww. pozycjach, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku **Odp. Tak**

poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze bardzo zbliżonym do rozmiaru podanego w opisie przedmiotu zamówienia tj. 40 mm x 55 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Nadmieniamy, że elektroda o rozmiarze 42 mm x 56 mm - wymaganym przez Zamawiającego jest również prostokątna, a nie kwadratowa **Odp. Tak**

poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze bardzo zbliżonym do rozmiaru podanego w opisie przedmiotu zamówienia tj. 40 mm x 55 mm, z wycięciem bez przecięcia boków elektrody do przełożenia kabelka, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą

zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Nadmieniamy, że elektroda o rozmiarze 42 mm x 56 mm - wymagany przez Zamawiającego jest również prostokątna, a nie kwadratowa. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 12 ofertę pasków do pomiaru stężenia glukozy we krwi, które są kompatybilne z glukometrem umożliwiającym wykonanie testu sprawności systemu z wykorzystaniem płynów kontrolnych o zakresie stężeń glukozy odpowiadających normoglikemii i heperglikemii? **Odp. Zamawiającemu zależy na wykorzystaniu pasków z zestawu do pomiaru z użyciem płynu kontrolnego (nie dodatkowe paski).**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Pakiecie nr 12 oferty pasków testowych, które eliminują wpływ substancji interferujących wymienionych w SIWZ, włączając w to maltozę i ikodekstrynę, na wynik pomiaru glikemii? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści glukometr, który wymaga jednorazowego kodowania (chip kodujący) całej serii pasków ? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści glukometr o zakresie hematokrytu 20-60 % ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści glukometr o zakresie hematokrytu 35-55 % ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści glukometr o zakresie hematokrytu 10-70 % ? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści glukometr , którego zakres pomiarowy wynosi 20-600 mg/dL? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści glukometr, którego zakres pomiarowy wynosi 10-900 mg/dL? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści system pomiarowy , który nie jest przystosowany do badania stężenia glukozy we krwi noworodkowej oraz żyłnej ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dot. interferencji i dopuści system pomiarowy (wbrew komunikatom wydanym przez FDA) , który zawiera enzym PQQ , interferuje z maltozą i którego stosowanie w **konsekwencji zagraża zdrowiu i życiu pacjentów** ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści glukometr , w którym testy paskowe są usuwane manualnie ? (personel medyczny zawsze dokonuje pomiarów In vitro w rękawiczkach ochronnych i nie ma styczności z krwią) **Odp. Raczej nie.**

Czy Zamawiający dopuści glukometr, w którym testy paskowe są usuwane manualnie za pomocą specjalnego uchwytu ? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający wymaga aby pole pomiarowe paska znajdowało się w jego przedniej części ? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści test paskowy z „bocznym” lub „górnym” polem pomiarowym, które utrudnią lub uniemożliwią dokonanie pomiaru z innego miejsca niż opuszek palca? (np. próbówka w przypadku dokonywania pomiarów z krwi żyłnej lub tętniczej) **Odp. Nie**

Czy Zamawiający wyjaśni celowość zapisu w Pakiecie 12 opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z którym wyraża życzenie aby zaoferowane paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi charakteryzowały się zakresem korekty hematokrytowej 20-70%, co, przy jednoczesnym spełnieniu warunków wymaganych w pozostałych zapisach wspomnianego opisu przedmiotu zamówienia (funkcja automatycznego wyrzut paska testowego po pomiarze, automatyczne kodowanie), powoduje ograniczenie konkurencji do jednego typu glukometru obecnego na rynku i może być uznane za celowe działanie Zamawiającego aby ograniczyć możliwość wolnej konkurencji i dokonać wyboru z góry ustalonego sprzętu? **Odp. Zamawiający w specyfikacji opisał produkt, który chętnie chciałby w swojej placówce. Świadomy konkurencji, odpowiadając na pytania, ograniczyć może bezwzględnie dostarczając je do grupy pacjentów, które będzie monitorował tj. noworodki, dzieci i dorośli, jednocześnie ograniczając do minimum tzw. błąd ludzki.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zakres pomiarowy wynosił 20-500 mg/dl? **Odp. Przedział niezgodny ze specyfikacją. Raczej Nie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie glukometru wymagającego kodowania? **Odp. Manualne nie, chipowe – tak.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do glukometru, które usuwane są manualnie? **Odp. Raczej nie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu do pomiaru poziomu glikemii, który może zawyżać poziom glukozy we krwi jeśli stężenie poziomu galaktozy jest wyższe od 10mg/dl, stężenie poziomu maltozy powyżej 13 mg/dl we krwi. Natomiast w stężeniu poniżej wskazanych poziomów poszczególnych węglowodanów nie zachodzi interferencja tych węglowodanów w oznaczanym poziomie glukozy. **Odp. Ewentualnie dopuszcza się – zgodnie z opinią nefrologów (dotyczy pacjentów dializowanych).**

Czy Zamawiający oczekuje dokumentów dopuszczających do obrotu wraz z badaniami wykonanymi przez niezależną jednostkę kliniczną potwierdzającą dokładność działania systemu dla próbki krwi noworodkowej? **Odp. Mile widziane, jednakże Zamawiający nie wymaga.**

Czy dopuszczają Państwo do przetargu glukometry o zakresie hematokrytu 20-60%, bez wyrzutu paska i umożliwiające pomiar glukozy tylko z próbki krwi włosniczkowej? **Odp. Raczej nie**

Czy Zamawiający w pakiecie 12 dopuści system, który charakteryzuje się zakresem hematokrytu 10-65% i który nie posiada automatycznego wyrzutu paska, ale test paskowy jest na tyle duży, aby można było bezpiecznie usuwać go ręcznie z glukometru? **Odp. Zamawiający dopuszcza**

Czy Zamawiający w pakiecie 12 w wymaganiach dla glukometru przez opis „redukować wpływ substancji interferujących (maltozy, galaktozy i substancji pochodzących z powszechnie przyjmowanych leków) dopuści system, który nie będzie interferował z różnymi substancjami endogennymi i egzogennymi w zakresie lub górnej granicy stężenia terapeutycznego bądź fizjologicznego? **Odp. Zamawiający dopuszcza**

Pytanie 3, dot. projektu umowy

§2 ust. 2

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. **Odp. Zamawiający nie określa minimalnego zakresu zamówienia.**

§6 ust. 1

Prosimy o skrócenie minimalnego terminu płatności do 30 dni (mamy na uwadze treść art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1323). **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§6 ust. 5

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie odpowiednio cena brutto umowy, natomiast cena netto pozostanie bez zmian **Odp. Tak**

§8 ust. 1 pkt 2), §8 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o równe traktowanie stron umowy i zrównanie kar umownych obu stron umowy. Prosimy o zmianę kary umownej w §8 ust. 1 pkt 2) na 10% wartości niewykonanej części umowy **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§4, ustęp 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu dostaw dla zamówień bieżących, określonych w ustępie 3a do 5 dni roboczych? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§4, ustęp 3b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu dostaw dla zamówień na cito, określonych w ustępie 3b do 48 godzin w dni robocze? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§4, ustęp 3b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw dla zamówień na cito do 72 godzin w dni robocze? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§4, ustęp 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru do 7 dni roboczych? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu §6 pkt. 5 wzoru umowy na: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany stawek w podatku VAT. Cena netto pozostanie niezmienną.” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§6, ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujący :

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawek w podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

§2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby towar był dostarczany do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszej umowie? **Odp. Tak**

§4 ust. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw cito na 2 dni robocze? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? **Odp. Nie**

§4 ust. 5

Prosimy o wykreślenie tego zapisu. Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu intencyjnego następuje naprawienie szkody. W razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par.8 ust.3. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§6 ust. 5

Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie brzmienia: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. Do tych cen zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT.”? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? **Odp. Nie**

§9 ust. 3

Prosimy o dodanie brzmienia „uprawnienie nie przysługuje w sytuacji, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§8 ust. 1 pkt 1)

Prosimy o wykreślenie zwrotu "lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw "na cito" **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§8 ust. 1 pkt 2)

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy. Jeśli dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie/rozwiązanie umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§ 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”? Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 8 ust.3 **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§8

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§11

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: W związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011 r.) dopuszcza się zmianę niniejszej umowy poprzez obniżenie cen nabywanych wyrobów medycznych, w wypadku:

1) Obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego wyrobu medycznego, w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej urzędowej ceny zbytu i nie wymaga aneksu do Umowy.

2) Obniżenia wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej, do której należy nabywany wyrób, w przypadku nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej wysokości limitu finansowania i nie wymaga aneksu do Umowy. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§ 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie brzmienia: „W przypadku korespondencyjnego zawarcia umowy za dzień jej zawarcia uznaje się złożenie podpisu opatrzonego datą przez ostatnią ze Stron.”? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§4 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu §2 pkt 1 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§4 pkt 2

W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 24 miesiące, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 9 m-cy? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§4 pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„...do 5 dni roboczych..”

„...do 72 godzin roboczych..” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§4 pkt 6

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru. **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§4 pkt 7

Prosimy o zmianę zapisu z : „ ...w terminie 7 dni..” na zapis brzmiący następująco: „ ... w terminie 7 dni roboczych..” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§4 pkt 7

Prosimy o zmianę zapisu z : „ ...w terminie 7 dni..” na zapis brzmiący następująco: „ ... w terminie 7 dni roboczych..” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§6 pkt 1

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż postawienie w SIWZ wymogu, iż termin płatności ma wynosić 60 dni jest w świetle ustawy z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 139 poz. 1323) jest niekorzystny dla zamawiającego, gdyż prowadzi do dodatkowego obciążenia Zamawiającego odsetkami. Jak stwierdził Zespół Arbitrów w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 lutego 2005r. sygn. Akt UZP/ZO/0-278/05: „Odsetki te zwiększają cenę zamówienia automatycznie, ponieważ z art. 9 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, nieważne są czynności prawne wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub dłużnika wynikające z art. 5 i 6 ustawy. Zdaniem Zespołu Arbitrów wskazanie w SIWZ odroczonego terminu płatności nie tylko narusza art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie gwarantuje wyboru najkorzystniejszej oferty (powiększenie ceny o odsetki), ale także w istocie jest ukrytym niezgodnym z dobrymi obyczajami warunkiem, jaki musi spełnić wykonawca ubiegający się o zamówienie.”

W związku z powyższym, czy Zamawiający nie powinien dokonać na mocy art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany w SIWZ, polegającej na skróceniu wymaganego terminu płatności z 60 na 30 dni.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

§6 pkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „**W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.**” **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

§8 pkt 1, ppkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? **Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

Prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową? **Odp. Zamawiający nie się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową**

Pytanie 4, dot. pakietu nr 6

Czy nie zaszła omyłka pisarska? Termin składania ofert jest na 19.07.2013, a termin od jakiego będzie obowiązywała umowa w pakiecie nr 6 wyznaczony jest na 09.07.2013 (ten termin już minął)? **Odp. Umowa w danym pakiecie będzie obowiązywać zgodnie z ustawą Pzp. Tak zaszła omyłka pisarska.**

Czy Zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych parametrów bronchoskopowi szczoteczki cytologiczne, średnica włosia szczotki 1,9 mm, długość robocza 100 cm, wymagana średnica kanału roboczego 2.0 mm, osłona szczoteczki wykonana jest z tworzywa PTFE pozwalająca zredukować tarcie i opory podczas przechodzenia przez kanał endoskopu szczoteczka zamocowana jest na stalowym drucie zapewniającym właściwą siłę oraz sprężystość ograniczającą zagięcia i załamania podczas wprowadzania, końcówka szczoteczki zakończona jest kulą pozwalającą na ograniczenie podrażnień i uszkodzeń tkanek, ergonomiczna rękojeść wyposażona jest w ogranicznik wysunięcia szczotki, opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt.? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną jednorazowego użytku o długości roboczej 1200 mm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Tak**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 7

poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli pojemnik na mocz niesterylny? **Odp. Tak**

poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki na mocz posiadały zakrętkę? **Odp. Tak**

poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na mocz o pojemności 60ml? **Odp. Nie**

poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na mocz o pojemności 150ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Z jakim kolorem wieczka należy zaoferować pojemnik: żółty, czerwony czy biały? **Odp. Bez znaczenia**

Czy minimalna pojemność pojemnika ma wynosić 120 ml, bowiem standardowo tego typu pojemniki mają pojemność min. 120 ml, a max. 140 ml? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 6, dot. pakietu nr 1

poz. 8-9

Czy nie wkradł się błąd w opisie przedmiotu zamówienia i Zamawiający oczekuje cewników Foleya lateks silikonowany w rozmiarach CH 22 i CH 24, gdyż rozmiar CH 20 widnieje już w ww. pakiecie w pozycji numer 7? **Odp. Tak nastąpił błąd, w pozycji 8 winien być rozmiar CH 22, natomiast w pozycji 9 winien być rozmiar CH 24**

poz. 8-9

Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje w pozycji 8 rozmiaru CH22 a w pozycji 9 rozmiaru CH24? **Odp. Tak**

Pytanie 7, dot. pakietu nr 4

Czy nie wkradł się błąd w kolumnie jednostka miary i Zamawiający oczekuje 600 opakowań po 100 sztuk łopatek do języka? **Odp. Tak wkradł się błąd, Zamawiający oczekuje 600 opakowań po 100 sztuk łopatek do języka.**

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny **Odp. Tak**