

Wałbrzych 04.08.2008r.

Wykonawcy – wszyscy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, soczewek wewnątrzgałkowych i płynów, osprzętu do endoskopów, sprzętu i środków dezynfekcyjnych do hemodializy, implantów do zespołów kości czaszki, zamkniętego systemu do pobierania krwi, wapna sodowanego. Zp/40/PN-29/08

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

1.(pakiet nr 1) Czy Zamawiający dopuści soczewki o zakresie mocy od 0,0 do 30,0D?

Odpowiedź : TAK

2. (pakiet nr 1) Jaki kąt zwilżania Zamawiający wymaga?

Odpowiedź : Żadnych wymagań

3. (pakiet nr 1) Czy Zamawiający wymaga dodatkowego zabezpieczenia przeciw PCO, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź : Nie

4. (pakiet nr 2) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu o pojemności 0,85ml?

Odpowiedź : Nie

5. (pakiet nr 4) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o zakresie mocy od 18,5D do 30,0D?

Odpowiedź : Nie

6. (pakiet nr 4) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o średnicy optycznej od 5,5mm do 7,0mm?

Odpowiedź : Tak

7. Jakiej średnicy całkowitej Zamawiający wymaga dla soczewek wewnątrzgałkowych jednoczęściowych w Pakiecie 4?

Odpowiedź : 11,0 mm