



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 22.07.2013 r.

DZPZ-530-Zp/63/PN-57/13

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy zamkniętego systemu pobierania krwi” – Zp/63/PN-57/13.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 - dot. Umowa § 4 pkt 2

Zamawiający zapisał we wzorze umowy w § 4 pkt 2, iż dostarczony asortyment musi mieć minimum 12-miesięczny termin ważności od dnia dostawy. Termin ważności jest nadawany przez producenta i wynika ze specyfiki odczynnika i przeznaczenia towaru. Ponieważ nie wszystkie oferowane probówko-strzykawki posiadają 12 miesięczny termin ważności (poz. 9) prosimy o dopuszczenie krótszego terminu ważności i zmianę zapisu w punkcie 2 na zapis, że termin ważności powinien wynosić minimum 2/3 terminu ważności nadanego przez producenta. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Dodatkowo wymóg 12 miesięcy może wydawać się bezzasadny ponieważ okres trwania umowy to 12 miesięcy, a dostawy mają odbywać się częściowo na podstawie zamówienia zamawiającego wynikającego z jego bieżących potrzeb w terminie do 5 dni, a w przypadkach pilnych do 48 godzin. **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pyt. 2 - dot. załącznika nr 1 do SIWZ (tabela asortymentowo-cenowa)

W związku z tym, iż przedmiotem zamówienia jest zamknięty system do pobierania krwi, którego wszystkie oferowane elementy muszą być ze sobą kompatybilne, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje od 1-17 i 21-24 pochodziły od jednego producenta? Czy w przypadku dopuszczenia różnych producentów należy dołączyć do oferty oświadczenia tych producentów o wzajemnej kompatybilności zaoferowanych elementów systemu? **Odp.** Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje od 1 – 17 i 21 – 24 pochodziły od jednego producenta.