



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 07.08.2013 r.

DZPZ-530-Zp/64/PN-58/13

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy igieł specjalistycznych, igieł do biopsji, igieł lokalizacyjnych, zestawów do punkcji, staplerów tnąco-szyjących, kaniuli dotętnicznych, igieł Quinckego, przetworników, wapna sodowanego z indykatorem” – Zp/64/PN-58/13.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ

1. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §2 ust 2 na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”.
 2. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczanie sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Prosimy o wydłużenie terminu dostaw „na cito” do 2 dni roboczych.
 4. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §5 ust. 4 (Załącznika nr 3 do SIWZ) na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto towaru wyszczególnionego w ofercie przetargowej, o której mowa w §2 – w okresie obowiązywania umowy.”
 5. Prosimy o dopisanie do §5 ust. 5 wzoru umowy (Załącznika nr 3 do SIWZ) następującego zapisu: „W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”
 6. Prosimy o modyfikację §8 ust. 1.2) wzoru umowy (Załącznika nr 3 do SIWZ) na:
„10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”
7. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku 3-krotnego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”
 7. Prosimy o odstąpienie od wymogu dostaw „na cito” w przypadku Pakietu nr 5.
- Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Dotyczy pakietu 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obok istniejących zapisów sprzętu o następujących parametrach:

- **w pozycji 1** staplera tnąco-szyjącego o długości linii szwów 60mm posiadającego nóż w ładunku z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu(dla tkanki grubej) lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej) lub 2,5mm przed zamknięciem i 1,0mm po zamknięciu (dla tk. naczyniowej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. Ze względu na fakt, iż opisane w SIWZ staplery dostarczane są bez ładunku a oferowane przez nas dostarczane są kompletne wraz z ładunkiem, prosimy o zgodę na przeliczenie i zaoferowanie w pozycji 3 – 0 sztuk ładunków lub wprowadzenie wymogu dostarczenia w pozycji 1 staplera wraz z ładunkiem,
- **w pozycji 2** staplera tnąco-szyjącego o długości linii szwów 80mm posiadającego nóż w ładunku z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu(dla tkanki grubej) lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. Ze względu na fakt, iż opisane w SIWZ staplery dostarczane są bez ładunku a oferowane przez nas dostarczane są kompletne wraz z ładunkiem, prosimy o zgodę na przeliczenie i zaoferowanie w pozycji 4 – 80 sztuk ładunków lub wprowadzenie wymogu dostarczenia w pozycji 2 staplera wraz z ładunkiem,
- **w pozycji 3** ładunków z nożem do staplera tnąco-szyjącego o długości linii szwów 60mm z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu(dla tkanki grubej) lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej) lub 2,5mm przed zamknięciem i 1,0mm po zamknięciu (dla tk. naczyniowej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. Ze względu na fakt, iż opisane w SIWZ staplery dostarczane są bez ładunku a oferowane przez nas dostarczane są kompletne wraz z ładunkiem, prosimy o zgodę na przeliczenie i zaoferowanie w pozycji 3 – 0 sztuk ładunków lub wprowadzenie wymogu dostarczenia w pozycji 1 staplera wraz z ładunkiem,
- **w pozycji 4** ładunków z nożem do staplera tnąco-szyjącego o długości linii szwów 80mm z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu(dla tkanki grubej) lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. Ze względu na fakt, iż opisane w SIWZ staplery dostarczane są bez ładunku a oferowane przez nas dostarczane są kompletne wraz z ładunkiem, prosimy o zgodę na przeliczenie i zaoferowanie w pozycji 4 – 80 sztuk ładunków lub wprowadzenie wymogu dostarczenia w pozycji 2 staplera wraz z ładunkiem.

Odp. Zgodnie z SIWZ.