



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 06.08.2013 r.

DZPZ-530-Zp/64/PN-58/13

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy igieł specjalistycznych, igieł do biopsji, igieł lokalizacyjnych, zestawów do punkcji, staplerów tnąco-szyjących, kaniuli dotętnicznych, igieł Quinckego, przetworników, wapna sodowanego z indykatorem” – Zp/64/PN-58/13.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt - Wzór umowy.

1. Prosimy o dodanie w umowie w § 3 zapisu „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”. Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.
2. Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 4 ust. 4. W przypadku nie dostarczenia zamówienia części przedmiotu umowy Sprzedający upoważnia Kupującego do dokonania zakupu części przedmiotu umowy w ilości zamówionej u innego Sprzedającego i obciążenie Sprzedającego różnicą w cenie/kosztach.
3. Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 4 ust. 5.
4. Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 5 ust. 3

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy

Pakiet nr 4, poz. 2. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły 22G x 130mm? **Odp.** Tak, dopuszczamy.

Pakiet 1 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka o regulacji w zakresie 22-47mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? **Odp.** Nie.

Pakiet 1 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści igłę do trepanobiopsji z mandrynem trójkątnym, igła bez znacznika głębokości wkłucia widocznego w USG, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? **Odp.** Nie.

Pakiet 1 poz. 5-6. Czy Zamawiający dopuści igłę do półautomatycznej biopsji o długości pobieranego bioptatu 10 lub 20mm? **Odp.** Nie.

Pakiet 1 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści igłę do półautomatycznej biopsji o długości roboczej 10 lub 15cm? **Odp.** Nie.

Pakiet 1 poz. 8-9. Czy Zamawiający dopuści igłę do lokalizacji guzków mammograficznych z podwójnym haczykiem, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? **Odp.** Nie.

Pakiet 1 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści igłę do półautomatycznej biopsji gruczołu krokowego o długości pobieranego biopsjatu 10 lub 20mm, z jednym przyciskiem, z możliwością ustawienia dwóch wielkości biopsjatu? **Odp.** Nie.

Pakiet 1 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji z igłą Veresa 15G, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odp.** Nie.

Pakiet nr 2. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów, w pakiecie nr 2 dla igieł lokalizacyjnych typu X – długość prowadnicy z haczykiem: 26, 30 i 36 cm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz. **Odp.** Tak, dopuszczamy.