

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

DZPZ-530-Zp/66/PN-60/13

Wałbrzych, 14.08.2013r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę sprzętu medycznego i niemedycznego na wyposażenie Centrum Pulmonologii przy Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu”.

-Zp/66/PN-60/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dotyczy: pakiet nr 8 – Łóżka hydrauliczne – 50 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?
Odp. Tak
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krążki odbojowe w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Odp. Nie
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 krążkami jednoosiowymi? Takie rozwiązanie w niczym nie ujmuje funkcjonalności łóżka.
Odp. Nie
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z listwami odbojowymi, szerokimi, mocowanymi do ramy, wzdłuż całego leża?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami lakierowanymi proszkowo, łatwo odejmowanymi z wypełnieniem z HPL o grubości 6 mm?
Odp. Nie
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami lakierowanymi proszkowo, łatwo odejmowanymi z wypełnieniem z HPL, płyta HPL nie wyjmowana z ramy?
Odp. Nie
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, najbardziej zagęszczone w części środkowej leża, poprzez oparcie pleców, a najmniej w oparciu nóg. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Odp. Nie

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową, lakierowaną siatką odejmowaną od ramy leża o wymiarach oczek 5 x 5 cm?

Odp. Tak

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 440 – 840 mm?

Odp. Nie

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji segmentu uda za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-37°?

Odp. Nie

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców i ud wykonywanymi za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych obok siebie?

Odp. Nie

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm z tworzywową osłoną i z metalowym widelcem blokowanymi centralnie?

Odp. Tak

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko o udźwigu 170 kg?

Odp. Nie

14. Czy Zamawiający dopuści ramkę do kart gorączkowych wykonaną z tworzywa ABS z metalowym klipsem do przypinania kart?

Odp. Tak

Pyt. 2 dotyczy: łóżka szpitalne – 10 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krążki odbojowe w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 krążkami jednoosiowymi? Takie rozwiązanie w niczym nie ujmuje funkcjonalności łóżka.

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z listwami odbojowymi, szerokimi, mocowanymi do ramy, wzdłuż całego leża?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami lakierowanymi proszkowo, łatwo odejmowanymi z wypełnieniem z HPL o grubości 6 mm?

Odp. Nie

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami lakierowanymi proszkowo, łatwo odejmowanymi z wypełnieniem z HPL, płyta HPL nie wyjmowana z ramy?

Odp. Nie

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, najbardziej zagęszczone w części środkowej leża, poprzez oparcie pleców, a najmniej w oparciu nóg. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Odp. Nie

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową, lakierowaną siatką odejmowaną od ramy leża o wymiarach oczek 5 x 5 cm?

Odp. Tak

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-72°?

Odp. Tak

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm z tworzywową osłoną i z metalowym widelcem blokowanymi centralnie? Takie koła są trwalsze w eksploatacji.

Odp. Tak

Pyt. 3 dotyczy: szafki przyłóżkowe – 50 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych i blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych lakierowanych na kolor aluminium?

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami wysuwanymi na prowadnicach ślizgowych?

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z jedną szufladą wysuwaną dwustronnie oraz szafką zamykaną drzwiczkami, otwieraną dwustronnie, z miejscem na 3 butelki 1,5 l wewnątrz zamykanej szafki?

Odp. Nie

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym wykonanym z płyty z

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Odp. Nie

6. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z czołami szuflad wykonanych z blachy lakierowanej proszkowo na dowolny kolor?

Odp. Nie

7. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 840 mm ?

Odp. Tak

Pyt. 4 dotyczy: szafki przyłóżkowej ze stolikiem przyjaciele – 20 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych i blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV ?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych lakierowanych na kolor aluminium ?

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami wysuwanymi na prowadnicach ślizgowych?

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z jedną szufladą wysuwaną dwustronnie oraz szafką zamykaną drzwiczkami, otwieraną dwustronnie, z miejscem na 3 butelki 1,5 l wewnątrz zamykanej szafki?

Odp. Nie

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym i bocznym wykonanym z płyty z białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Odp. Nie

6. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z czołami szuflad wykonanych z blachy lakierowanej proszkowo na dowolny kolor?

Odp. Nie

7. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 840 mm ?

Odp. Tak

8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 520 mm?

Odp. Nie

9. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości przy rozłożonym blacie 1180 mm?

Odp. Tak

10. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 800 – 1100 mm?

Odp. Nie

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

11. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z białym bocznym regulowanym za pomocą sprężyny gazowej schowanej w tulei metalowej, lakierowanej proszkowo?

Odp. Nie

12. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową otwieraną dwustronnie, bez konieczności przekładania biału bocznego? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp. Nie

13. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez 5 koła? Nasze szafki są tak skonstruowane, że posiadając 4 koła są stabilne nawet przy rozłożonym biału bocznym.

Odp. Nie

Pyt. 5 dotyczy: pakiet nr 9 – Łóżka szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór – 10 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm?

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji części nożnej w zakresie 0-37°?

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z 2 panelami nożnymi, panelem centralnym i 4 panelami wbudowanymi w barierki boczne?

Odp. Nie

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm?

Odp. Nie

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez piątego koła? Funkcję koła kierunkowego pełni jedno z 4 kół.

Odp. Nie

7. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwoleżynowy o gr. 14 cm, składający się z dwóch warstw, spód z wysoce próżniowej pianki, wierzchnia warstwa z termoelastycznej pianki z funkcją pamięci kształtu, warstwy połączone na zasadzie nachodzących grzebieni, bez elementów klejonych, składający się z 7 stref anatomicznych (głowa, barki, plecy, biodra, uda, podudzia i stopy) z nacięciami i otworami powodującymi dobrą cyrkulację powietrza i odprowadzenia nadmiaru wilgoci, umożliwiającą równomierne rozłożenie ciężaru pacjenta, dostosowujący się do ciała pacjenta, stosowany przy ryzyku powstawania odleżyn do III st., w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, zmywalnej, paroprzepuszczalnej, zamykany na zamek błyskawiczny, przystosowanym do prania w temp. 95 stopni?

Odp. Tak

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Pyt. 6 Dotyczy: Projekt umowy – Załącznik nr 3A

1. Czy dla **Pakietu nr 9 (Łóżka szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór – 10 szt.)** Zamawiający wyrazi zgodę na zapłatę w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej, zgodnie z ust. 2 faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy?

Odp. Nie. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. „O terminach zapłaty w transakcjach handlowych”.

Pyt. 7 Dotyczy: Pakiet nr 9 – Łóżka szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór – 10 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści **łożko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór**, którego leże 4-sekcyjne oparte jest na nowoczesnej konstrukcji niekolumnowej, zapewniającej najwyższą stabilność łożka i doskonałe właściwości użytkowe oraz gwarantującej łatwą dezynfekcję i czyszczenie? Różnica w konstrukcjach wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez poszczególnych producentów i nie ma znaczącego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łożka.

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści **łożko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór** wyposażone w barierki boczne o wysokości 42 cm? Proponowany parametr to barierki boczne zgodne z najnowszą normą EN 60601-2-52, umożliwiające współpracę łożka z materacami anty-odleżynowymi.

Odp. Nie

3. Czy dla pkt. 14 i 15 Zamawiający dopuści **łożko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór** wyposażone w sterowanie elektryczne łożka przy pomocy: paneli bocznych w barierkach dla pacjenta od strony wewnętrznej, paneli bocznych w barierkach dla personelu od strony zewnętrznej oraz panelu sterowniczego montowanego do strony nóg posiadającego wyraźnie oznaczone piktogramy, pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku? Proponowane rozwiązanie zapewni użytkownikom dostęp do wszystkich wymaganych funkcji (z dowolnej strony łożka), które zostały opisane w specyfikacji Zamawiającego.

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający dopuści **łożko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór** posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 360 mm do 795 mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łożka, nie dotykaniem pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łożka? Dolny parametr (360 mm) mieści się w zakresie tolerancji wskazanej przez Zamawiającego, natomiast górny (795 mm) jest lepszy, niż oczekiwany przez Zamawiającego.

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Odp. Tak

5. Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór** posiadające elektryczną regulację części nożnej: uda w zakresie 0-24° i podudzia w zakresie 0-10°?

Odp. Nie

6. Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór**, w którym odłączenie wszelkich regulacji z paneli w barierkach bocznych oraz panelu sterowniczego następuje po 30 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)? Zasada działania jest identyczna jak wskazana przez Zamawiającego, a czas krótszy niż 180 sekund wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i nie ma wpływu na funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odp. Tak

7. Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór** wyposażone w podwójne koła jezdne o średnicy 150 mm, gwarantujące doskonałą mobilność, posiadające centralną blokadę oraz blokadę kierunku (bez konieczności stosowania piątego koła)? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego. „Funkcja jazdy na wprost” ułatwi manewrowanie łóżkiem, jazdę po łuku podczas transportu oraz dodatkowo zagwarantuje doskonałą trakcję podczas jazdy na wprost.

Odp. Nie

Pyt. 8 dotyczy załącznika nr 1 Pakiet nr 6:

Czy zamawiający wymaga aby pompa infuzyjna wyposażona była w bibliotekę leków (możliwość wpisania min 50 nazw leków przez Użytkownika) ?

Odp. Nie

Pyt. 9 dotyczy załącznika nr 1 Pakiet nr 6:

1. Czy zamawiający wymaga programowania infuzji w jednostkach min. ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min ?

Odp. Nie

2. Czy zamawiający wymaga programowania urządzenia w języku polskim (menu w j.polskim) ?

Odp. Tak

3. Czy zamawiający wymaga aby pompa posiadała 2 klawiatury alfanumeryczne, 2 wyświetlacze – każdy przypisany do odpowiedniego toru ułatwiające szybkie programowanie ?

Odp. Nie

4. Czy zamawiający wymaga programowalnej co 0,1 ml/h w zakresie 0-5 ml/h funkcji KVO ?

Odp. Nie

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

5. Czy zamawiający wymaga wewnętrznego zasilania akumulatorowego min 20h przy przepływie 5 ml/h i min 4h przy przepływie 100 ml/h ?

Odp. Nie

Pyt. 10 dotyczy. Pakietu nr 2. Stół do badań.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań z regulacją wysokości siedziska w zakresie 600-950 mm?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań z regulacją wysokości siedziska w zakresie 750-1050 mm?

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań z regulacją oparcia pleców w zakresie od - 40° do +70°, uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego i zawiera parametr wymagany.

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań z regulacją segmentu siedziska w zakresie od 0° do 20°, uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego i zawiera parametr wymagany.

Odp. Nie

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań z regulacją segmentu nożnego w zakresie od- 90° do +25° uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego i zawiera parametr wymagany.

Odp. Tak

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań z regulacją przechyłu

Trendelenburga

dokonywaną jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem w zakresie od 0° do 30°, uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego i zawiera parametr wymagany.

Odp. Nie



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Pyt. 11 dotyczy zadania nr 2 – Stół do badań – 2 sztuki

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji bez samodzielnej regulacji kąta nachylenia segmentu siedziska jednak z możliwością elektrycznej regulacji jego wysokości?

Odp.Nie

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji o maksymalnej długości wynoszącej 2010mm i szerokości leża wynoszącej 520mm ?

Odp.Nie

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 540mm do 870mm?

Odp.Nie

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji, w którym kąt odchylenia oparcia segmentu pleców mieści się w przedziale od 0° do +90°, natomiast możliwość uzyskania ujemnej wartości odbywa się poprzez regulację fotela do pozycji Trendelenburga?

Odp. Nie

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji, w którym kąt odchylenia segmentu oparcia nóg odbywa się w zakresie od 0-90°?

Odp.Tak

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji z funkcją Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą mechanizmu sprężyny gazowej przy użyciu dźwigni umieszczonej w okolicy siedziska w zakresie od 0 do 8°?

Odp.Nie

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji bez centralnego wyłącznika zasilania sieciowego?

Odp.Nie

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji wyposażony w tapicerowany segment oparcia nóg z regulowanym wysuwem i dodatkową podpórą pod stopy bez powłoki tapicerowanej?

Odp.Tak

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji pokryty materiałem skóropodobnym jednak z widocznymi pieszyciami?

Odp.Nie

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel niemieckiej produkcji wyposażony w komfortowe wielopozycyjne podłokietniki regulowane we wszystkich płaszczyznach w sposób manualny przy pomocy zacisków śrubowych?

Odp.Nie

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Pyt 12 dotyczy zadania nr 9 – Łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór – 10 sztuk

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie jest wyposażone w sygnalizację włączenia do sieć?

Odp.Nie

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez wskaźnika stanu naładowania akumulatora?

Odp.Nie

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o niezwykle stabilnej konstrukcji, opartej na dwóch kolumnach wykonanych z prostokątnych kształtowników oraz siłowników elektrycznych ze stopniem ochrony IP66?

Odp.Nie

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym wysokość barierki wynosi 43 cm?

Odp.Nie

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 420 mm do 820 mm?

Odp.Nie

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją części nożnej w zakresie od 0 do 40°?

Odp.Tak

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym pilot przewodowy oraz membranowe sterowniki dezaktywują się po 60 sekundach ich nieużywania?

Odp.Tak

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez przycisku bezpieczeństwa STOP?

Odp.Nie

Pyt 13 dotyczy pakietu 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego kozetki spełniającej wszystkie wymagania różniące się jedynie zakresem regulacji zagłówka. Proponujemy kozetkę o lepszym parametrze – regulacji podglówka skokowo w zakresie – 60 do +50 stopni.

Odp.Tak

Pyt. 14 dotyczy Pakietu nr 10 – Dozownik tlenowy z nawilżaczem.

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania dozownik przeznaczony do podawania tylko i wyłącznie tlenu lub tylko i wyłącznie powietrza?

Odp.Tak

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania dozownik o przepływie 0-15 l/min.?

Odp.Tak

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania butelkę wielokrotnego użytku wykonaną z poliamidu (nakrętka) i policarbonu (zbiornik)?

Odp.Nie

4. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc „służący do podawania pacjentowi mieszanki tlenowo-powietrznej”. Na jakiej zasadzie ma zachodzić proces mieszania, podczas gdy dozownik jest podłączony do punktu poboru tylko tlenu lub tylko powietrza?

Odp. Do podawania tlenu.

Pyt. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na 10 tygodni od daty podpisania umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp. Nie, dostawa przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pyt. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę?

Odp. Nie. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. „O terminach zapłaty w transakcjach handlowych”.

Pyt. 17 dotyczy pakietu nr 8 poz. 1:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne hydrauliczne, którego rama leża oraz podwozia wykonane są z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym poliestrowo – epoksydowym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne hydrauliczne, którego długość całkowita wynosi 2160 mm?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne hydrauliczne, które posiada leże o wymiarach 865 x 1970 mm?

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne hydrauliczne, które posiada w narożnikach leża 4 krążki odbojowe jednoosiowe, chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami oraz otarciami, bez krążków dwuosiowych?

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Odp. Nie

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne hydrauliczne, którego barierki nie posiadają listew odbojowych umieszczonych na ich szczeblach?

Odp.Nie

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne hydrauliczne, które posiada segmenty leża wypełnione odejmowanymi siatkami metalowymi?

Odp. Tak

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne hydrauliczne, które posiada hydrauliczną regulację wysokości w zakresie 430 – 805 mm?

Odp. Nie

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne hydrauliczne, którego regulacja segmentu oparcia uda za pomocą sprężyny gazowej wynosi 37⁰?

Odp.Nie

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne hydrauliczne, które posiada regulację segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywaną za pomocą dwóch oddzielnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża?

Odp.Nie

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne hydrauliczne, które posiada bezpieczne obciążenie wynoszące 170 kg?

Odp.Nie

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne hydrauliczne, które nie posiada ramki do kart gorączkowych wykonanych z płyty HPL z klipsem, tylko wykonanych z blachy lakierowanych proszkowo?

Odp.Nie

Pyt. 18 dotyczy pakietu nr 8 poz. 2:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada całkowitą długość 2165 mm?

Odp.Tak

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada wymiary leża 2100 x 910 mm?

Odp.Nie

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada w narożnikach leża 4 krążki odbojowe jednoosiowe, chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami oraz otarciami, bez krążków dwuosiowych?

Odp.Nie

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, którego barierki boczne nie są dodatkowo wyposażone w listwy odbojowe przymocowane na długości barierki na minimum dwóch szczeblach?

Odp.Nie

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada segmenty leża wypełnione odejmowanymi siatkami metalowymi?

Odp.Tak

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyny gazowej w zakresie $0^{\circ} - 70^{\circ}$?

Odp.Tak

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, bez stabilizującej poprzeczki wzmacniającej konstrukcję leża? Dopuszczalne obciążenie proponowanych łóżek wynosi 200 kg?

Odp.Nie

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które nie posiada ramki do kart gorączkowych wykonanych z płyty HPL z klipsem, tylko wykonanych z blachy lakierowanych proszkowo?

Odp.Nie

Pyt. 19 dotyczy pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, z możliwością dostosowania jej do łóżka po lewej lub prawej stronie; której szerokość wynosi 510 mm; głębokość wynosi 390 mm; wysokość blatu od podłogi wynosi 860 mm; szerokość przy rozłożonym blacie wynosi 1200 mm; dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia, konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego chromowana, regulacja blatu bocznego odbywa się w zakresie 760 mm do 1060 mm, przechył blatu w zakresie $\pm 30^{\circ}$, szerokość blatu bocznego wynosi 580 mm, głębokość blatu bocznego wynosi 340 mm; blat boczny szafki bez wyposażenia w dodatkowe piąte koło zapewniające większą stabilność; blaty szafki wykonane są z tworzywa ABS odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę, blaty są profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę; konstrukcja szafki oraz czoła i ramki szuflady i drzwiczki wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym poliestrowo – epoksydowym; szuflada szafki wyposażona jest w półkę i dwoje drzwiczek bez odejmowanego wkładu; szuflada i drzwiczki wyposażone w chromowany zaokrąglony uchwyt do otwierania; szuflada dwustronnego wysuwania na prowadnicach ślizgowych wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany dwukomorowy tworzywowy wkład; szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ścian; szafka przejezdna z blokadą dwóch kół o średnicy $\varnothing 50$ mm wykonanych z tworzywa; powierzchnie

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

szafki odporne na środki dezynfekcyjne; szafka umożliwia przechowywanie wewnątrz skrzynki dwie butelki o pojemności 1,5 litra; wysokość pomiędzy szufladą a półką wynosi 165 mm; pod szufladą znajduje się półka na podręczne rzeczy pacjenta z dostępem z obu stron?

Odp. Nie

Pyt. 20 dotyczy pakietu nr 8 poz. 4:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, dla pacjenta bez dodatkowego blatu z możliwością dostosowania jej do łóżka po lewej lub prawej stronie; której szerokość wynosi 510 mm; głębokość wynosi 390 mm; wysokość blatu od podłogi wynosi 860 mm; blat szafki wykonany jest z tworzywa ABS odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę, blat jest profilowany z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę; konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym; skrzynka szafki wyposażona jest w półkę i dwoje drzwiczek; szuflada i drzwiczki wyposażone w chromowany zaokrąglony uchwyt do otwierania; szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany dwukomorowy tworzywowy wkład; szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany (w trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta); szafka przejezdna z blokadą dwóch kół o średnicy Ø50 mm, wykonanych z tworzywa; szafka w miejscu regulowanego blatu bocznego posiada wkład – pojemnik, np. na gazety, butelki; powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne; pod szufladą znajduje się półka na podręczne rzeczy pacjenta z dostępem z obu stron; wysokość pomiędzy szufladą a półką wynosi 165 mm?

Odp.Nie

Pyt. 21 dotyczy pakietu nr 9 poz. 1:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór, którego całkowita długość wynosi 2280 mm?

Odp.Tak

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór, które posiada szczyty tworzywowe wyjmowane od strony nóg i głowy bez możliwości zablokowania szczytu przed wyjęciem?

Odp.Nie

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór, które posiada szczyt od strony głowy poruszający się wraz z leżem?

Odp.Nie

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór, które wyposażone jest w jednoczęściowe barierki metalowe lakierowane proszkowo, zabezpieczające pacjenta w 70% długości leża?

Odp.Nie

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór, które posiada barierki boczne o wysokości 370 mm, liczone od leża do górnej poprzeczki poręczy, bez materaca?

Odp.Nie

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór, sterowane w następujący sposób:

- z pilota przewodowego (regulacja wysokości leża, regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, regulacja kąta nachylenia segmentu ud, funkcja autokontur),
- i z panelu centralnego umieszczonego na płasko w półce na pościel znajdującej się od strony nóg pacjenta, z możliwością jego wyjmowania (regulacja wysokości leża, regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, regulacja kąta nachylenia segmentu ud, funkcja autokontur, przechyły Trendelenburga i anty – Trendelenburga, pozycja krzesła kardiologicznego, pozycja szokowa, pozycja horyzontalna, pozycja do badań, pozycja Fowlera). Panel centralny umożliwia blokowanie wybranych lub wszystkich funkcji elektrycznie regulowanych (oprócz funkcji ratunkowych)?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- 7.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór, które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 450 – 840 mm?

Odp.Nie

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór, który posiada funkcję autoregresji segmentu oparcia pleców wynoszącą 120 mm, natomiast autoregresja segmentu uda wynoszącą 90 mm?

Odp. Tak

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór, z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga wynoszącą 15⁰ sterowanego z panelu

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

centralnego montowanego na płasko w półce na pościel znajdującej się od strony nóg pacjenta?

Odp.Tak

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór, z elektryczną regulacją pozycji anty – Trendelenburga wynoszącą 17⁰ sterowanego z panelu centralnego montowanego na płasko w półce na pościel znajdującej się od strony nóg pacjenta?

Odp.Tak

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór, z elektryczną regulacją pozycji krzesła kardiologicznego, sterowanego z panelu centralnego montowanego na płasko w półce na pościel znajdującej się od strony nóg pacjenta?

Odp.Tak

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór, z elektryczną regulacją funkcji CPR, sterowanej z panelu centralnego montowanego na płasko w półce na pościel znajdującej się od strony nóg pacjenta?

Odp.Nie

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór, które posiada zabezpieczenia przed nieświadomym uruchomieniem funkcji dostępne w sterowaniu tylko w panelu, ale nie posiada takiej funkcji w pilocie?

Odp.Nie

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne przeznaczone na intensywny nadzór, które nie posiada przycisku bezpieczeństwa natychmiastowych odłączeń wszystkich funkcji elektrycznych umieszczonych na panelu sterowniczym?

Odp.Nie

Pyt.22 dotyczy pakietu nr 11 poz. 1:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską, której szerokość całkowita wynosi 620 mm?

Odp.Tak

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską, której długość całkowita wynosi 2000 mm?

Odp.Tak

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską, która posiada wysokość 600 mm?

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Odp.Nie

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską, która posiada regulowany podglówek w zakresie $-30^{\circ} - +30^{\circ}$?

Odp.Nie

Pyt. 23 dotyczy pakietu nr 2 – Stół do badań

1. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania stołu do badań – fotela wielofunkcyjnego, którego konstrukcja podstawy oraz leża wykonane zostały ze stali nierdzewnej.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań – fotel wielofunkcyjny o długości leża 2070 mm, szerokości leża 560 mm oraz szerokości segmentu pleców 500mm?

Odp.Nie

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań – fotel wielofunkcyjny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 550 do 850 mm?

Odp.Tak

4. Czy dopuści do zaoferowania stół do badań – fotel wielofunkcyjny z elektryczną regulacją segmentu pleców w zakresie 76° ?

Odp.Tak

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań – fotel wielofunkcyjny z elektryczną regulacją segmentu siedziska w zakresie 15° ?

Odp.Nie

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań – fotel wielofunkcyjny z elektryczną regulacją funkcji Trendelenburga w zakresie 10° ? Proponowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odp.Nie

7. Czy dopuści do zaoferowania stół do badań – fotel wielofunkcyjny wyposażony w tapicerowane oparcie stóp o regulowanym wysuwie realizowane mechanicznie?

Odp.Nie

8. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania stołu do badań – fotela wielofunkcyjnego wyposażonego w tapicerkę wykonaną ze zmywalnego materiału o

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

właściwościach przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych potwierdzonych certyfikatem, odpornego na dezynfekcję.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań – fotel wielofunkcyjny wyposażony w dwa zdejmowane podrażczki/podłokietniki z regulacją kąta odchylenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej, z funkcją utrzymania podłokietników w poziomie przy jednoczesnym ruchu segmentem oparcia pleców.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

10. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający określając w pozycji 16 „wałek pod szyję mocowany do oparcia pleców” miał na myśli zagłówek mocowany do oparcia pleców z regulowaną długością, co zapewnia dopasowanie zagłówka do wzrostu zarówno wysokiego jak i niskiego pacjenta?

Odp. Tak

z up. Dyrektora

Lek. Romuald Komandowski