



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 19.08.2013 r.

DZPZ-530-Zp/68/PN-62/13

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy zestawów przeciwciał oraz odczynników do diagnostyki w zakresie immunohistochemii” – Zp/68/PN-62/13.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

1. Czy Zamawiający wymaga, aby procedury barwienia zastosowane w automacie, mogły być również stosowane w metodzie manualnej w przypadku awarii urządzenia, lub konieczności wykonania barwienia na cito? **Odp.** Zamawiający ma obowiązek zapewnić ciągłość diagnostyki dlatego w przypadku awarii automatu do barwienia musi mieć możliwość wykonania barwień metodą manualną, a więc wymaga aby procedury barwienia zastosowane były w automacie jak i manualnie bez dodatkowej optymalizacji protokołów barwień.
2. Czy Zamawiający wymaga, aby proces automatycznego bezksylenowego odparafinowywania i odkrywania antygenów odbywał się w odrębnym aparacie, umożliwiając przygotowanie materiału tkankowego do barwienia zarówno automatycznego jak i manualnego? **Odp.** Tak, Zamawiający wymaga aby odparafinowanie odbywało się w oddzielnym aparacie.
3. Jaką ilość szkiełek Zamawiający będzie barwił jednorazowo? **Odp.** Nie mniej niż 38 szkiełek.
4. Czy Zamawiający dopuści używany automat do barwień? **Odp.** Zamawiający dopuści aparat używany, ale nie starszy niż z 2010 r.
5. Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z automatem, Wykonawca dostarczył niezbędny osprzęt i naklejki kodów? **Odp.** Tak, Zamawiający wymaga aby wraz z automatem Wykonawca dostarczył niezbędny osprzęt oraz naklejki kodów.
6. Czy Zamawiający wymaga, aby automat miał możliwość skanowania szkiełek i odczynników zarówno w aparacie jak i poza nim? **Odp.** Zamawiający wymaga aby automat miał możliwość skanowania szkiełek i odczynników w aparacie i poza nim ponieważ musi mieć możliwość sprawdzenia wcześniej wybarwionych szkiełek oraz przygotowanych do następnego cyklu barwienia szkiełek i odczynników.
7. Czy Zamawiający wymaga aby przeciwciała i odczynniki oferowane w w/w postępowaniu były przeznaczone do diagnostyki in vitro oraz posiadały deklarację zgodności ? **Odp.** Tak.