



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 21.08.2013 r.

DZPZ-530-Zp/67/PN-61/13

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Kompleksową dostawę szybkich testów diagnostycznych oraz kart do mikrometody immunohematologicznej wraz z dzierżawą aparatu i systemu back-up” – Zp/67/PN-61/13.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 25 testów przeliczając zgodnie z zapotrzebowaniem? **Odp.** Tak.
2. Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 3 dopuści bufor fosforanowy o pH=6,8 kompatybilnego z oferowanymi barwnikami z poz. 1 i 2? **Odp.** Nie.
3. Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 6 dopuści zaoferowanie testów do RSV w opakowaniach a'10 testów, przeliczając zgodnie z zapotrzebowaniem? **Odp.** Tak.
4. Czy Zamawiający w pakiecie 3 wymaga testu do oznaczania antygenu RSV o czułości 100% i swoistości 95,3%? **Odp.** Zamawiający wymaga czułość 100% i swoistość min. 95,3%.
5. Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 7 wymaga testu do oznaczania antygenu Norowirusa w kale o czułości min. 95,65% i swoistości 91,67%? **Odp.** Zamawiający wymaga czułość min. 95,65% i swoistość min. 91,67%.
6. Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 wymaga testów opartych na metodzie immunofiltracji? **Odp.** Tak.

Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany cen wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i cel, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce, będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej brutto przedmiotu zamówienia? **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

7. Pakiet nr 4 – Clostridium difficile -kasetki, do jednoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej Clostridium difficile oraz toksyn A i B w jednej studziencie reakcyjnej- w kale. Zestaw kompletny do użycia:

- a) Czy Zamawiający wymaga testu o wykrywalność toksyny A nie gorszej niż 0.7 ng/ml, toksyny B nie gorszej niż 0.2 ng/ml i GDH nie gorszej niż 0.8 ng/ml?
- b) Czy Zamawiający wymaga testu kasetkowego immunoenzymatycznego z kontrolą w zestawie?

Odp. pyt. 7, ppkt a i b. Tak.