

Wałbrzych 07.08.2008 r.

DZPZ/182/AR/07/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej, kolonovideoskopu-giętkiego aparatu do oglądania jelita grubego, do usuwania endoskopowego polipu jelita oraz do biopsji jelita, foteli dializacyjnych, aparatów do EKG, pulsoksymetru stacjonarno-transportowego – Zp/46/PN-34/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 5 Aparat EKG 3-kanalowy szt. 1 –

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG, którego szerokość papieru wynosi: 108mm?

Wydruk zapisów EKG realizowany jest na papierze typu składanka termiczna w różnych, wybieranych przez użytkownika formatach, jednakże nie więcej niż 6 przebiegów jednocześnie. Oferowana szerokość papieru pozwala w sposób absolutnie czytelny uzyskiwać zapisy w każdym z formatów i w każdej z oferowanych czułości.

Odp. Tak.

2. Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie posiada czułości 2,5 mm/mV?

Oferowany aparat posiada układ automatycznego rozmieszczania krzywych EKG i zapewnia czytelność zapisu dla podanych czułości. Stosowanie czułości 2.5 mm/mV powoduje 4-krotną redukcję amplitudy EKG i sprawia, że zapis jest nieczytelny.

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wyświetlaczem LCD o rozdzielczości: 320x240 pikseli (8x6cm).

Odp. Tak

Pakiet nr 6 Aparat EKG 12-kanalowy szt.1

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG posiadający wyświetlacz graficzny prezentujący 12 kanałów EKG w grupach po 3 odprowadzenia oraz 8 kanałów (4x2) jednocześnie?

Odpowiedź: TAK

2. Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie posiada czułości 2,5 mm/mV?

Oferowany aparat posiada układ automatycznego rozmieszczania krzywych EKG i zapewnia czytelność zapisu dla podanych czułości. Stosowanie czułości 2.5 mm/mV powoduje 4-krotną redukcję amplitudy EKG i sprawia, że zapis jest nieczytelny.

Odpowiedź : TAK

Pakiet nr 3 – wideokolonoskop

Pyt.1. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wideokolonoskopu wraz z procesorem obrazu, monitorem i wózkiem ?

Odp. Aparat musi być kompatybilny z posiadanym źródłem światła i procesorem firmy Olympus.

Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o długości roboczej wziernika 1680mm spełniający wszystkie inne wymagania SIWZ?

Odp. TAK

Pyt. 3. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wideokolonoskopu wraz z procesorem obrazu, monitorem i wózkiem?

Odp. Nie. Sam wideokolonoskop.

Pakiet nr 4 – Fotel dializacyjny

Pyt. 1. Czy pod pojęciem „oddzielna regulacja siedziska „ Zamawiający rozumie regulację wysokości fotela? Jeżeli nie to prosimy o dokładne opisanie i wymaganego parametru.

Odp. Zamawiający pod pojęciem „ oddzielna regulacja siedziska „ rozumie niezależną regulację kąta siedziska , a nie wysokość fotela.