



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 22.08.2013 r.

DZPZ-530-Zp/67/PN-61/13

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Kompleksową dostawę szybkich testów diagnostycznych oraz kart do mikrometody immunoematologicznej wraz z dzierżawą aparatu i systemu back-up” – Zp/67/PN-61/13.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

1. Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej (m. in. krwinki wzorcowe) oraz cyklem produkcyjnym Zamawiający dopuści dla pakietu nr 6, możliwość dostaw odczynników wg załączonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok (zgodnie z ust. 4 - § 3), a w przypadkach szczególnie pilnych do 2 dni roboczych? **Odp.** Tak.
2. Czy ze względu na właściwości biologiczne oferowanego w poz. 8 odczynnika do badania profili antygenowych grupy Lewis (Lea, Leb, kontrola) Zamawiający wyrazi zgodę na przechowywanie w/w odczynnika w temperaturze niższej od pokojowej? **Odp.** Tak.
3. Prosimy o informację czy Zamawiający, w przypadku zaistnienia w trakcie obowiązywania umowy ustawowej zmiany stawki podatku VAT, dopuści zmianę cen brutto przy zachowaniu stałości cen netto? **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podłączenie analizatora do HIS za pomocą innego równoważnego protokołu proponowanego przez producenta oprogramowania zarządzającego urządzeniem, a pracującego w kilkunastu jednostkach publicznych szpitali? **Odp.** Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie ponieważ Wykonawca nie określił na czym polega równoważność stosowanego protokołu wymiany danych oraz w jaki sposób ten protokół odpowiada wymaganemu protokołowi dwustronnej informacji HL7.
5. Prosimy doprecyzowanie pkt. 15 - § 4 Załącznika nr 3b do SIWZ – pakiet nr 6: Jaki maksymalny procent zmniejszenia wielkości zamówienia przewiduje Zamawiający? **Odp.** Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.