



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

*tel. 74/64 89 600
www.zdrowie.walbrzych.pl*

fax 74/ 64 89 746

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/65/PN-59/13

Wałbrzych, 22.08.2013r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawy implantów do osteosyntezy, alloplastyki stawu-akcesoria oraz rekonstrukcji więzadłowych-akcesoria dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej” - Zp/65/PN-59/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1

Czy zamawiający pakiecie nr 3 w pozycji 11 wyrazi zgodę na dopuszczenie śrub zmiennokątowych blokowanych o średnicy 2,7mm w długościach 10-40 zamiast Śrub blokowanych dynamizacyjnych o średnicy 3,7mm o zakresie dynamizacji 0,2mm w każdym kierunku) . **Odp. Tak**

Pyt. 2

Czy w zadaniu nr 15 zamawiający dopuści w zamian za kaniule - 10-30 st 1 szt. – kaniule dwukanalowa, prosta z możliwością doginania srodoperacyjnego i wzamain za kaniule 31-50 st. 1 szt. - kaniule dwukanalowa, zakrzywiona w prawo i w gore z możliwością doginania srodoperacyjnego i wzamian za 51-70 st., 1 szt. kaniule dwukanalowa, zagięta w prawo i lewo z możliwością doginania srodoperacyjnego? Czy zamawiający wyraża zgodę aby dostawca dołączył do oferty naparstek do popychania igieł oraz urządzenie do srodoperacyjnego doginania kaniul? **Odp. Tak.**

Pyt. 3

Czy w pakiecie nr 14 (syntetyczne więzadła) Zamawiający dopuści implant do rekonstrukcji rozerwanego ścięgna rzepkowego w postaci sterylnej taśmy poliestrowej o wymiarach 30mm x 800mm o otwartym splocie umożliwiającym przerost tkankowy w komplecie z igłą do przeprowadzenia taśmy o długości 20cm. **Odp. Tak.**

Pyt. 4

Czy dopuszczacie Państwo w Pakiecie Nr 9 możliwość dosyłania do zabiegu oferowanych zestawów w ciągu 24 godzin.? **Odp. Tak.**

Pyt. 5 dot. pakietu nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 5 i 7 płyt kształtowych blokowanych do dalszej nasady kości promieniowej od 2-4 par otworów blokowanych i kompresyjnych zamiast 3-5 par?
2. poz. 12 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów do otworów blokowanych o średnicy 3,5mm zamiast 2,4mm lub 2,7mm?
3. poz. 18 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płyt blokowanych posiadających przynajmniej 2 otwory do wprowadzania Kirschnera zamiast przynajmniej 4 otwory?
4. poz. 20 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki blokowanej obojczykowej z hakiem według ulepszonych rozwiązań konstrukcyjnych: Wersja prawa/lewa. Posiadająca otwory blokowane i 1 kompresyjny Liczba otworów blokowanych w płycie $5 \div 7$. Zakres wysokości haka 12-18mm. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworu kompresyjnego wkręt korowy 3,5 mm z łebem kulistym. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan.
5. poz. 26 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki kształtowej blokowanej do dalszej nasady kości udowej według ulepszonych rozwiązań konstrukcyjnych, tj. w części trzonowej posiadającej od 4 do 16 otworów, w tym jeden kompresyjny (pozostałe otwory blokowane), pozostałe parametry bez zmian?
6. Poz. 30– Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkręta korowego blokowanego śr. 3,5 mm o długości 12-85 mm, pozostałe parametry bez zmian?
7. Poz. 31– Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkręta korowego śr. 3,5 mm o długości 14-85 mm, pozostałe parametry bez zmian?
8. Poz. 33– Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkręta korowego blokowanego śr. 5,0 mm o długości 16-95 mm, pozostałe parametry bez zmian?
9. Poz. 34– Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkręta korowego śr. 4,5 mm o długości 20-95 mm, pozostałe parametry bez zmian?
10. Poz. 35 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkręta gąbczastego blokowanego o średnicy 6,5mm zamiast wkręta korowego blokowanego kaniulowanego o średnicy 6,5mm, pozostałe parametry bez zmian?
11. Poz. 36 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkręta gąbczastego blokowanego kaniulowanego o średnicy 7,3mm zamiast wkręta korowego blokowanego kaniulowanego o średnicy 7,3mm pozostałe parametry bez zmian?
12. **Odp. na pyt. 1 – 11. Tak.**
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż sukcesywną - na zamówienie w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, w odniesieniu implantów drobnych ujętych w poz. 37-39 tj. Groty Kirschnera czy śruby Herberta) ? **Odp. Nie. Zgodnie ze SIWZ.**

Pyt. 6 dot. pakietu nr 2

1. Poz. 13 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania śrub zaślepiających od 0-15 mm jak w opisie gwoźdźca w poz. 9?
2. poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ ramiennych kompresyjnych o średnicy 6-10 mm?
3. Poz. 23 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ śródspikowych krętarzowych (długich i krótkich) o średnicy 10-12 mm?
4. Poz. 36 – Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podaniu kąta ruchów rotacyjnych głowy endoprotezy w stosunku do długiej osi trzpienia i czy powinno być 15° zamiast 150° ?
5. Poz. 36 – Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w określeniu pełnego zakresu ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy i czy powinno być 30° zamiast 300° ?
Odp. na pyt. 1-5. Tak.
6. Czy Zamawiający w poz. nr 37 dopuści cement kostny bez barwika z antybiotykiem o średniej gęstości i aplikacji ręcznej lub cement kostny bez barwnika z antybiotykiem o niskiej

gęstości i aplikacji przy użyciu strzykawki?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

7. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 37 do oddzielnego pakietu nr 2A?

Odp. Nie.

Pyt. 7 dot. zapisów projektu umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §2 ust. 2: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.
2. Czy Zamawiający zmieni termin określony w:
 - a. §3 ust. 2 tiret 1 z „48 godzin” na „3 dni robocze”
 - b. §3 ust. 2 tiret 2 z 24 godzin na 2 dni robocze
 - c. §4 ust. 3 z „48 godzin” na „3 dni robocze”
 - d. §4 ust. 3 z „24 godzin” na „2 dni robocze”
 - e. §4 ust. 7 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?
3. Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
4. Czy Zamawiający dookreśli, że w trakcie obowiązywania umowy cena netto jest niezmienna (§5 ust. 4), oraz dookreśli w §5 ust. 5, iż w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulega cena brutto?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu zapłaty na 30 dni dot. § 6 ust. 1?
Odp.
6. Czy Zamawiający dookreśli, iż odpowiedzialność Wykonawcy w §7 jest ograniczona do wartości towaru?
7. Czy Zamawiający zmieni §8 Ust. 1 pkt 1 poprzez usunięcie zapisu „...lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw na cito”?
8. Dotyczy pakietu nr 1 i 2-Czy Zamawiający w §4 ust. 2 mógłby doprecyzować, iż posiadanie okresu ważności przez oferowany asortyment, dotyczy tylko endoprotezy głowy kości promieniowej- poz. nr 36 -pakiet nr 2 , która jest produktem sterylnym?

Odp. projekt umowy. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? **Odp.** Tak.

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? **Odp.** Tak.

Pytanie nr 103 dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby instrumentarium było w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym, z racji na dużą ilość składowych instrumentarium, które w kontenerze bezobsługowym będą znajdowały się luzem co wydłuży proces odnajdywania poszczególnych części w trakcie zabiegu i będzie miało bezpośredni wpływ na wydłużenie czasu zabiegu. Prosimy o dopuszczenie instrumentarium pakowanego na tace dostarczane przez wykonawcę zamówienia. **Odp.** Tak.

Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby instrumentarium było w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym, z racji na dużą ilość składowych instrumentarium, które w kontenerze bezobsługowym będą znajdowały się luzem co wydłuży proces odnajdywania poszczególnych części w trakcie zabiegu i będzie miało bezpośredni wpływ na wydłużenie czasu zabiegu. Prosimy o dopuszczenie instrumentarium pakowanego na tace dostarczane przez wykonawcę zamówienia. **Odp.** Tak.

Pytanie 12 dot. pakietu nr 8 – endoproteza stawu kolanowego.

Czy Zamawiający, ze względu na małą ilość planowanych zabiegów i dużą złożoność zestawu dopuści możliwość dosyłania zestawu na zaplanowany zabieg (24 godz. przed zabiegiem)? **Odp.** Tak.

13. Dotyczy Pakietu nr 1 – płytki blokowane: W związku z bardzo szczegółowym opisem w SIWZ otworów płytek blokowanych zawierających rozwiązania techniczne charakterystyczne dla jednego producenta zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązań konstrukcyjnych otworów blokowanych (gwintowanych) oferowanych przez innych wykonawców tj.: otwory w płytce owalne, blokowane z gwintem stożkowym, dwufunkcyjne blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych do otworów kompresyjnych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

14. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast sześciokarbowym?

15. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 12** dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 2,5 mm zamiast 2,6 mm, bez otworów do wprowadzania Kirschnera lub nici?

16. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 13** dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 2,5 mm zamiast 2,2 mm?

17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z **Pakietu nr 1 poz. 22** w oddzielny pakiet. Dopuści to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

18. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 23** dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 1,2 mm zamiast 2,0 mm, bez zaczepów?

19. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących śr. 4,5 mm zamiast 4,0 mm?

20. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących śr. 5,0 mm zamiast 5,5 mm?

21. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 2-5** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących z gniazdem sześciokątnym zamiast z gniazdem typu torx?

22. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 10-11** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących śr. 4,5 mm zamiast 5,0 i 5,5 mm?

23. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 14** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów rekonstrukcyjnych śr. 6,5 mm zamiast rekonstrukcyjnych kaniulowanych śr. 7,5 mm?

24. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 15** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ o średnicy d=6÷7 mm blokowanych śrubami Ø 4,5 mm oraz Ø 3,5 mm?

25. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 16** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia ramiennego rekonstrukcyjnego oddzielnego do prawej i lewej kończyny, w wersji długiej posiadającego 3 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację?

26. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 31** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia do kości przedramienia i strzałkowej o długości L=180-260 mm i średnicy d=4÷6 mm (3 różne średnice w zadanym przedziale)?

27. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 33** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia do kości przedramienia i strzałkowej bez śruby kompresyjnej?

28. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 34** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących śr. 2,0/2,7 mm zamiast 1,5/2,7 mm?

29. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z **Pakietu nr 2 poz. 36 i 37** w jeden osobny pakiet? Dopuści to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

- 30.** Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 1** dopuści możliwość zaferowania płyty prostej od długości od 4 do 12 otworów oraz płyty przynasadowej o długości od 6 do 12 otworów?
- 31.** Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 2** dopuści możliwość zaferowania wyłączenie płyty prostej rekonstrukcyjnej zamiast płyt prostej rekonstrukcyjnej i przynasadowej?
- 32.** Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 4** dopuści możliwość zaferowania płyty do dalszej nasady kości pischelowej od strony przyśrodkowej bez podparcia o dł. od 116 do 246 mm oraz z podparciem do dł. od 117 do 252 mm?
- 33.** Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 4 poz. 1** dopuści możliwość zaferowania gwoździa długiego z 6 stopniową antetorsa zamiast z 10 stopniową?
- 34.** Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 4 poz. 1** dopuści możliwość zaferowania gwoździa o długości 260 mm uniwersalnego dla prawej i lewej kończyny?
- 35.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z **Pakietu nr 4 poz. 2** w jeden osobny pakiet? Dopuszcza się do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.
- Odp. na pyt. 13-35.** Zgodnie ze SIWZ.