

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

DZPZ-530-Zp/66/PN-60/13

Wałbrzych, 29.08.2013r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawę sprzętu medycznego i niemedycznego na wyposażenie Centrum Pulmonologii przy Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu” - **Zp/66/PN-60/13**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 13 Balkonik z regulacją podpory.

Podane wymiary dł. 50 cm, szer. 40 cm dotyczą wymiarów balkonika czy samej podpory? **Odp. Podpory.**

Wysokość do 76 cm - czy balkonik ma służyć dzieciom. **Odp. Nie**

Proszę o dokładne sprecyzowanie wymiarów balkonika. **Odp. Szerokość : 50,0 – 52,0 cm.; Wysokość : MIN: 76 cm, MAX : 97 cm.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania balkonik z podparciem pod łokcie o wymiarach ?

Szerokość: 64 cm

Długość: 75 – 90 cm

Wysokość urządzenia: 109 – 152 cm

Wysokość podłokietników od podłoża: 97 – 140 cm

Długość podłokietników wraz z uchwytyami: 60 – 83 cm

Głębokość wycięcia elementu tapicerowanego: 30 cm

Szerokość wycięcia elementu tapicerowanego: 36 cm

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania balkonik z podparciem pod łokcie o wymiarach ?

Długość 82 cm

Szerokość 67,5 - 75 cm

Max obciążenie 135 kg

Masa własna 12,5 kg

Wysokość podpór ramion 100 - 123 cm

Odp. Nie

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 6 Pompa infuzyjna dwutorowa

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę z szybkością dozowania w zakresie od 0,1 do 1200 ml/h programowaną co 0,1 ml/h? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną z funkcją aktywną Bolus z regulacją prędkości w zakresie od 50 ml/h do 1200 ml/h? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy zamawiający oczekuje aby pompa współpracowała ze strzykawkami o pojemności 5, 10, 20, 30/35, 50/60ml? **Odp. Nie**

Czy zamawiający wymaga od pompy alarmu informującego o spadku ciśnienia w linii co jest jednoznaczne z pojawieniem się nieszczelności lub odłączeniem od pacjenta? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 3, dotyczy pakietu nr 3 Ergometr+ Bieżnia+ system zabezpieczający

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne do określonego w SIWZ, system spełniający następujące warunki łącznie, inne lub lepsze niż w SIWZ Zamawiającego:

a. pomiar przepływu w zakresie od 0 do +/-16 L/s i rozdzielczością pomiaru <1 mL/s, w zakresie objętości od 0 do 20 L i z dokładnością +/-3%, z przestrzenią martwą <20 mL i zakresem mierzonej wentylacji od 0 do 300 L/min. **Odp. Tak**

b. analizator CO₂ w zakresie od 0 do 13% i z dokładnością 0,1% oraz rozdzielczością 0,1% i czasem odpowiedzi t₉₀<28 ms. **Odp. Tak**

c. analizator O₂ w zakresie od 0 do 100% i z dokładnością 0,1% oraz rozdzielczością 0,1% i czasem odpowiedzi t₉₀<100 ms. **Odp. Tak**

d. oprogramowanie prezentujące wartości mierzone „oddech-po-oddechu” : t, VE, Bf, TV, FeO₂, FeCO₂, VO₂, VCO₂, VO₂/kg, VO₂/HR, RER, EQO₂, EQCO₂, VD/VT, HR, SaO₂, PetO₂, PetCO₂, BR, HRR, bez parametrów kinetyki O₂ (ocena w praktyce klinicznej niewykonywana, ze względu na inną specyfikę uzyskania wiarygodnych danych w protokole „steady-state” i brak istotnych zalet w ocenie stanu pacjenta w stosunku do progresywnego badania wysiłkowego) oraz rzutu minutowego (jest to jedynie oszacowanie, a rzeczywisty pomiar z wykorzystaniem gazometrii wymaga warunków pomiarowych w praktyce niedostępnych w warunkach pracowni wysiłkowej). **Odp. Nie / brak parametru kinetyki**

e. ciągła rejestracja, zapis i prezentacja 12-kanalowego EKG, niezbędna do monitorowania badania wysiłkowego i umożliwiająca wykonywanie prób wysiłkowych EKG bez oceny zużycia gazów **Odp. Tak, ale nie wymaga**

f. moduł 12-kanalowego EKG, pulsoksymetr, automatyczna stacja pomiaru warunków otoczenia **Odp. Tak, ale nie wymaga**

g. moduł oprogramowania do wykonywania pomiarów spirometrycznych **Odp. Tak, ale nie wymaga**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

h. bieżnia ruchoma z układem podnoszenia bez systemu zabezpieczenia pacjenta przed upadkiem wysięgnikiem i kamizelką, sterowana bezpośrednio z systemu spirometrycznego bez panelu sterującego bieżni, z parametrami: prędkość od 0,8 do 19 km/godz., zakres uniesienia do 25%, dopuszczalna waga pacjenta do 227 kg. **Odp. Nie**

i. mieszanka gazowa do kalibracji O₂/CO₂/pow. w zwrotnej butli typu B10 (10 L) **Odp. Tak**

j. pozostałe nie wymienione parametry i funkcje zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiający zmieni zakres wymagań dla pakietu nr 3, tak aby integralnym elementem funkcjonalnym zestawu oraz specyfikacji, było ciągle monitorowanie 12-kanalowego EKG pacjenta w czasie badania wysiłkowego, co wynika z podstawowych wymagań i zaleceń, w zakresie wykonywania badań wysiłkowych niezależnie od wskazań? **Odp. Nie**

Pytanie nr 4, dotyczy pakietu nr 7 Spirometr + moduły

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne do określonego w SIWZ, system spełniający następujące warunki łącznie, lepsze niż w SIWZ Zamawiającego:

a. pomiar przepływu w zakresie od 0 do +/-16 L/s i rozdzielczością pomiaru <1 mL/s, w zakresie objętości od 0 do 20 L i z dokładnością +/-3%, z przestrzenią martwą <20 mL. **Odp. Tak**

b. pomiar ciśnienia w jamie ustnej w zakresie +/-25 kPa i rozdzielczością 15bit (<0,001 kPa). **Odp. Tak**

c. pomiar ciśnienia w kabinie w zakresie +/-0,25 kPa i rozdzielczością 24bit (<0,0001 kPa). **Odp. Tak**

d. analizator CO w zakresie od 0 do 3000 ppm (0,3% zakresu) i dokładnością <1% oraz rozdzielczością 24bit (<0,001%). **Odp. Tak**

e. analizator CH₄ w zakresie od 0 do 3000 ppm (0,3% zakresu) i dokładnością <1% oraz rozdzielczością 24bit (<0,001%). **Odp. Nie**

f. dyfuzja metodą „single breath” z wykorzystaniem gazu CH₄ zamiast He i odpowiednio parametrami FiCH₄, FaCH₄ **Odp. Nie**

g. mieszanka pomiarowa CO/CH₄/pow. w zwrotnej butli typu B10 (10 L). **Odp. Nie**

h. test prowokacyjny inhalacyjny w inhalacji impulsowej z ciśnieniem podawanym na nebulizator 1800 kPa (1,8 bar), bez trybu pracy w inhalacji ciągłej (inhalacja w trybie impulsowym jest ogólnie przyjętym standardem równoważnym i jest korzystniejsza, ze względu na wymagane przez Zamawiającego zabezpieczenie obiegu powietrza i precyzję podania dawki, w związku inhalacją sterowaną ciśnieniem wdechowym pacjenta). **Odp. Nie**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Pytanie nr 5, dotyczy pakietu nr 3 i 7

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne do określonego w SIWZ, system oparty o komputer z procesorem Intel Core i5-3470 lub zbliżonym, o nie mniejszej wydajności (wg. ogólnie przyjętego obiektywnego algorytmu ewaluacyjnego Passmark)? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne do określonego w SIWZ, oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 7, zainstalowanym na dostarczonym komputerze? **Odp. Nie**

Pytanie nr 6, dotyczy pakietu nr 1

I. Procesor wizyjny i źródło światła

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaproponowania procesora wizyjnego, wysokiej rozdzielczości HD opartego na najnowocześniejszej technologii HD + (innej niż HDTV) współpracujący z endoskopami w standardzie SD i HD ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie procesora bez funkcji „programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora” w przypadku gdy oświetlenie jest wbudowane w obudowę procesora? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie procesora posiadającego funkcję obraz w obrazie a funkcja obraz obok obrazu ze źródeł zewnętrznych wyświetlany jest na wyświetlaczu LCD procesora lub realizowana jest przez funkcję monitora ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie procesora z funkcją obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła, uruchamianą automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania realizowaną poprzez procesy cyfrowe procesora, co daje możliwość wykorzystanie wielokrotnie więcej opcji skanowania obrazu i współpracuje z wszystkimi dostępnymi endoskopami, a nie tylko z kilkoma wybranymi? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie procesora bez pełnej polskiej wersji językowej menu, z bardzo intuicyjną obsługą funkcji procesora? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie procesora z analogowym wyjściem sygnału RGB, Y/C , oraz wyjściem cyfrowe DVI - są to wyjścia równoważne to wymaganych. **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie procesora z opcją zapisu zdjęć w wewnętrznej pamięci z wymuszonym transferem po jej podłączeniu? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie procesora z automatycznym trybem średnim i szczytowym pracy przesłony? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie procesora z możliwością pięciostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza? **Odp. Tak, ale nie wymaga**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie procesora bez funkcji współpracy z wideo laparoskopami?
Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie procesora bez funkcji sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji? Opcja nie jest używana podczas badań bronchoskopowych **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie procesora bez możliwości zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze klawiatury w przypadku możliwości zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze dostępu z panelu przedniego oraz z dostępem do wielu funkcji procesora z funkcjonalnych klawiszy specjalnej klawiatury? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie procesora bez funkcji poprawy obrazu standardowego do HDTV ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie procesora dedykowanego do pracy z trybami obrazowania 16:9 i 4:3 oraz współpracującego z pozostałymi wymaganymi trybami ? **Odp. Tak, ale nie wymaga**

Dotyczące II. Monitor Medyczny

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie monitora bez funkcji rotacji obrazu w zakresie 180 stopni w przypadku gdy ta funkcja jest realizowana jest przez zaproponowany procesor? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie monitora posiadający kąt widzenia większy niż wymagane 170 stopni ? **Odp. Tak, ale nie wymaga**

Dotyczące III. Wózek

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie wózka z możliwością podłączenia min. 8 urządzeń ? **Odp. Tak**

Dotyczące IV. Wideobronchoskop – diagnostyczno-zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie wideobronchoskopu diagnostyczno zabiegowego posiadający średnicę zewnętrzną wziernika max 6,3 mm z kanałem roboczym 3,2 mm. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie wideobronchoskopu diagnostyczno zabiegowego z głębią ostrości 3-50 mm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie wideobronchoskopu diagnostyczno zabiegowego posiadający tylko informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie wideobronchoskopu diagnostyczno zabiegowego z 4 przyciskami endoskopowymi bez możliwości przypisania funkcji „wybór wielkości obrazu” **Odp. Tak**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie videobronchoskopu diagnostyczno zabiegowego z cyfrową technologią przetwarzania obrazu, która poprawia wizualizację naczyń błony śluzowej w miejsce optycznej technologii wyostrenia obrazu? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie videobronchoskopu diagnostyczno zabiegowego z jednostopniowym złączem zabezpieczonym zabezpieczającym złącze elektryczne endoskopu poprzez specjalną nakładkę? **Odp. Nie**

Dotyczące V. Bronchofiberoskop optyczno zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie bronchofiberoskopu optyczno zabiegowego posiadającego średnicę kanału roboczego 2,8 mm ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie bronchofiberoskopu optyczno zabiegowego posiadającego średnicę zewnętrzną wziernika 6,3mm i kanałem 3,2 mm ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie bronchofiberoskopu optyczno zabiegowego posiadającego wielorazowe zaworki kanału biopsyjnego umożliwiające pobieranie popłuczyn ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie testera szczelności którego proces badania endoskopu odbywa się w płynie poprzez zanurzenie go i ręczne podanie powietrza ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie bronchofiberoskopu optyczno zabiegowego posiadającego przycisk kontroli ssania w postaci jednego nierozbieralnego elementu, dającego się łatwo umyć i zdezynfekować? **Odp. Nie**

Dotyczące VI. Bronchofiberoskop optyczno zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie bronchofiberoskopu optyczno zabiegowego posiadającego odłączany zawór ssawny oraz nieodłączalne przyłącze ssawne ? **Odp. Nie**

Dotyczące IX. MYJNIA AUTOMATYCZNA - DEZYNFEKCJA TERMICZNA

dotyczy pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści myjnię z nie dzielonym, wysuwanym koszem, gdzie głowica endoskopu umieszczana jest w ciśnieniowym pojemniku. **Odp. Nie**

dotyczy pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dezynfekcją wody tylko do ostatniego płukania. **Odp. Nie**

dotyczy pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z uzdatnianiem biologicznym wody przez myjnię tylko do ostatniego płukania **Odp. Nie**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

dotyczy pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści płukanie jednokrotne po procesie dezynfekcji? **Odp. Nie**

dotyczy pkt. 18

Czy Zamawiający wymaga także jednakowego suszenia powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej endoskopu oraz czy urządzenie powinno być wyposażone w suszarkę **Odp. Zgodnie z SIWZ**

dotyczy pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez systemu indywidualnych połączeń pomp tłoczących do gniazd zaworów, ale umożliwiające prawidłowe mycie i dezynfekcję kanałów endoskopów **Odp. Nie**

dotyczy pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści myjnię bez możliwości podłączenia i umycia 4 endoskopów bez kanału roboczego z pełną kontrolą szczelności przez cały proces. **Odp. Nie**

dotyczy pkt. 24

Prosimy o informację o przygotowanych przyłączach, co jest niezbędne do skalkulowania ewentualnych przeróbek w przyłączach mediów **Odp. Zgodnie z SIWZ**

dotyczy pkt.26

Czy Zamawiający dopuści alternatywny system automatycznego rozpoznawania endoskopów i osób oparty na bazie kodów paskowych z odrębnym programem do archiwizacji danych. **Odp. Nie**

Dotyczące X Myjka ultradźwiękowa

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zasilane zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 50-60Hz 220-230V bez opcji 120V ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o max pojemności zbiornika 9l ? **Odp. Tak, ale nie wymaga**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC – posiadanie normy nie jest niezbędne dla pracy myjni ultradźwiękowej w placówkach medycznych **Odp. Nie**

Czy dopuści myjkę z zabezpieczeniami elektrycznymi wg normy pn en 60335-1 ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści myjkę z poborem mocy 540 VA ? **Odp. Nie**

Pytanie nr 7, dotyczy zapisów umowy

§ 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy) w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.” ? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

§ 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z 72 godzin do 5 dni roboczych oraz z 72 godzin do 7 dni roboczych w przypadku użycia części zamiennych? **Odp. Zamawiający zmienia projekt umowy (patrz zmiana SIWZ).**

§ 6 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zapewnia przedłużenie gwarancji o czas przerwy w eksploatacji (czas naprawy gwarancyjnej) o ile przestój trwał powyżej 5 dni roboczych.” ? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§ 6 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca gwarantuje wymianę podzespołu/podzespołów na fabrycznie nowe w sytuacji wykonania 3 napraw gwarancyjnych tego samego istotnego podzespołu/podzespołów, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie urządzenia.” ? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§ 7 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe? **Odp. Nie**

Pytanie nr 8, dotyczy pakietu nr 8 Łóżka hydrauliczne + wyposażenie, Łóżka szpitalne zwykłe + wyposażenie, Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym, Szafka przyłóżkowa zwykła

Poz. nr 1 – Łóżka szpitalne hydrauliczne – 50 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalnego długości całkowitej wynoszącej 2180 mm? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi wynoszącą 960 mm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000x850 mm? **Odp. Nie**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w cztery krążki odbojowe jednoosiowe? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcz boczne bez listew odbojowych? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w listwy odbojowe umieszczone na barierkach na jednym szczeblu barierki? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z wypełnieniem z płyty HPL mocowanym na stałe? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami z stalowej siatki o wymiarach oczek 5 x 5 cm? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami z siatki wykonanej z pręta o średnicy 4 mm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, z regulacją wysokości w zakresie od 395 do 820 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ. **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywaną za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, gdyż zapewnia precyzyjny wybór właściwej regulacji. **Odp. Nie**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, w którym Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez podmioty na (...) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. W załączeniu zawieramy Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. **Odp. Tak**

Poz. nr 2 – Łóżka szpitalne – 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm? **Odp. Tak**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi wynoszącą 960 mm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000x850 mm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w cztery krążki odbojowe jednoosiowe? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcz boczne bez listew odbojowych? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w listwy odbojowe umieszczone na barierkach na jednym szczeblu barierki? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z wypełnieniem z płyty HPL mocowanym na stałe? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami z siatki wykonanej z pręta o średnicy 4 mm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie do 70 stopni? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne o konstrukcji posiadającej dopuszczalne obciążenie na poziomie 230 kg, bez wzmocnień poprzeczkami łączącymi nogi, które w przypadku takiej konstrukcji są całkowicie zbędne? **Odp. Nie**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, w którym Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez podmioty na (...) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. W załączeniu zawieramy Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. **Odp. Tak**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Poz. nr 4 – Szafka przyłóżkowa zwykła – 50 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której szuflada górna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której szuflada dolna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 2 części? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową która nie posiada pod dolną szufladą dodatkowej półki na rzeczy podręczne pacjenta? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pod dolną szufladą dodatkową półkę tworzywową? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową której konstrukcja zapewnia zamontowanie w przyszłości blatu bocznego z możliwością łatwego mocowania za pomocą specjalnego klucza będącego na wyposażeniu każdej szafki? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w 4 podwójne koła jezdne o średnicy 50 mm? **Odp. Nie**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, w którym Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez podmioty na (...) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. W załączeniu zawieramy Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. **Odp. Tak**

Poz. nr 3 – Szafki przyłóżkowe ze stolikiem przyjacielem – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której szuflada górna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której szuflada dolna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 2 części? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości wraz z mechanizmem blatu bocznego wynoszącej 630 mm? **Odp. Nie**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową której szerokość przy rozłożonym blacie wynosi 1095 mm? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową która nie posiada pod dolną szufladą dodatkowej półki na rzeczy podręczne pacjenta? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pod dolną szufladą dodatkową półkę tworzywową? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z możliwością regulacji wysokości blatu bocznego w zakresie od 775 mm do 1125 mm? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z możliwością łatwego odejmowania i mocowania z lewej lub prawej strony szafki za pomocą specjalnego klucza będącego na wyposażeniu każdej szafki? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w 4 podwójne koła jezdne o średnicy 50 mm? **Odp. Nie**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, w którym Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez podmioty na (...) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. W załączeniu zawieramy Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. **Odp. Tak**

Pytanie nr 9, dotyczy pakietu nr 2

pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający szerokość leża 700mm? **Odp. Nie**

pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie: 550 do 950 uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? **Odp. Nie**

pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację nachylenia oparcia pleców w zakresie: 0° ~ 70° uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? **Odp. Tak**

pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację segmentu siedziska w zakresie: -5° ~ 15° uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? **Odp. Nie**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację segmentu nożnego w zakresie: $0^{\circ} \sim -30^{\circ}$ uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? **Odp. Tak**

pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację przechyłu Trendelenburga w zakresie: -5° uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? **Odp. Nie**

pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści fotel nie posiadający elektronicznej blokady funkcji elektrycznych rozłączających wszystkie funkcje i regulacje wykonywane z pilota. **Odp. Nie**

pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści fotel bez centralnej blokady kół? **Odp. Nie**

pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający segment podudzia wyposażony w tapicerowane oparcie stóp o regulowanym wysuwie. Regulacja długości wspomagana bez sprężyny gazowej? **Odp. Nie**

pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający tapicerkę szfową? **Odp. Nie**

pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający podrażniki regulowane bez pomocy sprężyny gazowej? **Odp. Nie**

Pytanie nr 10, dotyczy pakietu nr 6 - Pompa infuzyjna dwutorowa

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane pompy były odporne na działanie płynów, tj. były bryzgoszczelne, o czym stanowi stopień odporności IPX4? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pomp, sklasyfikowanych do klasy co najmniej II urządzeń, z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę koszty eksploatacji urządzeń, będzie wymagał aby pompy współpracowały ze strzykawkami wielu producentów krajowych i zagranicznych, w tym minimum 5 polskich? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pomp, mogących współpracować ze strzykawkami różnej pojemności, tym: 10,20,30,50/60,100/120ml? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Pytanie nr 10, dotyczy projektu umowy – załącznik nr 3A o SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? **Odp. Nie**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 3 na następujący:

„Wykonawca gwarantuje czas naprawy 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność liczony od momentu podjęcia naprawy. Zgłoszenia awarii będą się odbywały w sposób: fax (24 h), poczta e-mail:(24 h), telefonicznie (od godz. 8.00 do 16.00).” **Odp. Zamawiający zmienia projekt umowy (patrz zmiana SIWZ).**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 1a) na następujący:

„10 % wartości niezrealizowanej części umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 1b) na następujący:

„0,2 % wartości niedostarczonego/ uszkodzonego urządzenia – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 1 na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej 14 dni, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia realizacji zamówienia.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Pytanie nr 11, dotyczy pakietu nr 1

Ze względu na niejasność zapisu prosimy o wyjaśnienie czy opisane w załączniku nr 1 ilości (opis na końcu „części składowe zestawu (bronchoskopia)) dotyczą 1 zestawu czy 2 zestawów? **Odp. 2 zestawy**

W przypadku gdy podane ilości dotyczą dwóch zestawów, ze względu na niepodzielną ilość niektórych pozycji (np. myjni endoskopowej, myjki, mobilnego źródła światła) czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego i podanie cen na:

zestaw 1 (zawierający procesor 1 szt, źródło światła 1 szt, monitor medyczny 1 szt, wózek 1 szt, wideobronchoskop 1szt., bronchofiberoskop optyczny 2,8 1 szt, system do archiwizacji badań 1 szt, stacja robocza 1 szt. Myjnia automatyczna 1 szt.)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

zestaw 2 (zawierający procesor 1 szt, źródło światła 1 szt, monitor medyczny 1 szt, wózek 1 szt, wideobronchoskop 1szt., bronchofiberoskop optyczny 3,0 1 szt, system do archiwizacji badań 1 szt, stacja robocza 1 szt. Myjka ultradźwiękowa 1 szt., mobilne źródło światła 1 szt.)

Odp. Zgodnie z SIWZ

Jednocześnie ze względu na fakt, że powyższe zestawy zawierają elementy niemedyczne i tym samym posiadające stawkę VAT 23% (system do archiwizacji badań, stacja robocza, system rejestracji parametrów mycia i dezynfekcji do myjni endoskopowej) czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ich do osobnych pozycji. **Odp. Zgodnie z SIWZ**

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn, brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT	Producent
1	Zestaw bronchofiberoskopowy 1 w tym:	1 komplet					8% i 23%	
1a	procesor 1 szt, źródło światła 1 szt, monitor medyczny 1 szt, wózek 1 szt, wideobronchoskop 1szt., bronchofiberoskop optyczny 2,8 1 szt, Myjnia automatyczna 1 szt	1 kpl					8%	
1b	system do archiwizacji badań 1 szt, stacja robocza 1 szt.	1 kpl					23%	
1c	system rejestracji parametrów mycia i dezynfekcji	1 kpl					23%	
2	Zestaw bronchofiberoskopowy 2 w tym:	1 komplet					8% i 23%	
2a	procesor 1 szt, źródło światła 1 szt, monitor medyczny 1 szt, wózek 1 szt, wideobronchoskop 1szt., bronchofiberoskop optyczny 3,0 1 szt, myjka ultradźwiękowa 1 szt., mobilne źródło światła 1 szt.)	1 kpl					8%	
2b	system do archiwizacji badań 1 szt, stacja robocza 1 szt.	1 kpl					23%	

Czy Zamawiający w pkt. IV. WIDEOBRONCHOSKOP – DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWY będzie wymagał by aparat obrazował zgodnie ze standardem najwyższej rozdzielczości HDTV? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający w pkt. IX. MYJNIA AUTOAMTYCZNA-DEZYNFEKCJA TERMICZNA – 2 stanowiskowa lp. 1 wyrazi zgodę na wyłączenie wymogu spełnienia 15883-2 i 15883-3, gdyż te części normy nie dotyczą myjni-dezynfektorów termolabilnych endoskopów? **Odp. Tak**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Czy Zamawiający w pkt. VIII. "SYSTEM DO ARCHIWIZACJI I OPISYWANIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH – 2 stanowiska" oczekują dostarczenia dodatkowego serwera dla funkcji utrzymania centralnej bazy danych systemu archiwizacji? Centralna baza umieszczona na serwerze przyniesie korzyści takie jak wspólna lista pacjentów, bezpieczeństwo gromadzonych danych, łatwiejszą integrację z systemami typu HIS/RIS/PACS w przyszłości, prostą rozbudowę systemu poprzez podłączenie kolejnych stanowisk klienckich. **Odp. Tak**

Czy w pomieszczeniach gdzie Zamawiający przewidują instalację stacji roboczych z pkt. VIII, znajduje się sieć logiczna LAN, wymagana do prawidłowego wdrożenia wersji sieciowej systemu do archiwizacji? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dysponuje pomieszczeniem serwerowni z szafą typu rack do zainstalowania serwera systemu archiwizacji? **Odp. Tak**

Czy w przypadku zaoferowania wyposażenia nie będącego wyrobem medycznym (system do archiwizacji badań, stacja robocza, system rejestrujący parametry mycia i dezynfekcji) Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji z oświadczenia wymienionego w SIWZ pkt. X. 11. I tym samym z konieczności posiadania dla nich dokumentów dopuszczających? **Odp. Tak**

Pytanie nr 12, dotyczy projektu umowy – załącznik nr 3A o SIWZ

§ 6 ustęp 3

Czy ze względu na fakt, że oferowany sprzęt jest wysoce specjalistyczny, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów:

„ Wykonawca gwarantuje czas naprawy bez użycia części zamiennych nie dłuższy niż 72 godziny liczony od momentu podjęcia naprawy oraz z użyciem części zamiennych nie dłuższy niż 72 godziny liczony od momentu podjęcia naprawy. Zgłoszenia awarii będą się odbywały w sposób: fax (24 h), poczta e-mail :(24 h), telefonicznie (od godz. 8.00 do 16.00).

Na zapis następującej treści:

„ Wykonawca gwarantuje czas naprawy bez użycia części zamiennych nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy oraz z użyciem części zamiennych nie dłuższy niż 10 dni roboczych liczony od momentu podjęcia naprawy. Zgłoszenia awarii będą się odbywały w sposób: fax (24 h), poczta e-mail :(24 h), telefonicznie (od godz. 8.00 do 16.00).

Odp. Zamawiający zmienia projekt umowy (patrz zmiana SIWZ).

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

§ 5 ustęp 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie słów „bez pisemnej zgody Zamawiającego”. Taki zapis chroni interesy zarówno Zamawiającego jak i wykonawcy **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

Prosimy o informację czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy**

Pytanie nr 13, dotyczy pakietu nr 7- Spirometr + moduły (bodypletyzmografia, dyfuzja, moduł prowokacji alergologicznych metodą wziewną, moduł pomiaru warunków otoczenia).

Ad.5. Głowica pneumatograficzna wymienna dla każdego pacjenta (bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych) i

Ad.6. Zamykacz przepływu wymienny dla każdego pacjenta (bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych)

Czy Zamawiający dopuści, a jeżeli nie, to czy może uzasadnić swoją decyzję o niedopuszczeniu rozwiązania z jednorazowymi filtrami przeciwbakteryjnymi? **Odp. Nie, filtr podnosi koszty użytkowania, zwiększa przestrzeń martwą.**

Ad.9. Ciśnienie w jamie ustnej: zakres: +/- 10 kPa

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, pozwalające na pomiar ciśnienia w jamie ustnej w zakresie +/- 7 kPa, jako pokrywającym realnie występujące wartości tego ciśnienia. **Odp. Tak**

Ad.11. Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS

Czy Zamawiający dopuści system bez automatycznej kontroli wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego? Decyzję w tym zakresie podejmuje wykwalifikowany personel medyczny, a nie automat. **Odp. Nie**

Ad.12. Ocena jakości badania w skali A-F.

Czy Zamawiający dopuści system bez automatycznej ocena jakości badania w skali A-F? **Odp. Nie**

Ad.14. Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS

Czy Zamawiający dopuści system automatycznej oceny próby rozkurczowej wg standardów ERS? **Odp. Nie**

Ad.20. Dyfuzja metodą „single breath”

Czy Zamawiający dopuści pomiar dyfuzji metodą „single breath” z zastosowaniem mieszaniny gazów CO/CH₄ zamiast CO/He? **Odp. Nie**

Ad.23. Test prowokacyjny inhalacyjny prowadzony metodą Cicrofta i metodą impulsową ...

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Czy Zamawiający dopuści metodę Chai et al. do przeprowadzania testu prowokacyjnego? **Odp. Nie**

Ad.27. Wymagane wartości należne: GLI, ERS, NHANES, Hankinson, Kuster, Zapletal

Czy Zamawiający dopuści brak którejs z podanej wartości referencyjnej? Oferujemy rozwiązanie, które pozwala na edycję tych wartości przez użytkownika. **Odp. Nie**

Ad.32. Możliwość zmiany konfiguracji raportów

Czy Zamawiający dopuści raport bez:

a) odchyleń standardowych i percentyli oraz

i) możliwości wyszukiwania pacjentów i grup ze względu na schorzenie, spadek określonego parametru ? **Odp. Nie**

Ad.33. Możliwość przyłączenia dodatkowych modułów.....

Czy Zamawiający dopuści system bez dodatkowego modułu pulsoksymetru i kapnografu? **Odp. Nie**

Pytanie nr 14, dotyczy pakietu nr 3- Ergometr + Bieżnia ruchoma + system zabezpieczający

Ad. pktu 4. Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne z głowicą pomiarową TripleV wykorzystującą turbinę obrotową. **Odp. Nie**

Ad. pktu 12. Podać cenę napełnienia mieszaniną gazów CI/He/reszta powietrze, butli o pojemności wodnej 10l

Czy Zamawiający może usunąć punkt 12 z wykazu wymaganych parametrów technicznych, ponieważ nie jest on związany z przedmiotem zamówienia? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia cyklometru w oferowanym zestawie i o jakich parametrach technicznych? **Odp. Cyklometr nie jest wymagany**

Pytanie nr 15, dotyczy pakietu nr 7 – Bodypletyzmografia

pkt. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oprogramowanie, które ocenia wykonanie badania zgodnie z wytycznymi ATS/ERS, i wychodzi szerzej poza 6 stopniową skalę A-F, pozwalając ocenić badanie pod kątem aż 12 wytycznych? **Odp. Skala 6-stopniowa A-F (opracowana przez NLHED) jest elementem określającą klasę (jakość) powtarzalności, natomiast wymagana jest ocena poprawności pod kątem 12 wytycznych i wynika to wprost ze specyfikacji punkt 8 /1.**

pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu spirometr z modułem bodyplezmozografii, który nie posiada rozwiązania :możliwość automatycznej diagnozy pod warunkiem prawidłowego wykorzystania badania (klasa A lub B). **Odp. Nie, Zgodnie z SIWZ.**