



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 02.09.2013 r.

DZPZ-530-Zp/73/PN-67/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego – Zp/73/PN-67/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści elektroda neutralną silikonową wielorazową z kablem długość 4 m o wymiarach 300mm x 170mm? **Odp. Tak**

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną silikonową wielorazową z rozłącznym kablem o długości 4,5m do aparatu EMED i ERBA, wymiary płyty 250 mm x 150 mm? **Odp. Tak**

poz.2

Czy Zamawiający dopuści kabel szczypiec bipolarnych o długości 4,5m do aparatów ERBE? **Odp. Tak**

Pytanie 2, dot. pakiet nr 3

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 15x27cm? **Odp. Nie**

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 45x55cm? **Odp. Nie**

Poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 56x82cm? **Odp. Nie**

poz. 1

Czy Zamawiający wymaga folii wykonanej są z poliestru, ultracienkiej, o grubości 0,025 mm, oddychającej, rozciągliwej, niepalnej z klejem akrylowym o paroprzepuszczalności (MVTR) >600g/m²/24h z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, o wymiarach całkowitych 20cm x 20cm, rozmiarach części lepnej 10cm x 20cm? **Odp. Tak**

poz. 2

Czy Zamawiający wymaga folii wykonanej są z poliestru, ultracienkiej, o grubości 0,025 mm, oddychającej, rozciągliwej, niepalnej z klejem akrylowym o paroprzepuszczalności (MVTR) >600g/m²/24h z systemem

bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, o wymiarach całkowitych 60cm x 45cm, rozmiarach części lepnej 50cm x 45cm? **Odp. Tak**

poz. 3

Czy Zamawiający wymaga folii wykonanej z polietylenu, cienkiej, o grubości 0,05 mm, z klejem akrylowym, o paroprzepuszczalności (MVTR) <400g/m²/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera o wymiarach całkowitych 82cm x 85cm, rozmiarach części lepnej 60cm x 85cm? **Odp. Tak**

poz. 4

Czy Zamawiający wymaga folii wykonanej z poliestru, ultracienkiej, o grubości 0,025 mm, oddychającej, rozciągliwej, niepalnej z klejem akrylowym o paroprzepuszczalności (MVTR) >600g/m²/24h z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, o wymiarach całkowitych 90cm x 60cm, rozmiarach części lepnej 60cm x 60cm? **Odp. Tak**

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze 15 x 20, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze 20 x 30, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze 56 x 84, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Nie**

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze 45 x 55, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze 40 x 50, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 3 dopuści złożenie oferty z foliami chirurgicznymi o wymiarach powierzchni przylepnej nieznacznie odbiegających od wymaganych tj. 26x23,5cm dla po. 1 40x53cm dla poz. 2 53x80cm dla poz. 3 oraz 53x80cm dla poz. 4. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 3, dot. pakiet nr 5

Czy Nr 16 lub „16” w nazwie asortymentu pakietu Nr 5 w Załączniku nr 1 do SIWZ oznacza rozmiar zastawki lub drenu: dla dorosłych? **Odp. Rozmiar zastawki dootrzewnowej.**

Pytanie 4, dot. pakiet nr 9

poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie protez naczyniowych z PTFE, prostych, niezbrojonych, z linią boczną orientacyjną, z możliwością jednokrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, o rozmiarach 6, 8 mm, dł. 40 cm, 10 mm, dł. 50 cm oraz 6, 8, 10 mm, dł. 80 cm **Odp. Tak**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1ml/cm²/min. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce protez prostych o długości 20cm, następujących długości:

15cm dla średnic 6-16mm

25cm dla średnic 18-24mm **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce protez prostych o długości 40cm, następujących długości:

30cm dla średnic 10-16mm

50cm dla średnic 18-24mm **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce protez prostych o długości 70cm, protez 60cm. **Odp. Nie**

Prosimy o dopuszczenie w protez rozwidlonych 45cm, zamiast 50cm. **Odp. Nie**

poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie protez naczyniowych z PTFE, prostych, zbrojonych zewnętrznie spiralnie z możliwością usunięcia zbrojenia bez

naruszenia ściany protezy, z linią boczną orientacyjną, z możliwością jednokrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, o rozmiarach 6, 8, 10 mm, dł. 50 cm oraz 6, 8, 10 cm, dł. 80 cm, zbrojenie na całej długości protezy, z możliwością usunięcia zbrojenia na wybranym fragmencie protezy, bez naruszenia ściany protezy **Odp. Tak**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/cm²/min, nie impregnowanych solami srebra, ale z możliwością łącznie jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce protez prostych o długości 20cm, następujących długości:

15cm dla średnic 6-16mm

25cm dla średnic 18-24mm **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce protez prostych o długości 40cm, następującej długości:

30cm dla średnic 10-15mm

50cm dla średnic 18-24mm **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Prosimy o dopuszczenie w protez rozwidlonych o długości 45cm, zamiast 50cm. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu będącego biologiczną łata osierdziową przeznaczoną do rekonstrukcji naczyń obwodowych, w tym tętnic szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych oraz operacji wewnątrz sercowych o rozmiarze 2 x 9 cm? Łata biologiczna wykonana jest z odpowiednio preparowanego osierdza wołowego **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na w/w pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3 Łaty naczyniowej z pakietu 9 oraz utworzenie osobnego zadania? **Odp. Nie**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów łat uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,35mm, przepuszczalność poniżej 0,5ml/cm²/min, rozmiar 15/75mm. **Odp. Nie**

poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów dla protez całkowicie zbrojonych, zbrojenia na całej długości protezy z możliwością regulowania do dowolnie wybranej długości. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Prosimy o wydzielenie protezy hybrydowej do osobnego pakietu. **Odp. Nie**

Pytanie 5, dot. pakiet nr 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienia czy Zamawiający ma na myśli system do drenażu klatki piersiowej? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów technicznych **Odp. Zamawiającemu chodzi o system do drenażu komorowego a nie drenaż klatki piersiowej.**

Pytanie 6, dot. pakiet nr 6

poz.1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na mikroskop o wymiarach 120 x 230 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Nie**

poz.2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o rozmiarze 40 x 30 cm bez paska usztywniającego, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści kieszonki sterylne stożkowe o wymiarach 50 x 80 cm o nast. charakterystyce :

- folia
- przezroczysta
- z przylepcem
- ze sztywnikiem
- z filtrem

- z końcówką do podłączenia ssaka? **Odp. Nie**

poz.3

Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszonkę dwukomorową o wymiarach 40 x 30, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by kieszonka posiadała pasek usztywniający? **Odp. Nie**