



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 09.09.2013 r.

DZPZ-530-Zp/74/PN-68/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego oraz obłożeń do implantacji stymulatorów – Zp/74/PN-68/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne o wymiarach kartonika długość 49mm, szerokość 15mm?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne z kartonikiem z miejscem do opisu bez nadrukowanej treści: imię, nazwisko, pesel? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne z polem do opisu bez kartonika? **Odp. Nie**

Pytanie 2, dot. pakiet nr 2

pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny zagięty 24 lub 26mm? **Odp. Nie**

pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny zagięty 29mm? **Odp. Nie**

pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny zagięty 32mm? **Odp. Nie**

pozycja 14

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 14 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców. **Odp. Nie**

Pytanie 2, dot. pakiet nr 3

Czy nie zaszła omyłka pisarska w j.m i Zamawiający wymaga zaoferowania 300 opakowań a'100szt ostrzy?

Odp. Nie zaszła pomyłka, Zamawiający wymaga 300 opakowań po 100 szt. (w opakowaniu).

Pytanie 3, dot. SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? **Odp. Tak**

Pytanie 4, dot. rozdziału X.A)

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu przedłożenia opisu przedmiotu zamówienia zawierającego fotografie, na rzecz samego opisu przedmiotu zamówienia.? **Odp. Nie**

Jakiej ilości referencji dotyczących wykonanych dostaw Zamawiający wymaga? Czy ma szczegółowe wymagania w tym zakresie? Czy wartość referencji z wykonanych dostaw ma mieć wartość co najmniej równą co przedmiot zamówienia w pakietach, na które Wykonawca składa ofertę? **Odp. Do spełnienia warunków Zamawiający wymaga przy najmniej jednej referencji**

Pytanie 5, dot. pakiet nr 4

poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje końcówek typu Eppendorf czy typu Gilson? **Odp. Typ Eppendorf**

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek końcówek typu superior? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści konfekcjonowanie końcówek po 1000 szt.? Prośbę motywujemy bardzo małymi rozmiarami końcówek oraz faktem, że jest to wyrób tzw. „masowy”, który jest sprzedawany przez różne firmy na rynku w opakowaniach właśnie w takiej wielkości. **Odp. Tak**

poz. 2

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek końcówek typu superior? **Odp. Nie**

poz. 8

Ze względu na różnie podawaną u różnych dostawców pojemność probówek o tych samych wymiarach (raz jest to pojemność użytkowa, a raz pojemność całkowita), zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek o pojemności 4 ml o rozmiarach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia? **Odp. Tak**

Jeśli Zamawiający nie zgadza się powyższe, to czy zgodzi się na zaoferowanie probówek 3 ml o wymiarach 12x55 mm? **Odp. Nie**

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na żadne z powyższych, to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do oddzielnego zadania? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla probówek i osobno dla korków? **Odp. Nie**

poz. 9

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatraskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock? Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach. **Odp. Tak**

poz. 10

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie pipetek spakowanych jałowo w opakowaniach po 5 szt.?(Następuje rozjałowienie 5 szt. po otwarciu opakowania). **Odp. Nie**

poz. 12

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie bagietek wykonanych z polipropylenu? **Odp. Tak**

poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla probówek i osobno dla korków. **Odp. Nie**

poz. 15, 16

Czy Zamawiający dopuści konfekcjonowanie ez po 1000 szt. w opakowaniu zbiorczym zawierającym mniejsze opakowania sterylne po 20 ez? **Odp. Tak**

poz. 28

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg zaoferowania płyt ze specjalnym rowkiem usztywniającym, dzięki któremu płyta zachowuje swą sztywność, a próbki krwi nie wylewają się z celek nawet podczas trzymania płyty jedną ręką za jej brzeg? **Odp. Nie**

poz. 29

Prosimy o wyłączenie pozycji 29 do oddzielnego pakietu z uwagi na niejednorodność zamawianego asortymentu, co powoduje utrudnienie równej konkurencji. Ogranicza to szansę złożenia oferty różnym oferentom, a Zamawiający nie uzyska lepszych cen na produkty, które mogłyby uzyskać w przypadku wydzielenia produktu do oddzielnego pakietu. Tym samym Zamawiający mogłyby zadbać o budżet jednostki lepiej, co jest istotnym czynnikiem w czasach ograniczonego finansowania przez NFZ. **Odp. Nie**

Pytanie 6, dot. projektu umowy

paragraf 2 pkt.1

Czy Zamawiający doprecyzuje i wprowadzi zapis, iż niewykorzystanie przedmiotu umowy może dotyczyć granic 20%, skoro wyrokiem Zespół Arbitrów UZP z dnia 13.08.2003 r.: „... podzielił zarzut Odwołującego o niedopuszczalności nieograniczonej zmiany ilości przedmiotu zamówienia. Usankcjonowanie, bowiem takiego zapisu prowadziłoby, bowiem do możliwości obchodzenia ustawy o zamówieniach publicznych, albowiem Zamawiający mogłyby doprowadzić do szcztatkowej realizacji zamówienia. Tak zalegalizowany stan rzeczy mogłyby wyrządzić szkody”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

paragraf 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie punktu 8, iż: „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

paragraf 4 pkt. 2

W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb (zgodnie z paragrafem 3 umowy), czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 9 m-cy?

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminów ważności do postulowanych?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

paragraf 4 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 5 dni dla zamówień bieżących do 5 dni roboczych, a dla zamówień na cito z „do 48 godzin” do 3 dni roboczych? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

paragraf 4 pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.:

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili jej otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

paragraf 6 pkt. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

paragraf 8 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości niewykonanej dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru lub w przypadku dostaw „na cito”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

paragraf 8 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

paragraf 11

Czy Zamawiający zgodzi się na treść:

„Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany, o której mowa w paragrafie 6 pkt. 5, która nastąpi z mocy prawa, w wyniku której ceny brutto zostaną powiększone o nową stawkę VAT? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**