



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 17.09.2013 r.

DZPZ-530-Zp/79/PN-73/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy łóżek szpitalnych elektrycznych wielofunkcyjnych oraz foteli dializacyjnych – Zp/79/PN-68/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. zapisów SIWZ, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. **Odp. Tak (patrz zmiana SIWZ i ogłoszenia)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy lub inny stosownie dłuższy termin zaproponowany przez Zamawiającego? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert. **Odp. Tak (patrz zmiana SIWZ i ogłoszenia)**

W Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy „Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie tego żądania. **Odp. Zamawiający wymaga, aby sprzęt posiadał Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, natomiast do oferty przetargowej zgodnie w SIWZ pkt. X Zawartość oferty Zamawiający wymaga „Oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych”.**

Pytanie 2, dot. pakiet nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne i IT sterowane elektrycznie

Czy Zamawiający dopuści łóżko oparte na nowoczesnej konstrukcji przegubowej, zapewniającej najwyższą stabilność łóżka oraz dopuszczalne obciążenie powyżej 300 kg dzięki szeroko rozstawionym punktom podparcia? Takie rozwiązanie zagwarantuje najlepsze właściwości użytkowe oraz zapewni łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Różnica w konstrukcjach wynika jedynie z rozwiązań stosowanych przez poszczególnych producentów, a proponowana technologia nie pogorszy walorów funkcjonalno – użytkowych łóżka. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne o wysokości 42 cm? Proponowany parametr to barierki boczne zgodne z najnowszą normą EN 60601-2-52, umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty - odleżynowymi. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości leża w zakresie od 360 mm do 795 mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka / nie dotykaniu pełnymi stopami podczas opuszczania łóżka? Proponowany dolny parametr (360 mm) mieści się w zakresie tolerancji wskazanej przez Zamawiającego, natomiast górny (795 mm) jest lepszy od wskazanego przez Zamawiającego. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację części nożnej: uda w zakresie 0-23,5° i podudzia w zakresie 0-9,5°? W praktyce (biorąc pod uwagę wszystkie pozycje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia dla łóżka 4-sekcyjnego) wykorzystuje się zarówno kąt uda, jak i podudzia, a nie tylko „części nożnej”. Oferowany parametr będzie równie praktyczny podczas codziennego korzystania z łóżka jak opisany przez Zamawiającego. **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcje autoregresji o parametrze 9 cm niwelującą ryzyko powstawania odleżyn, dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo – lędźwiowym, a tym samym pełniącą funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające selektywną blokadę funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dostosowaną dla poszczególnych regulacji: regulacji wysokości, regulacji części plecowej, części nożnej, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym odłączenie wszelkich regulacji z paneli w barierkach bocznych oraz panelu sterowniczego następuje po 30 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)? Zasada działania jest identyczna jak wskazana przez Zamawiającego, a czas krótszy, niż 180 sekund wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i nie ma wpływu na funkcjonalno – użytkowe łóżka. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające przycisk bezpieczeństwa "STOP" wbudowany w barierki łóżka (z dostępem z dowolnej strony łóżka), gwarantujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu odcinający funkcje również w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie rodzaje sterowania i uniemożliwiający jakąkolwiek regulację nie tylko jako blokadę poszczególnych segmentów ale również deaktywujący przyciski z pozycjami programowalnymi? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w podwójne koła jezdne o średnicy 150 mm, gwarantujące doskonałą mobilność łóżka? Oferowane rozwiązanie jest lepsze, niż wskazane przez Zamawiającego. **Odp. Nie, pojedyncze.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające bezpieczne obciążenie robocze 310 kg dla każdej pozycji leża i segmentów, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażania bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorystyki szczytów i barierek bocznych z min. 4 kolorów? Proponowany parametr będzie wystarczający, aby dopasować kolorystycznie łóżka np. do kolorystyki pomieszczenia. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez sygnalizacji włączenia do sieci? Wymaganie to nie jest konieczne dla prawidłowego użytkowania i nie ma wpływu na bezpieczeństwo pacjentów, gdyż za wyjątkiem transportu przez cały czas jest podłączone do sieci **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez wskaźnika stanu naładowania akumulatora? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne gdyż za wyjątkiem transportu chorych przez cały czas jest podłączone do sieci. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o niezwykle stabilnej konstrukcji, opartej na dwóch kolumnach niecyldrycznych? Zastosowany kształt kolumn zapobiega ich uszkodzeniu na skutek działających sił przy nierównomiernym rozłożeniu obciążenia oraz chroni siłowniki przed działaniem wody i pyłu, wskazane rozwiązanie jest bardzo korzystne, gdyż pozwala na ograniczenie miejsc trudnodostępnych, mogących powodować gromadzenie się brudu i zarazków, ułatwia dezynfekcję łóżka, zapewnia jego maksymalną stabilność oraz pełny dostęp ramienia C. **Odp. Nie**



Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w barierki boczne o wysokości 43cm, gwarantujące bezpieczeństwo pacjentów oraz umożliwiające współpracę z zaawansowanymi materacami antyodleżynowymi? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganiem. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 420 do 820mm? Oferowany parametr wysokości minimalnej jest wystarczający dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa podczas opuszczania leża przez pacjentów o niższym wzroście, natomiast parametr wysokości maksymalnej jest korzystniejszy i zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas opuszczania leża przez pacjentów o wyższym wzroście. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją części nożnej w zakresie 0-40°? Oferowany zakres regulacji jest optymalnie dostosowany i umożliwia odpowiednie pozycjonowanie pacjenta. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją autokonturu przy pomocy przewodowego pilota? Pod względem użytkowym oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganiem. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez zabezpieczenia przed nieświadomym uruchomieniem funkcji? Brak wskazanego parametru nie wpływa na wartość użytkową łóżka oraz bezpieczeństwo pacjentów. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego sterowniki dezaktywują się po 60sek.? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez przycisku bezpieczeństwa STOP umożliwiającego natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o dopuszczalnej obciążalności 250kg? Parametr ten jest dostosowany do warunków użytkowych i wystarczający dla hospitalizacji pacjentów o różnych gabarytach. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji części nożnej w zakresie 0-37°? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego i bez panelu nożnego, ale z panelem centralnym i 4 panelami wbudowanymi w barierki boczne? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwoleżynowy o gr. 14 cm, składający się z dwóch warstw, spód z wysoce próżniowej pianki, wierzchnia warstwa z termoelastycznej pianki z funkcją pamięci kształtu, warstwy połączone na zasadzie nachodzących grzebieni, bez elementów klejonych, składający się z 7 stref anatomicznych (głowa, barki, plecy, biodra, uda, podudzia i stopy) z nacięciami i otworami powodującymi

dobrą cyrkulację powietrza i odprowadzenia nadmiaru wilgoci, umożliwiającą równomierne rozłożenie ciężaru pacjenta, dostosowującą się do ciała pacjenta, stosowany przy ryzyku powstawania odleżyn do III st., w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, zmywalnej, paroprzepuszczalnej, zamykany na zamek błyskawiczny, przystosowanym do prania w temp. 95 stopni? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji kolumn prostopadłościennych, gwarantujących wyższą stabilność leża niż kolumny cylindryczne, łatwe do utrzymania czystości? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone nie ograniczające Pacjenta na całej długości leża wykonane - zgodnie z nową normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52)? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulację wysokości w zakresie 433 -821mm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty, barierki w kolorze szarym bądź beżowym – łatwe w utrzymaniu czystości? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, podwójne dzielone chowane pod leże po opuszczeniu, łatwe do dezynfekcji z możliwością blokady na trzech różnych wysokościach? Barierki zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45° oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierki. Konstrukcja barierki bocznych umożliwiającą ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na 3 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Konstrukcja barierki bocznych z tzw. mechanizmem zegarowym, nie wymagającym wolnej przestrzeni z boków łóżka w celu ich podniesienia lub opuszczenia? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję autoregresji o parametrze wynoszącym 10 cm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami elektrycznymi łóżka (regulacja wysokości, kąta nachylenia segmentu oparcia pleców, segmentu ud i podudzi, regulacja funkcji autokontur, autoregresji, Trendelenburga i anty-Trendelenburga, krzesła kardiologicznego, szokowej, egzaminacyjnej) za pomocą paneli obustronnie wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego z funkcjami selektywnej blokady oraz paneli wbudowanych w barierki od strony wewnętrznej dla pacjenta (dla pacjenta ograniczone funkcje)? Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację części plecowej w zakresie 0 - 66°? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko regulacją elektryczną części nożnej w zakresie 35°? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku dostępnego z panelu sterowania umieszczonego w barierce bocznej od strony zewnętrznej dla personelu medycznego z funkcjami selektywnej blokady? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści by łóżko było wyposażone w elektryczną funkcję pozycji szokowej bez elektrycznej funkcji CPR, gdyż już jest wyposażone w mechaniczną funkcję CPR? Tylko takie rozwiązanie zapewnia maksymalną szybkość opuszczenia segmentu oparcia do podjęcia resuscytacji. Funkcja szokowa jest dostępna po naciśnięciu jednego przycisku wyraźnie oznaczonego na żółto, w celu podwyższenia bezpieczeństwa funkcjonowania tej funkcji jest ona zasilana dodatkowo z osobno wbudowanego akumulatora, który obsługuje tylko tą funkcję. Po uruchomieniu funkcji pozycji szokowej łóżko rozpoczyna sekwencję ruchów poziomujących leże, następnie przechylenie leża do pozycji Trendelenburga **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści odłączenie funkcji elektrycznych dostępnych tylko dla personelu medycznego po 60 sek.? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralny wyłącznik funkcji elektrycznych umieszczony na panelu i czy w związku z powyższym zrezygnuje z przycisku bezpieczeństwa (np. STOP), który jest charakterystyczny dla jednego producenta łóżek szpitalnych – czeskiej firmy Linet? Parametr zawarty w tabeli

parametrów technicznych odwołujący się do wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu nie ma absolutnie żadnych podstaw merytorycznych opartych na opracowaniach klinicznych i nie może podlegać weryfikacji. Przycisk STOP nie jest też wymagany żadnymi przepisami unijnymi odnoszącymi się do konstrukcji łóżek szpitalnych. Jest to parametr czysto marketingowy, mający na celu ograniczanie konkurencji na poziomie parametrów technicznych. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze 220 kg? **Odp. Nie**

Czy w związku z wymogiem zaoferowania zasilienia awaryjnego, Zamawiający oczekuje rozwiązania opartego o dwa akumulatory tj. jeden wyłącznie dla zapewnienia działania funkcji szokowej, a drugi dla pozostałych? Takie rozwiązanie wydatnie podnosi poziom bezpieczeństwa zwłaszcza w sytuacjach szokowych. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Materac piankowy, przewencyjny, przeciwoleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2 – potwierdzone certyfikatem na zgodność z dyrektywą 2007/47/EEC z 5 września 2007 – przez jednostkę notyfikowaną. Materac min. 3 strefowy – głowa, tułów, stopy wykonany z pianki o różnej gęstości, widoczne duże przerwy pomiędzy kostkami piankowymi, zapewniający zróżnicowany niski nacisk na ciało pacjenta, jak i dobry przepływ powietrza wewnątrz rdzenia materaca. Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami z podklejeniem, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**



Pytanie 3, dot. zapisów SIWZ, dot. pakietu nr 2 FORMED

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji w zakresie zadania nr 2 z 3 tygodni wymaganych w SIWZ do 6 tygodni? **Odp. Tak (patrz zmiana SIWZ i ogłoszenia)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy lub inny stosownie dłuższy termin zaproponowany przez Zamawiającego? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert. **Odp. Tak (patrz zmiana SIWZ i ogłoszenia)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na 8 tygodni od daty podpisania umowy? **Odp. Zamawiający wydłużył termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy (patrz zmiana SIWZ i ogłoszenia)**

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zmniejszy kary umowne określone w projekcie umowy, za zwłokę w realizacji dostawy z 0,2% do 0,1% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i skrócenie terminu płatności z 60 dni na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT? **Odp. Nie**

Pytanie 4, dot. pakiet nr 2 – Fotel dializacyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela o długości całkowitej 2170 mm? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o szerokości całkowitej 920 mm? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel wyposażony w dwa podłokietniki nie posiadające regulacji wysokości kąta ustawienia, mające natomiast funkcję automatycznego poziomowania podłokietników w czasie regulacji kąta oparcia pleców uzyskiwanego za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel wyposażony w koła jezdne, z których każde posiada blokadę jazdy i obrotu? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z możliwością łatwego przetaczania, nie wyposażony w uchwyt do przetaczania fotela? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z tapicerką wykonaną z materiału syntetycznego, zmywalnego, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji, nie posiadającego właściwości antybakteryjnych? **Odp. Nie**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający określając parametry techniczne w załączniku nr 1 do SIWZ, określił minimalne parametry, które ma spełniać zaoferowany sprzęt i uzna za spełniony każdy parametr, który będzie lepszy od wymaganego? **Odp. Zamawiający prosi o złożenie oferty zgodnie z parametrami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ.**

W związku z tym, że Zamawiający nie określił rodzaju materiału z jakiego ma być wykonana konstrukcja fotela dializacyjnego, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fotela dializacyjnego, którego konstrukcja jest wykonana ze stali nierdzewnej? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela dializacyjnego z elektryczną regulacją nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie: min. 75°? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela dializacyjnego wyposażonego w podświetlony przełącznik włącz/wyłącz (ON/OFF) służący do odłączenia zasilania głównego i jako zabezpieczenie termiczne oraz wyrównanie potencjału wyposażenie wymagane i zgodne z normą EN 60601-1. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel dializacyjny ze stałą wysokością siedziska na poziomie 570 mm? Proponowana wysokość siedziska jest dogodna zarówno dla niskich jak i wysokich pacjentów i umożliwia łatwe zajmowanie pozycji do terapii przez pacjenta. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel dializacyjny z indywidualną blokadą kół? **Odp. Nie**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela dializacyjnego wyposażonego w dwa podłokietniki zdejmowane z regulacją wysokości, kąta odchylenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej, z funkcją automatycznego poziomowania podłokietników podczas elektrycznej regulacji segmentu oparcia pleców realizowanej pilotem przewodowym? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela dializacyjnego wyposażonego w odejmowane materace, umożliwiające skuteczną dezynfekcję oraz łatwy dostęp do segmentów leża, których tapicerka wykonana jest ze zmywalnego materiału o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych potwierdzonych certyfikatem. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela dializacyjnego o konstrukcji kolumnowej zapewniającej stabilność oraz umożliwiającą skuteczną dezynfekcję i zapobieganie zakażeniom szpitalnym. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel dializacyjny objęty 24-miesięczną gwarancją producenta? **Odp. Nie, zgodnie z SIWZ załącznik nr 3, § 6 ust. 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o długości całkowitej 2010mm i szerokości siedziska 520mm oraz szerokości całkowitej 730mm? Podane wymiary są dostosowane dla zapewnienia komfortu pacjentów podczas dializy. **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z elektryczną regulacją wysokości siedziska przy pomocy pilota w zakresie 540-870mm? Oferowany zakres regulacji wysokości jest korzystniejszy od wymaganego.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z regulacją podudzia do -90° ? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i pozwala na uzyskanie pozycji siedzącej pacjenta co jest niemożliwe przy regulacji do -35° .

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel wyposażony w specjalne multi funkcjonalne podłokietniki regulowane manualnie we wszystkich płaszczyznach (wys., dł., nachylenie, odchylenie, obrót) w zależności od ustawienia oparcia pleców oraz całkowicie zdejmowane? Zastosowanie podłokietniki są przystosowane do wkluc i gwarantują komfort pacjenta oraz wygodę bez względu na pozycję – leżącą, siedzącą lub pośrednie.

Odp. Nie



Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel wyposażony w tapicerowany segment podudzia o regulowanym wysuwie oraz metalowe oparcie stóp bez tapicerki? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze, gdyż tapicerowane oparcie stóp ulega szybkiemu zniszczeniu i zabrudzeniu.

Odp. Nie



Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o nośności 150kg? Podana waga odbiega od wymaganej zaledwie o 10kg i jest wystarczająca dla zapewnienia funkcjonalności fotela dla pacjentów o zróżnicowanych gabarytach.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel tapicerowany wysokiej jakości materiałem skóropodobnym o wysokiej wytrzymałości i odporności na środki dezynfekcyjne, zmywalny w kilkunastu kolorach do wyboru przez Zamawiającego? Oferowane rozwiązanie jest równie korzystne a proponowany materiał niezwykle wytrzymały i łatwy w czyszczeniu.

Odp. Nie



Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel dializacyjny z regulacją wysokości siedziska w zakresie od 620 do 750 mm?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel dializacyjny z regulacją segmentu podudzia w zakresie od -75 stopni do $+10$ stopni?

Odp. Nie

Prosimy Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień w zakresie zapisów w punkcie 5 tabeli technicznej tj. czy Zamawiający pod wskazanym pojęciem rozumie regulację kąta oparcia pleców uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem a automatycznie poziomującymi się podłokietnikami, czy też wymaga aby podłokietniki posiadały regulację za pomocą siłowników elektrycznych **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel dializacyjny z tapicerką wykonaną z materiału syntetycznego zmywalnego przystosowanego do dezynfekcji jednak bez właściwości antybakteryjnych? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel dializacyjny bez uchwytów do jego przetaczania? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści fotel do dializy o wymiarach siedziska 2040 x 700 mm? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający dopuści fotel do dializ z regulacją systemu podudzia w zakresie minimum – 30st.? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający wymaga fotela dializacyjnego posiadającego: elektrycznie regulowany kąt oparcia pleców oraz elektrycznie regulowany kąt segmentu podudzia? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści fotel dializacyjny posiadający: długość x szerokość całkowitą siedziska wraz z oparciem oraz częścią podudzia w pozycji leżącej wynoszącą 2130 x 700 mm? **Odp. Tak**

pkt.3

Czy Zamawiający dopuści fotel dializacyjny posiadający: regulację wysokości siedziska w zakresie 550 mm do 950 mm uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? **Odp. Nie**

pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści fotel dializacyjny posiadający: regulację systemu podudzia w zakresie 30°? **Odp. Nie**

pkt.6

Czy Zamawiający dopuści fotel dializacyjny posiadający: pozycję Trendelenburga 5°? **Odp. Nie**

pkt.7

Czy Zamawiający dopuści fotel dializacyjny posiadający: 4 skrętne koła, każde z blokadą? **Odp. Nie**

pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści fotel dializacyjny o regulacji wysokości siedziska w zakresie 610mm do 1100 mm uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? Podane parametry różnią się nieznacznie od wymaganych i nie mają wpływu na walory użytkowe fotela. **Odp. Nie**

pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści fotel dializacyjny, który posiada regulację segmentu podudzia w zakresie -30°? Podany parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie ma wpływu na funkcjonalność fotela. **Odp. Nie**

pkt. 9

Czy Zamawiający wymaga aby fotel dializacyjny posiadał tapicerkę wykonaną z materiału syntetycznego, zmywalnego o właściwościach bakteryjnych a ponadto bezszwową? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby fotel dializacyjny był wyposażony w blokadę funkcji elektrycznych? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

pkt. 8

Czy Zamawiający wymaga aby fotel dializacyjny był wyposażony w segment podudzia wraz z tapicerowanym oparciem stóp, którego regulacja odbywa się płynnie za pomocą sprężyny gazowej? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby fotel dializacyjny posiadał konstrukcję opartą na jednej kolumnie zapewniającej stabilność w najwyższym położeniu fotela oraz ułatwiającej czyszczenie i dezynfekcję? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie foteli z położeniem głowy w pozycji Trendelenburga -13° **Odp. Nie**

pkt. 8

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający wymaga regulacji wysuwania oparcia stóp za pośrednictwem pilota czy też manualnie? **Odp. Zamawiający wymaga manualnie.**

pkt. 10

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający wymaga foteli w jednym kolorze czy też np. połączenia dwóch dowolnie wybranych kolorów? **Odp. Zamawiający wymaga foteli w jednym kolorze.**

pkt. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na regulację systemu podudzia w zakresie minimum 22°? **Odp. Nie**

pkt. 6

Czy Zamawiający zgodzi się na fotel dializacyjny z kontem nachylenia pozycji Trendelenburga 27°? **Odp. Nie**

Pytanie 5, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? **Odp. Nie**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 3 na następujący:

„Wykonawca gwarantuje czas naprawy 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność liczony od momentu podjęcia naprawy. Zgłoszenia awarii będą się odbywały w sposób: fax (24 h), poczta e-mail:(24 h), telefonicznie (od godz. 8.00 do 16.00).” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 1a) na następujący:

„10 % wartości niezrealizowanej części umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 1b) na następujący:

„0,2 % wartości niedostarczonego/ uszkodzonego urządzenia – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 1 na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej 14 dni, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia realizacji zamówienia.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy. **Odp. Odp. Zamawiający wydłużył termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy (patrz zmiana SIWZ i ogłoszenia)**

dotyczy § 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji zamówienia do 6 tygodni od daty zawarcia umowy? **Odp. Tak (patrz zmiana SIWZ i ogłoszenia)**