

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

DZPZ-530-Zp/69/PN-63/13

Wałbrzych, 17.09.2013r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawę mebli ze stali nierdzewnej, sprzętu i urządzeń medycznych oraz innych artykułów niemedyceńskich na wyposażenie Centrum Pulmonologii przy Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu” - **Zp/69/PN-63/13**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 22 materac przeciwoleżynowy

W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis "Funkcja Poduszki" , co Zamawiający rozumie przez ten zapis?

Czy komory statyczne głowy? **Odp.Utwardzona część materaca pod głową pacjenta.**

Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 4 Wózek do transportu bielizny

1.Czy Zamawiający dopuści wózki z pokrywami z wytrzymałego, odpornego na dezynfekcję tworzywa ABS? Pokrywy są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej (8 kolorów), dzięki czemu można sortować bieliznę. Ponadto pokrywy z tworzywa są bardziej ciche niż pokrywy metalowe. **Odp.Nie**

2.Czy Zamawiający dopuści wózki z kółkami o średnicy 75mm? Parametr wyższy od wymaganego. **Odp.Nie**

3.Czy Zamawiający dopuści wózki o wymiarach 660 x 485 x 950 mm? Wózek zajmie mniej miejsca a będzie tak samo funkcjonalny. **Odp.Nie**

4.Czy Zamawiający dopuści wózki o wymiarach: 750 x 495 x 950 mm (szer./gł./wys.)? Wózek zajmie mniej miejsca a będzie tak samo funkcjonalny. **Odp.Nie**

5.Czy Zamawiający dopuści wózki bez klipsów do mocowania worków? Worki mocowane są na szerokiej gumie na tzw. zakładkę bez potrzeby użycia dodatkowych akcesoriów. Poza tym klipsy często ulegają zagubieniu. **Odp.Nie**

6.Czy Zamawiający dopuści wózki bez atestu PZH? Wózki spełniają wszystkie wymagane prawem wymogi dotyczące dopuszczenia i obrotu, tak więc stawianie warunku dostarczenia atestu PZH ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji i stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Ponadto w

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

przypadku, gdy wyrób nie jest wytwarzany przez polskiego producenta, trudno wymagać, aby producent ubiegał się o atest PZH. **Odp.Nie**

Pytanie nr 3, dotyczy pakietu nr 13 Wózek na odpady medyczne

1.Czy Zamawiający dopuści wózki z pokrywami z wytrzymałego, odpornego na dezynfekcję tworzywa ABS? Pokrywy są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej (8 kolorów), dzięki czemu można sortować bieliznę. Ponadto pokrywy z tworzywa są bardziej ciche niż pokrywy metalowe.

Odp.Nie

2.Czy Zamawiający dopuści wózki z kółkami o średnicy 75mm? Parametr wyższy od wymaganego. **Odp.Nie**

3.Czy Zamawiający dopuści wózki o wymiarach 410 x 485 x 950 mm (szer./gł./wys.)? Wózek jest wyższy, przez co worek nie będzie opierał się na ramie spodniej, co jest wymagane z punktu widzenia higieny. **Odp.Nie**

4.Czy Zamawiający dopuści wózki bez atestu PZH? Wózki spełniają wszystkie wymagane prawem wymogi dotyczące dopuszczenia i obrotu, tak więc stawianie warunku dostarczenia atestu PZH ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji i stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Ponadto w przypadku, gdy wyrób nie jest wytwarzany przez polskiego producenta, trudno wymagać, aby producent ubiegał się o atest PZH. **Odp.Nie**

Pytanie nr 4, dotyczy pakietu nr 22 Materac przeciwoleżynowy

1.Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem “funkcji poduszki”, czy jest to podłączana zewnętrzna poduszka siedzeniowa, czy też utwardzona część materaca pod głową pacjenta? **Odp.Utwardzona część materaca pod głową pacjenta.**

2.Czy pokrowiec materaca ma być przystosowany do wykonania dezynfekcji wysokotemperaturowej w temp. 110st.C? **Odp.Tak**

3.Czy w związku z zastosowaniem sprzętu u osób z odleżynami aż do III stopnia pokrowiec materaca ma posiadać wysoki standard higieny tj. posiadać odporność na przenikanie bakterii do potwierdzenia odpowiednim protokołem badań bądź atestem? **Odp.Tak**

4.Czy w związku z zastosowaniem funkcji **air system** - owiewu powietrzem ciała pacjenta przez mikrootworki, Zamawiający wymaga zabezpieczenia pacjenta leżącego na materacu przeciwoleżynowym poprzez zastosowanie antybakteryjnych filtrów włączanego powietrza? **Odp.Dopuszcza, ale nie wymaga.**

5.Czy Zamawiający wymaga by materac był wykonany z poliuretanu bez domieszek PCV, gdyż, tworzywo PCV jest najtańszym dostępnym na rynku materiałem wykorzystywanym do opieki krótko użytkowej i posiada ściśle określoną odporność określoną czasem 12 miesięcy (fakt ten dotyczy



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

wszystkich materacy i ich wytwórców)z tego powodu do wieloletniego użytkowania na oddziałach szpitalnych stosuje się komory wykonane z poliuretanu, który jest materiałem wieloletnio-trwałym?

Odp.Dopuszcza, ale nie wymaga.

6.Zamawiający określił, że materac ma być „przeznaczony dla pacjentów z odleżynami do III stopnia”, kierując się zatem skutecznością terapeutyczną materaców, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający skoryguje zakres wymaganego ciśnienia wytwarzanego przez pompę na niskociśnieniową terapię z zakresem ok. 20-60mmHg mając na uwadze, że ucisk już w okolicach 32mmHg blokuje przepływ krwi w naczyniach i powoduje niedotlenienie tkanek? **Odp.Nie**

7.Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac zbudowany z 18 komór powietrznych, dopasowany do standardowego leża łóżka szpitalnego o wymiarach 190x83x12cm?

Odp.Tak

Pytanie nr 5 Dotyczy zapisów w SIWZ- rdz. X-Zawartość oferty, pkt.A, ppkt.10 – wykaz głównych dostaw

Czy w przypadku pakietu nr 23 – waga lekarska ze wzrostomierzem Zamawiający uzna za spełnienie wymagań zawartych w rozdziale X SIWZ pkt.A, ppkt.10, przedstawienie wykazu wykonanych dostaw w zakresie wykonania należycie dostawy sprzętu medycznego , biorąc pod uwagę fakt, iż wagi lekarskie są ujmowane w umowach na sprzęt medyczny?

Odp. Tak

Pytanie nr 6 Dotyczy: pakiet nr 28, aparat EKG

L.p. 3

Czy Zamawiający dopuści aparat z analizą sygnału EKG, ale bez zgodności zgodna z EN 60601 – 2 – 51?

Odp. Tak

L.p. 9

Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią wewnętrzną 100 badań?

Odp. Tak

L.p. 22

Czy Zamawiający dopuści aparat z interfejsem komunikacyjnym 1xRS232 i 1xUSB?

Odp. Tak



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

L.p. 24

Czy Zamawiający dopuści aparat z przetwornikiem A/C 13 bit?

Odp. Tak

L.p. 27

Czy Zamawiający dopuści aparat bez zapisu i odczytu badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064?

Odp. Tak

L.p. 28

Czy Zamawiający dopuści aparat bez automatycznego testu aparatu, ale z możliwością wykonania testu?

Odp. Tak

L.p. 29

Czy Zamawiający dopuści aparat z wagą 3,2 kg?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG posiadał możliwość rozbudowy o spirometrię z 15 lub 49 parametrami sterowaną z ekranu dotykowego aparatu EKG?

Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 7 Dotyczy pakietu nr 30:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wysokiej klasy pulsoksymetru z technologią ekstrakcji sygnału Masimo SET, gwarantującą najwyższą dokładność pomiarów podczas ruchu i przy niskiej perfuzji.

1. Dot. poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści dwa niezależne, czytelne, kontrastowe ekrany LED o wysokiej rozdzielczości? **Odp. Nie**
2. Dot. poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej w postaci słupka - baru segmentowego, zmieniającego kolor w zależności od jakości sygnału – zielony – wysoka jakość, przy niskiej jakości sygnału (słabej perfuzji), zmieniający kolor na czerwony? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**
3. Dot. poz. nr 6 – Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr zasilany dostępnymi bateriami typu AA, z kompletem baterii wystarczającym na min. 42 godziny ciągłej pracy? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

4. Dot. poz. nr 9 – Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z ochroną przed przedostaniem się płynu i ciał stałych - IPX4 ? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 8 Dotyczy: Pakiet nr 21

1.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy o wymiarach 211x80cm? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy posiadający regulację wysokości w zakresie 63 – 98cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy posiadający zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga -18°- +18° ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy posiadający regulację oparcia pleców wózka w zakresie 0-90°?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy posiadający powierzchnie leża 66x193cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy posiadający bezpieczne obciążenie robocze wynoszące 228kg?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy malowany proszkowo?

Odp. Tak

Pytanie nr 9 Dotyczy: Pakiet nr 7 - Wózek do transportu pacjenta (zwykły)

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy o wymiarach 211cm x 76cm?

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy posiadający regulację wysokości w zakresie 55 – 91cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy posiadający zakres regulacji pozycji Trendelburga i anty-Trendelburga -18°- +18° ?

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy posiadający regulację oparcia pleców wózka w zakresie 0-90°?

Odp. Tak

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy posiadający powierzchnie leża 66x192cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy posiadający bezpieczne obciążenie robocze wynoszące 228kg?

Odp. Tak

7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy malowany proszkowo?

Odp. Tak

Pytanie nr 10 Dotyczy: Pakietu nr 22 - Materac przeciwoleżynowy – 10 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści materac, w którym komory nie opróżniają się całkowicie, tylko minimalnie zmniejsza się w nich ciśnienie, by stale podpierać ciało pacjenta prowadząc progresywną mobilizację skóry? W sytuacji, gdy co druga komora jest opróżniona nacisk komór na ciało pacjenta przekracza wartości graniczne i nie jest prowadzona terapia przeciwoleżynowa.

Odp. Dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w system automatycznego doboru ciśnienia w zależności od masy i pozycji pacjenta, zapewniający rozkład nacisku materaca na ciało pacjenta nigdy nie przekraczający 30 mmHg? Materace, w których ciśnienie regulowane jest ręcznie nie zapewniają terapii przeciwoleżynowej.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

3. Czy Zamawiający wymaga maksymalnej wagi pacjenta dla zachowania terapii przeciwoleżynowej? Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie robocze (terapeutyczne) do 180 kg?

Odp. Nie wymaga.

4. Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w zasilacz wbudowany w materac w części nożnej? Takie rozwiązanie przedłuża żywotność modułu zapobiegając jego uszkodzeniom w czasie transportu i przedłuża żywotność całego materaca.

Odp. Dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny zintegrowany z piankowym, przez co maksymalna wysokość materaca wynosi 20 cm? W takim przypadku nie ma potrzeby podkładania pod materac powietrzny dodatkowego materaca piankowego.

Odp. Nie

6. Czy Zamawiający dopuści by długość komór w części zmiennociśnieniowej i stało ciśnieniowej była taka sama? Zniwelowanie sił tarcia i poprzecznie tnących oddziałujących na ciało pacjenta odbywa się dzięki zastosowaniu w łózkach funkcji autoregresji segmentu oparcia i uda, a nie poprzez wydłużenie o 10% długości komór w części zmiennociśnieniowej.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwoleżynowy, pracujący w unikatowym systemie polegającym na połączeniu trybu naprzemiennie zmiennego niskiego ciśnienia – w strefie krzyżowej i ciągłego niskiego ciśnienia – w strefie głowy, klatki piersiowej i ud? Materac posiada niezależną strefę pięć zaprojektowaną z poliuretanowej pianki niskiej gęstości nachyloną po kątem 5°.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwoleżynowy o wymiarach 194x85x20cm?

Odp. Tak

9. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Zamówienia dla Pakietu nr 22 do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Pytanie nr 11 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ:

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie wymogu posiadania *wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych*. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia **20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)** jedyne dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (*jeżeli dotyczy*).

Odp. Zamawiający wymaga, aby sprzęt posiadał Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, natomiast do oferty przetargowej zgodnie z SIWZ pkt. X Zawartość oferty Zamawiający wymaga „Oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

PYTANIE NR 12 DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ

1. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Odp. Nie

2. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §5 ust. 3 na następujący:

„Termin usunięcia usterek w ramach gwarancji wyznacza się na 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność, liczony od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

3. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 1a) na następujący:

„10 % wartości niezrealizowanej części umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

4. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 1b) na następujący:

„0,2 % wartości niedostarczonego/ uszkodzonego urządzenia – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia wad.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

5. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 1 na następujący:

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej 14 dni, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia realizacji zamówienia.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 13 DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ

1. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Odp. Nie

2. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 3 na następujący:

„Wykonawca gwarantuje czas naprawy 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność liczony od momentu podjęcia naprawy. Zgłoszenia awarii będą się odbywały w sposób: fax (24 h), poczta e-mail:(24 h), telefonicznie (od godz. 8.00 do 16.00).”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

3. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 1a) na następujący:

„10 % wartości niezrealizowanej części umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

4. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 1b) na następujący:

„0,2 % wartości niedostarczonego/ uszkodzonego urządzenia – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia wad i awarii.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

5. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 1 na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej 14 dni, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia realizacji zamówienia.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu nr 29

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – kardiomonitor EKG,NIBP,SpO2,2T – 4 szt.

Dotyczy: pkt 1

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora o masie 6,74 kg?

Odp. Nie

Dotyczy: pkt 4

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora z ekranem o przekątnej 10,4 cala?

Odp. Nie

Dotyczy: pkt 7

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora z 24 godzinnymi trendami?

Odp. Nie

Dotyczy: pkt 9.3

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora z dokładnością pomiaru częstości rytmu +/- 2 bmp?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: pkt 9.6

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora ze wzmocnieniem EKG: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; Auto?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: pkt 9.7

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora z analizą odcina ST w 2 odprowadzeniach jednocześnie?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: pkt 11.3

Pytanie nr 7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora bez funkcji jednoczesnego pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi i saturacji na tej samej kończynie bez wywoływania alarmu? Ciągły pomiar SpO2 wymaga pomiaru na kończynie, na której nie jest nieinwazyjnie mierzone ciśnienie krwi.

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Odp.Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: pkt 12.3

Pytanie nr 8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora z pomiarem pulsu w kanale SpO2?

Odp.Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: pkt 13.3

Pytanie nr 9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora z pomiarem temperatury w jednym kanale?

Odp.Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: pkt 14

Pytanie nr 10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora z możliwością rozbudowy o wymienne przez użytkownika moduł inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi ora moduł pomiaru CO2? Odp. Tak

Pytanie nr 11. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane kardiomonitora miały możliwość rozbudowy o nieniwazyjny pomiar rzutu minutowego serca, ułatwiający ocenę stanu pacjenta bez stosowania inwazyjnych metod? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy: pkt 15

Pytanie nr 12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora z obsługą poprzez ekran dotykowy?

Odp. Tak

Dotyczy: pkt 18

Pytanie nr 13. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora bez funkcji obliczeń?

Odp.Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: pkt 18

Pytanie nr 14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora z funkcjami obliczeń lekowych, hemodynamicznych i płucnych?

Odp.Zgodnie z SIWZ.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Dotyczy: pkt 19.1

Pytanie nr 15. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora czasem pracy przy zasilaniu akumulatorowych wynoszącym min. 90 minut? **Odp. Nie**

Dotyczy: pkt 21 i 22

Pytanie nr 16. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora bez złącza VGA i USB? **Odp. Nie**

Pytanie nr 15 dotyczy Pakietu nr 31

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – kardiomonitor EKG,NIBP,SpO2,2T – 4 szt.

1) Monitor pacjenta – 4 szt.

Dotyczy: pkt 3

1.Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora z ekranem dotykowym LCD TFT o przekątnej 15”? **Odp. Nie**

Dotyczy: pkt 4

2.Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora obsługiwane przy pomocy ekranu dotykowego? **Odp. Tak**

Dotyczy: pkt 8

3.Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora z możliwością rozbudowy o pomiar, z prezentacją na ekranie monitora oraz zapamiętywaniem w pamięci trendów, następujący parametrów:

- rzutu minutowego serca metoda termodylucji
- inwazyjnego, ciągłego rzutu minutowego przy pomocy czujników FloTrac
- nieinwazyjnego, ciągłego rzutu minutowego serca metodą opartą na analizie EKG, SpO2 i NIBP, która nie wymaga stosowania dodatkowych akcesoriów
- saturacji ośrodkowej krwi żyłnej lub saturacji krwi żyłnej
- stopnia świadomości pacjenta BIS
- EEG
- NMT?

Odp. Tak

Dotyczy: pkt 10

4.Czy Zamawiający dopuści do postępowania jeden kardiomonitor wyposażony w osobny monitor transportowy z pomiarem EKG, NIBP, SpO2 oraz 1 kanałem temperatury, o wadze 3,5 kg i czasie pracy na zasilaniu akumulatorowym wynoszącym 3 godziny? **Odp. Nie**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Dotyczy: pkt 13

5.Czy Zamawiający wymaga wykrywania co najmniej 20 kategorii zaburzeń rytmu serca, bez uwzględniania zaburzeń związanych z pracą stymulatora serca?**Odp. Tak**

Dotyczy: pkt 16

6.Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora bez funkcji jednoczesnego pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi i saturacji na tej samej kończynie bez wywoływania alarmu? Ciągły pomiar SpO2 wymaga pomiaru na kończynie, na której nie jest nieinwazyjnie mierzone ciśnienie krwi.?**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy: pkt 22 i 23

7.Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora z pomiarem kapnografii w strumieniu głównym, dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy: pkt 30

8.Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora z 24 godzinnymi trendami?**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy: pkt 33

9.Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitora z funkcjami obliczeń lekowych, hemodynamicznych i płucnych? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*