

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

DZPZ-530-Zp/69/PN-63/13

Wałbrzych, 18.09.2013r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawę mebli ze stali nierdzewnej, sprzętu i urządzeń medycznych oraz innych artykułów niemedycznych na wyposażenie Centrum Pulmonologii przy Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu” - **Zp/69/PN-63/13**

Zamawiający informuje, iż w odpowiedziach z dnia 17.09.2013 dot. w/w postępowania omyłkowo udzielono odpowiedzi: „Tak” dla pytania nr 15 dot. pakietu nr 31 pkt. 13 ppkt 5.

Prawidłowa odpowiedź brzmi:

Dotyczy: pkt 13

5.Czy Zamawiający wymaga wykrywania co najmniej 20 kategorii zaburzeń rytmu serca, bez uwzględniania zaburzeń związanych z pracą stymulatora serca?

Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*