



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 26.09.2013 r.

DZPZ-530-Zp/81/PN-75/13

Wykonawcy – wszyscy

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę kontenerów do sterylizacji narzędzi operacyjnych–
Zp/81/PN-75/13*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

poz. nr 1

Czy w poz. nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na kontenery do sterylizacji narzędzi z odpowiedniej wielkości pokrywami, które składają się z aluminiowej wanny w rozmiarze 595 x 275 x 95 mm oraz w poz. nr 6 na kosze w rozmiarze 540 x 250 x 100 mm? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. nr 2

Czy w poz. nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na kontenery do sterylizacji narzędzi z odpowiedniej wielkości pokrywami, które składają się z aluminiowej wanny w rozmiarze 595 x 275 x 135 mm oraz w poz. na 4 i 5 na kosze w rozmiarze 540 x 250 x 70 mm? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

poz. nr 3

Czy w poz. nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na kontenery do sterylizacji narzędzi z odpowiedniej wielkości pokrywami, które składają się z aluminiowej wanny w rozmiarze 306 x 272 x 114 mm? **Odp. Nie**

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na kontenery, które posiadają pokrywy wykonane podobnie jak wanny z aluminium, które jest dużo tańsze niż tworzywo sztuczne. **Odp. Nie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kontenery z pokrywami wyposażonymi w wbudowane filtry, które wymagają wymiany po ok. 1200 cyklach sterylizacyjnych? Zobowiązujemy się jednocześnie do 4-krotnej nieodpłatnej wymiany filtrów (tak, aby zapewnić wymagane w SIWZ 5000 cykli sterylizacyjnych) na własny koszt i odpowiedzialność w trakcie użytkowania kontenerów przez Zamawiającego. **Odp. Nie**

Pytanie 3

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści aluminiową wannę kontenera o wymiarach 596 x 275 x 120 mm? **Odp. Nie**

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści aluminiową wannę kontenera o wymiarach 596 x 275 x 140 mm? **Odp. Nie**

poz. 3

Czy Zamawiający dopuści aluminiową wannę kontenera o wymiarach 296 x 275 x 120 mm? **Odp. Nie**

poz. 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści kosz do kontenera o wymiarach 515 x 245 x 60 mm? **Odp. Nie**

poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kosz do kontenera o wymiarach 515 x 245 x 100 mm? **Odp. Nie**

poz. 7, 8, 9

Czy Zamawiający dopuści pokrywę do kontenera 596x275x120, 596x275x140, 296x275x120mm? **Odp. Zgodnie z SIWZ**

poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrywę kontenera wykonaną z aluminium cechującą się bardzo wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne ? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści pokrywę kontenera posiadającą wbudowany na stałe zawór ciśnieniowo – próżniowy spełniający funkcję bariery biologicznej bez konieczności wymiany z 10 letnią gwarancją producenta. **Odp. Nie**

Pytanie 4, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 8 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”, **jednak nie więcej niż 10% wartości niewykonanej dostawy**

10 % **wartości brutto niezrealizowanej części** umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Czy w związku z brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**