

Wałbrzych 14.08.2008r.

Wykonawcy – wszyscy

dot. Zp/46/PN-34/08

Dostawa urządzenia do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej, kolonovideoskopu-giętkiego aparatu do oglądania jelita grubego, do usuwania endoskopowego polipu jelita oraz do biopsji jelita, foteli dializacyjnych, aparatów do EKG, pulsoksymetru stacjonarno-transportowego.

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie :

1. Czy Zmawiający może podać jakie akcesoria do aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej powinny być dostarczone wraz z aparatem?

Odpowiedź :

Wyposażenie minimalne w cenie oferty:

Aparat j.w specyfikacji + stolik z kroplówką automatyczną – 1 szt.

1. głowica do fako – 2 szt.
2. igły do fako 0,9mm 30° - 6 szt.
3. rękawy irygacyjne – 6 szt.
4. komora testowa 6 szt.
5. klucze do igieł
6. głowice bimanualne I/A – 2 szt.
7. wifrektom elektryczny – 2 szt.
8. noże do wifrektomu – 3 szt.
9. wifrektom pneumatyczny – 3 szt.
10. nasada do wifrektomu irygacyjnego – 2 szt.
11. diatermia biopolarna z przewodem – 2 szt.
12. kasetka sterylizacyjna na narzędzia – 2 szt.
13. kasetka jednorazowego użycia – 6 szt.
14. dreny jednorazowe do kaset jednodniowych – 18 szt.