



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 04.10.2013 r.

DZPZ-532-Zp/85/PN-79/13

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na adaptację ambulansu typu „P” na bazie samochodu Mercedes Benz 316 na ambulans typ „N” – Zp/85/PN-79/13*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu uchwytu do montażu transportera Ferno na stole medycznym czy też wymaga zaoferowania przez wykonawcę wspomnianego elementu. **Odp. Zamawiający nie posiada uchwytu do transportera Ferno na stole medycznym i prosi o zaoferowanie przez wykonawców wspomnianego elementu i zamontowanie go na lawecie.**

#### **Pytanie 2**

W związku z informacją umieszczoną przez Zamawiającego w załączniku nr 1 SIWZ dotyczącej posiadanej przez Zamawiającego sprężarki sprężonego powietrza, którą wykonawca mógłby wykorzystać podczas „adaptacji” prosimy o podanie parametrów posiadanego urządzenia.

**Odp. Zamawiający posiada sprężarkę GAST , model 71R647-P10-C322TX 0 nast. parametrach:**

**a)Motor 10G23767 Rok prod. 2010**

**b) 220/240 V 50 Hz 32,2 A 1400 obr**

**b)Pz = 370 W max 7,0 bar**

**c)Producent JUN-AIR International A/S ; Sundsholen 3-5 ;  
DK Norresundby**

Sprężarkę dostarczymy razem z pojazdem.

#### **Pytanie 3**

Z uwagi na fakt, iż wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego wystawiany jest do nowego (niezarejestrowanego) ambulansu, a w Państwa przypadku adaptacja / zmiana w zabudowie dotyczy ambulansu już zarejestrowanego i nie ma możliwości wykonania badań homologacyjnych a tym samym wystawienia wyciągu ze świadectwa homologacji, pragniemy zapytać czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia przez wykonawcę wspomnianego dokumentu? **Odp. Patrz zmiana specyfikacji.**

#### **Pytanie 4**

Ustawowym terminem płatności jest 30 dni, jest to okres w którym nie dolicza się kosztów finansowania. W przypadku dłuższego terminu koszty oferty (usługi) wzrośnie o koszt finansowania w sytuacji gdy głównym kryterium postępowania jest cena. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty z 30 dniowym terminem płatności? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.**

**Pytanie 5**

Czy w związku z faktem iż homologacja tyczy się tylko i wyłącznie pojazdów nowych nie zarejestrowanych i nie ma możliwości uzyskania oraz wystawienia homologacji na pojazd już zarejestrowany pragniemy zapytać czy zamiast homologacji wykonawca może dostarczyć wraz z ambulansem oświadczenie o zgodności wykonanej zabudowy z PNEN 1789? **Odp. Patrz zmiana specyfikacji.**