



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 07.10.2013 r.

DZPZ-530-Zp/86/PN-80/13

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Urologicznego Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” – Zp/86/PN-80/13.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1. Czy Zamawiający, mając na uwadze ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. i wymagania w zakresie świadczenia usług serwisowych przez autoryzowanego przedstawiciela upoważnionego przez wytwórcę, będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta, potwierdzającego wyłączność na sprzedaż i świadczenie usług serwisowych oferowanego aparatu ultrasonograficznego wraz z przeszkoleniem personelu w niniejszym postępowaniu? **Odp.** Nie.

Pyt. 2 pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z zakresem częstotliwości pracy 2-12 MHz? **Odp.** Nie.

Pyt. 3 pkt. D2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z klasyczną głowicą endorektalną, ale za to o szerszym przedziale częstotliwości? **Odp.** Nie.

Pyt. 4 pkt. F4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z możliwością rozbudowy o głowicę pediatryczną o zakresie 4-9 MHz, ale za to o kącie skanowania powyżej 150 stopni? **Odp.** Nie.

Pyt. 5 pkt. F5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry bez możliwości rozbudowy o objętościową pediatryczną? **Odp.** Nie.