

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

DZPZ-530-Zp/90/PN-84/13

Wałbrzych, 16.10.2013r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ *Dostawę Ergometru z bieżnią ruchomą i system zabezpieczający , aparatu EKG oraz dozowników tlenowych z nawilżaczem na wyposażenie Centrum Pulmonologii przy Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu*”.

-Zp/90/PN-84/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji w zakresie pakietu nr 3 do 4 tygodni od podpisania umowy?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 dotyczy pakietu nr 3 – Dozownik tlenowy z nawilżaczem.

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania dozownik przeznaczony do podawania tylko i wyłącznie tlenu lub tylko i wyłącznie powietrza?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania dozownik o przepływie 0-15 l/min.?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania butelkę wielokrotnego użytku wykonaną z poliamidu (nakrętka) i policarbonu (zbiornik)?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc „służący do podawania pacjentowi mieszanki tlenowo-powietrznej”. Na jakiej zasadzie ma zachodzić proces mieszania, podczas gdy dozownik jest podłączony do punktu poboru tylko tlenu lub tylko powietrza?

Odp. Do podawania tlenu.

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

Pyt. 3 dotyczy pakietu nr 2 – aparat EKG

l.p. 3

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG międzynarodowego producenta z własną automatyczną analizą i interpretacją?

Odp.Tak

l.p. 9

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wewnętrzną pamięcią 100 badań i z możliwością rozszerzenia o oprogramowanie do komputerowego EKG? Przy czym istnieje możliwość zintegrowania oprogramowania do komputerowego EKG ze szpitalnym systemem informatycznym.

Odp.Tak

l.p. 22

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z interfejsem komunikacyjny 1xUSB i 1x RS232?

Odp.Tak

l.p. 24

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z przetwornik A/C 13 bit?

Odp.Tak

l.p. 27

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez zapisu i odczytu badań z PenDriva, ale z możliwością rozszerzenia o oprogramowanie do komputerowego EKG?

Odp.Tak

l.p. 29

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o warze 3,2 kg? Przy czym Zamawiający wymaga wózka także nieco zwiększona waga nie będzie wpływała na jakość użytkowania aparatu.

Odp.Tak

l.p. Opcje rozbudowy:

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z następującymi opcjami rozbudowy:

- moduł LAN/WiFi do przewodowej/bezprzewodowej komunikacji z bazą zapisów EKG
- możliwość rozszerzenia o program do przeprowadzania prób wysiłkowych
- oprogramowanie do komputerowego EKG służące analizie i archiwizacji badań

Odp.Tak

Pyt. 4 dotyczy pakietu nr 2- aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG nie posiadający możliwości rozbudowy o opcję spirometrii?

Odp. Nie

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*