

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

DZPZ-530-Zp/90/PN-84/13

Wałbrzych, 17.10.2013r.

### **Wykonawcy-wszyscy**

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „*Dostawę Ergometru z bieżnią ruchomą i system zabezpieczający, aparatu EKG oraz dozowników tlenowych z nawilżaczem na wyposażenie Centrum Pulmonologii przy Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu*”.

-Zp/90/PN-84/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt. 1 dotyczy pakietu nr 1– Aparat Ergometr+ bieżnia ruchoma+ system zabezpieczający.**

1. Dot. pkt. 1: Czy Zamawiający dopuści komputer z systemem operacyjnym Windows 8 oraz możliwością downgrade'u do systemu Windows 7 Professional wraz z oprogramowaniem pracującym w środowisku Windows 7?

**Odp. Nie**

2. Dot. pkt. 3: Czy Zamawiający dopuści głowicę pomiarową w postaci turbiny spirometrycznej wielokrotnego użytku?

Głowice te wyróżniają się lepszymi parametrami od wymaganych przez Zamawiającego (zakres przepływu  $\pm 20$  l/s i wentylacja 0 -300l/min) i są równie proste w sterylizacji jak głowice pneumotachometryczne.

**Odp. Nie**

3. Dot. pkt. 8 i 9: Czy podane przez Zamawiającego wartości są to gabaryty/ciężar całego ergospirometru, czy jego części określonej przez Zamawiającego jako moduł pomiarowy?

**Odp. Moduł pomiarowy.**

Czy Zamawiający dopuści ergospirometr o wymiarach 230x165x85mm i wadze 1100g?

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku ( „Zdrowie” )

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

**Odp. Nie**

4. Dot. pkt. 11: Czy Zamawiający wymaga wersji mobilnej ergospirometru pozwalającej na montowanie urządzenia na pacjencie i pomiary w warunkach terenowych?

**Odp. Do montowania na pacjencie bez warunków terenowych.**

5. Dot. pkt. 15: Czy Zamawiający dopuści zestaw kalibracyjny z butlą o pojemności 1l. Butla ta pozwala na kalibrację urządzenia przez okres ½ do 1 roku w zależności o częstotliwości jej wykonywania. Stosowanie butli o dużej objętości w przypadku oferowanego ergospirometru nie ma uzasadnienia i ujemnie wpływa na dokładność kalibracji z uwagi na zjawisko starzenia się gazów w butli.

**Odp. Tak**

6. Dot. pkt. 24 3/, 4/ i 5/: Czy Zamawiający może wyjaśnić co rozumie pisząc podłączenie wyżej wymienionych urządzeń/systemów? Czy do ergospirometru? A może chodzi o instalację oprogramowania na komputerze obsługującym ergospirometr?

**Odp. Możliwość podłączenia w przyszłości dodatkowych modułów pomiarowych.**

7. Dot. pkt. 30: Czy Zamawiający dopuści bieżnie o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu 160kg?

**Odp. Nie**

8. Dot. pkt 33: Czy Zamawiający dopuści bieżnię o długości całkowitej 233cm?

**Odp. Tak**

**Pyt. 2 dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla pakietu nr 1 do 4 tygodni od daty zawarcia umowy?

**Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.**

*Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
mgr inż. Andrzej Stążka*