

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

DZPZ-530-Zp/90/PN-84/13/01

Wałbrzych, 18.10.2013r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „*Dostawę Ergometru z bieżnią ruchomą i system zabezpieczający, aparatu EKG oraz dozowników tlenowych z nawilżaczem na wyposażenie Centrum Pulmonologii przy Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu*”.

-Zp/90/PN-84/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dotyczy pakietu nr 2 – aparat EKG

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o następujących parametrach:

- Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3,6 i 12 odprowadzeń EKG
- **Odp. Tak**
- Pamięć wewnętrzna ponad 40 badań w spoczynku
- **Odp. Nie**
- Zapis na papierze termicznym formatu A4 o szerokości 210 mm
- **Odp. nie**
- Prędkość przesuwu papieru 5 / 25 / 50mm/s
- **Odp. Tak**
- Czułość 5 / 10 / 20 / 40 mm/Mv
- **Odp. Tak**
- Filtr zakłóceń mięśniowych 25 / 40 Hz
- **Odp. Tak**
- Interfejs komunikacyjny port RS232
- **Odp. Nie**
- Zapis i odczyt badań na karcie SD
- **Odp. Nie**

„Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” współfinansowanego z RPO WD, Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWD na lata 2007-2013

Umowa z dnia 11.08.2011r. UDA-RPDS.08.01.00-02.007/11-00

- Waga ok. 6 kg
- **Odp. Nie**

Pyt. 2 dotyczące projektu umowy – załącznik nr 3B do umowy

1. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Odp. Nie

2. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 3 na następujący:

„W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od daty zgłoszenia awarii.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

3. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 1 na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej 14 dni, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia realizacji zamówienia.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka