



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 23.10.2013 r.

DZPZ-530-Zp/92/PN-86/13

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego – Zp/92/PN-86/13

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 dopuści jednorazową pompę silikonową, pozbawioną elementów zawierających lateks i DEHP, niepirogenną, o pojemności maksymalnej 265 ml, przepływ 5,2 ml/godz. (całkowity czas podaży 48 godz.), nieprzepuszczalna dla promieni UV, zaopatrzona w system odpowietrzania, wskazane umieszczenie portu do napełnienia portu w miejscu łatwo dostępnym, pozwalającym na wygodne operowanie sprzętem. Dren pompy zaopatrzonej w końcówkę odpowietrzającą 0,02 um i filtrem cząsteczkowym 1,2um. Każda pompa posiada indywidualny system transportu (jednorazowego użytku). pakowana sterylnie. Razem z pompą w opakowaniu znajduje się zamykany sterylny woreczek z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia napełnionego infuzorka i wygody pacjenta przy noszeniu pompy, pompa z kapilarą stabilizującą temperaturę podawanego leku? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z drenem minimum 210 cm? **Odp. Nie**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 14, poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z oznaczeniem rozmiaru maski, wagi pacjenta i objętości wypełniającej mankiety na rurce zamiast na baloniku kontrolnym? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 4, dot. pakietu nr 18, poz. 1-15

Jeżeli Oferent zagwarantuje nie odkształcanie się łuku rurki intubacyjnej, to czy Zamawiający dopuści proste opakowanie folia-papier? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z wysokiej jakości tworzywa medycznego zamiast medycznego PCV? **Odp. Zamawiający dopuści polipropylen, PE.**

Pytanie 6, dot. pakietu nr 19, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne bez mankiety? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 7, dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści maski z czytelnymi oznaczeniami rozmiaru maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiety umieszczonymi na wierzchniej części rurki od strony łącznika ? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 8, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw okulistyczny sterylny, posiadający zintegrowany zbiornik z folią, torebka na płyny 22x29 cm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 6 tygodni od daty złożenia zamówienia? **Odp. Nie**

Pytanie 9, dot. pakietu nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4 masek do podawania tlenu dla dorosłych, biologicznie czystych o długości 2,1m . **Odp. Nie**

Pytanie 10, dot. pakietu nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 6 cewników do podawania tlenu, biologicznie czystych o długości 2,1m . **Odp. Nie**

Pytanie 11, dot. pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie nakłuwaczy automatycznych w opakowaniu a'100szt z przeliczeniem podanych ilości. **Odp. Tak**

Pytanie 12, dot. pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie maski do podawania tlenu z drenem o długości 2,1metra, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ. **Odp. Nie**

Pytanie 13, dot. pakietu nr 6

Prosimy o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu (wasy tlenowe) o długości 3m i 5m. **Odp. Tak**

Czy Zamawiający wymagając cewnika do podawania tlenu z regulacją ma na myśli regulację końcówek nosowych czy regulację mocowania (drenu). Prosimy o dopuszczenie regulacji mocowania (drenu). **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 14, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną 120x170cm z folią operacyjną i 2 kieszeniami na płyny. Serweta wykonana z włókniny, okienko z folią operacyjną o wym. 10x10cm. Posiada 2-wie kieszenie na płyny o wym. 20x25 cm, z usztywnieniem/kształtką metalową w górnej części kieszeni. 1 usztywnienie/kształtka metalowa o dług. 40cm, do ufiksowania całej serwety. Posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu FOLIA-PAPIER. **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 15, dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści zestawy do infuzji z zagiętą igłą Hubera i z przedłużaczem o parametrach:

- wskazane do podawania roztworów leków i do pobierania krwi przez podskórny wszczepiony port dostępu;
- igła Huber ze skrzydełkami do mocowania umożliwia dobre przyleganie do skóry;
- zacisk;
- łącznik końcowy Luer-Lock;
- nie zawierają lateksu, niepirogenne;
- sterylne;
- jednorazowego użytku;
- okres przydatności: 5lat; **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 16, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową wykonaną z PE, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Tak Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 17, dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z pełnym oznaczeniem na korpusie rurki (rozmiar, pojemność mankietu, przedział wagowy), spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 18, dot. pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści worki oddechowe silikonowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Tak, dopuści.**

Pytanie 19, dot. pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne w opakowaniu folia-papier bez profilu ułatwiającego zachowanie pamięci kształtu rurki. Pragniemy nadmienić, że rurki są odpowiednio wygięte i nie wymagają dodatkowo takiego opakowania. Oferowane przez nas rurki spełniają wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 20, dot. pakietu nr 19

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne z rozmiarem podanym na szyldzie, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 21, dot. pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe wielorazowego użytku niesterylne do sterylizacji w autoklawie? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski okrągłe? **Odp. Nie**

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 0, 1, 2, do wyboru przez Zamawiającego? **Odp. Tak**

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 3 lub 4 do wyboru przez Zamawiającego? **Odp. Tak**

poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 4? **Odp. Tak do wyboru z 3**

poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 5? **Odp. Tak do wyboru z 4**

Pytanie 22, dot. treści SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? **Odp. Tak**

Pytanie 23, dot. projektu umowy

§2 ust. 2

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowanie na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§4 ust. 2

W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 9 m-cy? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu termin dostawy z „5 dni” do „7 dni roboczych” oraz z „48h” na 3 dni robocze”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „7 dni” do „7 dni roboczych”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§6ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uzgodnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości niewykonanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

§11

Czy Zamawiający w celu uelastyczenia umowy i umożliwienia dokonania zmian w jej treści w szczególnych przypadkach, który na etapie zawierania umowy nie jest w stanie przewidzieć, wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy paragrafu o następującej treści:

1. Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadku:
 - a) wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia bądź braku wyrobu z innych przyczyn, nie zawinionych przez Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Kupującego, podając przyczynę braku wyrobu wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakującego wyrobu występujących w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Kupującemu dostarczenie brakującego wyrobu po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie. odpowiednik brakującego wyrobu musi posiadać takie same parametry oraz co najmniej taka sama jakość co wyrób zastępowany.
 - b) obniżenie ceny lub innych zmian korzystnych dla Kupującego.
 - c) w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych postanowień umowy. tj. zmian, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania przetargowego.
 - d) zmian cen brutto wynikających ze zmiany stawek VAT na skutek urzędowej zmiany przepisów celnych i podatkowych.
2. Zmiany umowy, o których mowa pkt. a, b, c dokonywane są w drodze aneksu do umowy.
3. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku powinien być dołączony projekt aneksu do umowy.
4. Zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia zgodnie z pkt. d) wynikająca ze zmiany podatku VAT, nie wymaga aneksu do umowy.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 24, dot. projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie we wzorze umowy par. 6 pkt. 5 zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Proponujemy wprowadzenie do umowy następującego zapisu: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Pytanie 25, dot. pakietu nr 6 poz. 1

W związku z dużą rozbieżnością w cenie, prosimy o określenie czy Zamawiający będzie zamawiał cewniki o długości 3m czy 4m, lub określenie ilości dla poszczególnych długości? **Odp. Zamawiający nie ma danych szacunkowych.**

Pytanie 25, dot. pakietu nr 19 poz. 1

Ze względu na nietypowy rozmiar rurki tracheotomijnej prosimy o dopuszczenie złożenia oferty w tej pozycji na rozm. 3,0 co umożliwi złożenie korzystnej ceny ofertowej. **Odp. Nie**

Pytanie 26, dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści igły z odpinanym uchwytem (zamiast skrzydełek) o rozmiarach : 19Gx19mm, 19Gx25mm, 20Gx16mm, 20Gx19mm, 20Gx25mm, 20Gx32mm? **Odp. Tak**

Pytanie 27, dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na igłę jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, nietoksyczna, niepirogenna, bez lateksu, bez DEHP, z łyżeczkowato wydrążonym ostrzem zapobiegającym uszkodzeniu membrany portu i ułatwiającym penetrację do jego wnętrza, załamana pod kątem 90 stopni, z drenem zamykanym zaciskiem, ze <skrzydełkami> ułatwiającymi uchwyt igły oraz jej mocowaniu. Igła pozwalająca na iniekcje pod wysokim ciśnieniem substancji kontrastujących - rozmiar 19G i 20G. Posiadająca system zapobiegania przypadkowemu zakłuciu przy usuwaniu igły, bez podstawy z gąbki.

Rozmiary igieł:

19Ga – 0,75' (19mm) i 1' (25,4mm) – pozwalająca na iniekcje pod wysokim ciśnieniem

20Ga – 0,50' (13mm), 0,75' (19mm) i 1' ((25,4mm) – pozwalająca na iniekcje pod wysokim ciśnieniem

22Ga – 0,50' (13mm), 0,75' (19mm) i 1' (25,4mm) – bez możliwości iniekcji pod wysokim ciśnieniem. **Odp.**

Tak jak w SIWZ.

Pytanie 28, dot. pakietu nr 8 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji pompy j.u. wyposażonej w jeden filtr cząsteczkowy 5 mikronów, bez dwóch dodatkowych filtrów cząsteczkowych oraz bez filtra odpowietrzającego, przy pozostałych parametrach bez zmian. **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 29, dot. projektu umowy

par. 2 ust. 2

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

par. 6 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu donoszącego o możliwości zmiany cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto przy stałości cen netto czy też zakłada stałość cen brutto? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

par. 8 ust. 1.2)

Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w § 8 ust 1.2) do wartości niezrealizowanej części umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Pytanie 30, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający, powołując się na dyrektywę 2007/47/EC oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia, stanowiących o ograniczeniu do niezbędnego minimum stosowanie produktów zawierających ftalany, będzie wymagał zaoferowania masek pozbawionych ftalanów i PCV? **Odp. Tak**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie najwyższej jakości masek tlenowych wykonanych z polipropylenu, tj. materiału pozbawionego szkodliwych dla zdrowia frakcji-ftalanów, bez PCV, wyposażonych w termoplastyczny, bezciśnieniowy, elastomerowy mankiet uszczelniający, ściśle obejmującym twarz łącznie z brodą, zapewniający dużo wyższą skuteczność natlenowania pacjenta, maska wyposażona w otwory boczne oraz wyprofilowaną część nosową, pozbawioną elementów metalowych-błazki, mocowanie maski za pomocą gumki [możliwość regulacji], w zestawie z maską dren tlenowy niezałamujący się – przekrój gwiazdkowy, zestaw mikrobiologicznie czysty. Dostępna w rozmiarach: dedykowanych osobom dorosłym i dzieciom. **Odp. Zgodnie z SIWZ**

Pytanie 31, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający, powołując się na dyrektywę 2007/47/EC oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia, stanowiących o ograniczeniu do niezbędnego minimum stosowanie produktów zawierających ftalany, będzie wymagał zaoferowania masek pozbawionych ftalanów i PCV? **Odp. Tak**

Czy Zamawiający wymaga by nebulizator pracował równie skutecznie w każdej pozycji, tj. zarówno pionowej jak i poziomej? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie najwyższej jakości zestawów, składających się z:

- masek wykonanych z polipropylenu, tj. materiału pozbawionego szkodliwych dla zdrowia frakcji-ftalanów, bez PCV, wyposażonych w termoplastyczny, bezciśnieniowy, elastomerowy mankiet uszczelniający, ściśle obejmującym twarz łącznie z brodą, zapewniający dużo wyższą skuteczność nebulizacji pacjenta, maska z wyprofilowaną częścią nosową pozbawioną elementów metalowych-błazki, mocowanie maski za pomocą gumki [możliwość regulacji],
- nebulizatory zdolne do prawidłowej pracy we wszystkich płaszczyznach, od wertykalnej do horyzontalnej, deponacja leku do tchawicy i oskrzeli, konstrukcja zbiorniczka z lekiem, zapewniająca maksymalne wykorzystanie leku, zmniejszono do minimum objętość zalegającą, 77% objętości aerozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów,
- dren tlenowy, niezałamujący się – przekrój gwiazdka.

Zestaw mikrobiologicznie czysty. Dostępny w rozmiarach: dedykowanych osobom dorosłym i dzieciom.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy oferowane nebulizatory mają deponować lek do tchawicy i oskrzeli? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 32, dot. pakietu nr 6

Zgodnie z Dyrektywą Dotyczącą Urządzeń Medycznych 93/42/EWG, która obowiązuje w Polsce, wazy tlenowe znajdują się w klasie IIa, a więc są zaklasyfikowane do nieinwazyjnych wyrobów medycznych i w związku z tym nie muszą być sterylne. Czy Zamawiający zgodnie z Dyrektywą dopuści wazy tlenowe w wersji mikrobiologicznie czystej, dł.1,8m, przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz? **Odp. Nie**

Zgodnie z Dyrektywą Dotyczącą Urządzeń Medycznych 93/42/EWG, która obowiązuje w Polsce, wazy tlenowe znajdują się w klasie IIa, a więc są zaklasyfikowane do nieinwazyjnych wyrobów medycznych i w związku z tym nie muszą być sterylne. Czy Zamawiający zgodnie z Dyrektywą dopuści wazy tlenowe w wersji mikrobiologicznie czystej, dł.5,0m, przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 33, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający, powołując się na dyrektywę 2007/47/EC oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia, stanowiących o ograniczeniu do niezbędnego minimum stosowanie produktów zawierających ftalany, będzie wymagał zaoferowania wyrobów pozbawionych ftalanów i PCV? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie najwyższej jakości rurek Guedel wykonanych z polipropylenu, tj. materiału pozbawionego ftalanów, (który się nie odkształca i nie mięknie w temperaturze ciała) przy zachowaniu pozostałych zapisów siwz. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 34, dot. pakietu nr 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie masek krtaniowych z oznaczeniem rozmiaru maski na: indywidualnym opakowaniu maski, baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, a także z oznaczeniem wagi pacjenta i objętości wypełniającej mankiet: na indywidualnym opakowaniu maski oraz w części proksymalnej korpusu maski. Pozostałe parametry zgodne z siwz. **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 35, dot. SIWZ

Dotyczy rozdział X pkt a)

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy w zakresie pakietów nr 18 i 20 Zamawiający wymaga dostarczenia po 1 próbce z każdej pozycji ww. pakietów czy po 1 próbce z całego pakietu w dowolnym rozmiarze? **Odp. Po 1 próbce z całego pakietu w dowolnym rozmiarze**

Pytanie 36, dot. projektu umowy

Dotyczy §2 ust 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy §4 ust 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczanie sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej. **Odp. Tak**

Dotyczy §4 ust 3.b)

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw „na cito” do 2 dni roboczych. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy §5 ust 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto towaru wyszczególnionego w ofercie przetargowej, o której mowa w §2 – w okresie obowiązywania umowy.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy §6 ust 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy §6 ust 4

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku niewuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy §6 ust 5

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany stawek w podatku VAT.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy §8 ust 1.2)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu wzoru umowy (Załącznika nr 3 do SIWZ) na: „10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Dotyczy §9 ust 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisów na: „W przypadku 3-krotnego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Pytanie 37, dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga igieł odpowiednich do MRI? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia ważnej oferty z igłami o długości od 15-25mm i grubości od 19-22G z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów. **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 38, dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający w trosce o uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej dopuści zaoferowanie w Pakiecie 8 poz. 1 pompę jednorazowego użytku samodozującą z filtrem cząstek stałych o wielkości 9 mikronów ? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Czy Zamawiający w trosce o uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej dopuści zaoferowanie w Pakiecie 8 poz. 1 pompę jednorazowego użytku samodozującą , która ze względu na swoją specyficzną budowę nie wymaga odpowietrzania a tym samym nie wymaga dodatkowego filtra odpowietrzającego ani systemu odpowietrzania, zapewniając tym samym podanie leku cytotoksycznego w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 39, dot. pakietu nr 1

Czy zamawiający w celu podwyższenia jakości nakłuwaczy wymaga ostrza silikonowanego ze stali nierdzewnej, szlifowanego typu ostrza trzyplaszczynowa, które jest wysoce komfortowe dla pacjenta, ponieważ nakłucie wykonywane jest w sposób bezbolesny oraz rana po nim w szybki sposób ulega zagojeniu?
Odp. Nie

Czy zamawiający wymaga nakłuwaczy sterylizowanych promieniami Gamma, których ostrze pozostaje sterylne przez 5 lat, aż do momentu usunięcia osłonki zabezpieczającej? **Odp. Nie**

Pytanie 40, dot. pakietu nr 8

Czy zamawiający dopuści pompę o objętości 250 ml? **Odp. Tak**

Czy zamawiający wymaga pompy o dokładności min 10% co jest gwarancją prawidłowej podaży leków?
Odp. Tak jak w SIWZ.

Czy zamawiający wymaga pompy o filtrach odpowietrzającym i cząsteczkowym min. 0,2 mikrona? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Czy zamawiający dopuści wielorazowy indywidualny system transportu? **Odp. Nie**

Czy zamawiający wymaga pompy charakteryzującej się precyzją i niezawodnością, poprzez konstrukcję zewnętrznej powłoki pompy (a nie sam nagi balon), która eliminuje wpływ ciśnienia atmosferycznego na podaż leku? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Czy zamawiający w opisie przedmiotu podając wymagania filtra odpowietrzającego rzędu 0,02 mikrona nie popełnił omyłki, mając na myśli filtr 0,2 mikrona? **Odp. Filtr 0,2 mikrona**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu nieprzepuszczalności promieni UV? **Odp. Nie**

Pytanie 41, dot. pakietu nr 11 poz. 4-5

Czy zamawiający kierując się zasadą konkurencyjności i obniżenia kosztów z utylizacją odpadów dopuści:

Pojemnik do bezpiecznego składowania odpadów medycznych, wykonany z tektury falistej dodatkowo powlekanej warstwą celulozy, o podwyższonej wytrzymałości (+/-450g/m²).

Posiadający trwale wklejony w środku worek LDPE o grubości min. 60 mikronów, a także konstrukcję uniemożliwiającą przypadkowe lub ponowne otwarcie po jego zamknięciu. Możliwość szczelnego zamknięcia worka foliowego. Konstrukcja umożliwiająca składowanie pojemników pionowo jeden na drugim. Maksymalne obciążenie pojemnika do 90kg. Wyposażony w boczne uchwyty do przenoszenia. Umieszczoną tabliczkę, która zawiera następujące opisy: data otwarcia, oraz zamknięcia opakowania, nazwa jednostki organizacyjnej, numer kodu odpadów, znak identyfikacyjny osoby obsługującej pojemnik. Graficzne oznakowanie o zawartości pojemnika jako odpady niebezpieczne. Możliwość przyknięcia wieka w celu zakrycia zawartości pojemnika, podczas gdy nie jest on jeszcze maksymalnie zapełniony. Czytelna, graficzna instrukcja złożenia pojemnika.

Wymagana pozytywna opinia Państwowego Zakładu Higieny o spełnieniu wymogów zawartych w ustawie o odpadach. Pojemniki o pojemności: 5,10. **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 42, dot. pakietu nr 12

Czy zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane ze średnio-sztywnego, nietoksycznego polietylenu? **Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

Pytanie 43, dot. pakietu nr 14

Czy zamawiający dopuści maski posiadające oznaczenia: rozmiaru maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet, opisane na rurce, natomiast na baloniku kontrolnym posiadające rozmiar maski? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 44, dot. pakietu nr 13

poz.1-4

Czy zamawiający kierując się zasadą konkurencyjności dopuści pojedynczą tackę? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

poz.2

Czy zamawiający dopuści wkłucie centralne z powłoką zewnętrzną impregnowaną środkiem bakteriobójczym? **Odp. Tak jak w SIWZ.**

Pytanie 45, dot. pakietu nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie igieł Hubera całkowicie zgodnych z opisem o długości od 15 - 25mm i grubości od 19 - 22G? **Odp. Tak**