

Wałbrzych 22.08.2008 r.

DZPZ/194/AR/08/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy odczynników , szybkich testów diagnostycznych i innych odczynników laboratoryjnych oraz odczynników do serologii grup krwi - Zp/52/PN-39/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 A poz. 1 wymaga testu do wykrywania krwi utajonej w kale o najwyższej czułości 10 ng/ml ?

Odp. Wymagana czułość 0,05 ng/ml.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala