

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907)**

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**
Adres zamawiającego: **ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) **(dalej, jako Pzp)**.

I. Przedmiot zamówienia:

Dostawa kolumny artroskopowej z kompletem narzędzi artroskopowych do zabiegów endoskopowych w zakresie chirurgii ortopedycznej do zabiegów na stawach kończyn górnych i dolnych .

CPV: 331000000-0, 33162100-4, 33168000-5.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: SIWZ).

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Projekt umowy stanowi załączniki nr 3 do SIWZ.

« Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp » oraz « Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp » stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 dotyczącymi przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl w zakładce « Przetargi ».

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego – Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4.

III. Termin realizacji zamówienia

Dostawa urządzenia w terminie **do 3 tygodni** od daty podpisania umowy.

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp.

V. Sposób oceny warunków

I.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	<u>na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. :</u> 1) posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia dostaw - na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.	brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp	<u>na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj.</u> 1) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru – na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; 2) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych w:

- **pkt. 2 tabeli** składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

- **ppkt. 1-** nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

- **ppkt. 2, 3** - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert).

B) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

C) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

D) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

VI. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w tabeli w Rozdz. V SIWZ, pkt. 1.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 24 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 2 pkt. 1-5 Pzp będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

- 4 500,00 zł. (słownie: cztery tysiące pięćset zł)

DATA UZNANIA WPLĄTY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJACEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 109, poz. 1158).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, budynek C,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
- 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
- 5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po spełnieniu któregośkolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od

07: 00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- mgr Agnieszka Rudzka – Specj. ds. zam. publ., tel. (74) 6489700, agnieszka.rudzka@zdrowie.walbrzych.pl.
- dr n. med. Czesław Jaremczyk – Ordynator Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej tel.(74) 6489604.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się

Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej, elektronicznej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po **30 dniach** od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony Zał. Nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz Wzór oferty– Zał. nr 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium .
3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp – Zał. Nr 4 do SIWZ.
4.	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp – Zał. Nr 4 do SIWZ.
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
8.	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
9.	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
10.	Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 107 poz. 679).
11.	Opisy, fotografie urządzenia w języku polskim.

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy

XI. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - części jawnej,
 - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, bud C – **Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**, w terminie do dnia **20.11.2013** r. do godziny **10.00**.
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **20.11.2013** r. o godz. **10.15**.
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej cenie:

Cena najniższa z oferty a

----- x 100 pkt = *ilość punktów dla oferty ocenianej*

Cena wyższa z oferty ocenianej o wyższej cenie

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVI. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków: zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M

Mariola Dudziak

Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenia: **08.11.2013 r.**

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - **Kolumna artroskopowa z kompletem narzędzi artroskopowych do zabiegów endoskopowych w zakresie chirurgii ortopedycznej do zabiegów na stawach kończyn górnych i dolnych.**

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

Lp.	Parametr	Wartość graniczna	Parametry oferowane	Uwagi
A.	ENDOKOPOWA KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI – 1szt.			
1.	Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki CMOS wysokiej rozdzielczości. – 1 szt	TAK		
2.	Głowica kamery wyposażona w min. 4 przyciski z możliwością sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła	TAK		
3.	Rozdzielczość kamery min. 1920x1080, progresywny skan obrazu.	TAK		
4.	Praca konsoli kamery w różnych trybach wysokiej rozdzielczości min. 3 tryby	TAK		
5.	Możliwość automatycznych ustawień parametrów dla zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie różnych specjalizacji zabiegowych typu artroskopia, laparoscopia, endoskopy giętkie.	TAK		
6.	Konsola kamery wyposażona w min. 3 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość min. 1920x1080).	TAK		
7.	Wyjścia cyfrowe DVI – min. 2szt.	TAK		
8.	Menu urządzenia w języku polskim	TAK		
9.	Zoom optyczny i cyfrowy min. x 1.8	TAK		
10.	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej	TAK		
11.	Sterylizacja głowicy min.: Steris System 1 / System 1E, Steris/Amsco V-PRO, tlenek etylenu, Sterrad 100S / NX / 100NX	TAK		
B.	MEDYCZNY MONITOR LCD – 2 szt.			
1.	Rozdzielczość obrazu min.1920x1080	TAK		
2.	Matryca monitora LCD z podświetleniem LED	TAK		
3.	Przekątna ekranu min. 26”, ekran panoramiczny	TAK		
4.	Kąt widzenia min. 89° x 89°	TAK		
5.	Wyświetlana ilość kolorów – min. 10 bitów	TAK		
6.	Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski	TAK		
7.	Oddzielny sygnał synchronizacji poziomej i pionowej	TAK		
8.	Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz	TAK		

	w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - minimum 4 efekty.			
9.	Wejścia min.: □ DVI, □ VGA, □ 3G/HD/SD-SDI, □ C-Video/SOG, □ S-Video, □ Component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS)	TAK		
10.	Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm	TAK		
11.	Osłona monitora wykonana z plastiku ochraniająca matrycę – 2 szt	TAK		
C.	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED – 1 szt.			
1.	Moc źródła światła min. 200W	TAK		
2.	Żywotność min. 16 000 godzin pracy	TAK		
3.	Wyświetlacz prezentujący poziom natężenia światła	TAK		
4.	Funkcja automatycznej regulacji natężenia światła	TAK		
5.	Menu urządzenia w języku polskim	TAK		
6.	Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta	TAK		
7.	Uniwersalne przyłącze do światłowodów (akceptacja końcówek światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów)	TAK		
8.	Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery.	TAK		
9.	Światłowód autoklawowalny w przezroczystej obudowie dł. min. 300 cm śr. min. 5 mm – 4 szt.	TAK		
10.	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej	TAK		
D.	CYFROWY REJESTRATOR OBRAZÓW MEDYCZNYCH WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI HD/HDTV - 1 szt.			
1.	Dotykowy panel sterujący LCD wbudowany w konsolę rejestratora zastępujący klawiaturę	TAK		
2.	Praca w szpitalnej sieci komputerowej – zapis danych na serwerze FTP lub DICOM	TAK		
3.	Wbudowany dysk twardy min. 1 TB	TAK		
4.	Zapis obrazów i sekwencji video na płytach CD, DVD, BluRay, urządzeniach typu I-pad lub I-phone, zewnętrznych pamięciach i	TAK		

	dyskach twardych USB 2.0			
5.	Zapis sekwencji video w rozdzielczości 1920x1080, skanowanie progresywne	TAK		
6.	Łatwość dokonania zapisu zdjęcia lub sekwencji video (ekran dotykowy, głowica kamery, pilot bezprzewodowy). Jednoczesna rejestracja obrazu z dwóch źródeł sygnału – dwa niezależne kanały wideo umożliwiające rejestrację z kamery endoskopowej i kamery wbudowanej w lampie operacyjnej.	TAK		
7.	Personalizacja zdjęć i sekwencji video – wpisywanie danych pacjenta.	TAK		
8.	Możliwość przesyłania obrazu w czasie rzeczywistym na wybrany komputer znajdujący się w szpitalu poprzez sieć szpitalną.	TAK		
9.	Zapis obrazów w formatach min.: JPEG, JPEG2K, TIFF, TGA, PNG – progresywne utrwalanie obrazu	TAK		
10.	Zapis video w formatach min.: □MPEG 2: 720 × 480, 720 × 576 □MPEG 4: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768,(SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080	TAK		
11.	Możliwość sterowania pracą urządzenia za pomocą głowicy kamery endoskopowej, bezprzewodowego pilota i dotykowego panelu sterującego.	TAK		
12.	Wejścia / wyjścia wideo min. □S-Video x 2, □sygnał kompozytowy x 1: (NTSC) 720 × 480, (PAL)720 × 576 □DVI x 2, RGBHV x 2 (przez złącza DVI-I), □(SXGA) 1280 × 1024,(XGA) 1024 × 768, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080	TAK		
13.	Zapis dźwięku stereo i komentarzy głosowych	TAK		
14.	Wydruk raportu pacjenta na kolorowej drukarce atramentowej (opcja)	TAK		
15.	Certyfikat medyczny	TAK		
E.	POMPA ARTROSKOPOWA – 1 szt			
1.	Pompa artroskopowa przeznaczona do kontrolowanego rozszerzania stawów podczas operacji artroskopowych	TAK		
2.	Pompa dwurołkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem	TAK		
3.	Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie	TAK		

	napływu/odpływu (dwutorowym)			
4.	Dreny w postaci szybko montowanych kaset	TAK		
5.	Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu	TAK		
6.	Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów	TAK		
7.	Możliwość podłączenia kaset dziennych	TAK		
8.	Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia min.168 stopni, przekątna min. 6,5 cala, rozdzielczość 640 x 480, skala kolorów 16-bitowy	TAK		
9.	Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego	TAK		
10.	Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników	TAK		
11.	Min. 4 prekonfigurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy	TAK		
12.	Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza)	TAK		
13.	Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy	TAK		
14.	Zakres ciśnienia: 0-150mmHg z możliwością regulacji co 5 mmHg	TAK		
15.	Dokładność pomiaru ciśnienie $\leq 1\%$	TAK		
16.	Przepływ 0-100% z możliwością regulacji co 10%	TAK		
17.	Funkcja opróżniania stawu	TAK		
18.	Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą 2 gniazd wyjścia zasilania sieciowego AC 240V	TAK		
19.	Zestaw kaset w torze napływu i odpływu – 18 szt	TAK		
F.	SHAVER ARTROSKOPOWY WRAZ Z KONSOLĄ NAPIĘDZAJĄCĄ – 2 szt			
1.	Interfejs użytkownika – dotykowy ekran LCD , format 16:9, rozdzielczość 800 x 480 pikseli	TAK		
2.	Możliwość sterowania pracą napędów poprzez sterownik nożny pięciopozycyjny przewodowy i bezprzewodowy z możliwością programowania funkcji.	TAK		
3.	Możliwość jednoczesnego przyłączenia do trzech napędów typu piła posuwisto-zwrotna, wiertarka ortopedyczna, piła oscylacyjna	TAK		
4.	Pompka perystaltyczna współpracująca z systemem drenów jednorazowych, o wydajności w zakresie 0-300ml/min	TAK		

5.	Możliwość współpracy urządzenia z napędami ortopedycznymi, neurochirurgicznymi i laryngologicznymi typu wiertarka, piła oscylacyjna, shaver	TAK		
6.	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej	TAK		
7.	Uchwyt shawera automatycznie rozpoznawany przez oferowaną konsolę, które dobiera optymalne nastawy pracy – 3 szt.	TAK		
8.	Zakres obrotów maksymalnych shawera do 12000 obr/min, oscylacje do 3000 cykli/min	TAK		
9.	Programowalne przyciski na uchwycie	TAK		
10.	Regulacja ssania 0-100%	TAK		
11.	Ostrza Shevera jednorazowe, automatycznie rozpoznawane przez konsolę, średnica oznaczona kolorem, kompatybilne z oferowanym shaverem, zakres ostrzy od 3,5 do 5,5mm - 10 szt	TAK		
G.	POMPA DO PRACY W NIEDOKRWIENIU – 1 szt.			
1.	Pompa dwukanałowa	TAK		
2.	Mobilny stojak do pompy	TAK		
3.	Mankiet uciskowy jednorazowy 112x10 cm, 1 komora (10 szt.)	TAK		
4.	Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) o wysokiej rozdzielczości	TAK		
5.	Wartość numeryczna dotychczasowego czasu napełnienia	TAK		
6.	Zakres czasu pracy min. 240 min	TAK		
7.	Wyświetlacz ciśnienia w postaci numerycznego wyświetlacza cyfrowego w czasie rzeczywistym z graficznym ciśnieniomierzem	TAK		
8.	Dokładność mierzenia ciśnienia $\pm 2\%$ lub 4 mmHg	TAK		
9.	Zakres ciśnienia 100 – 475 mmHg	TAK		
H.	NAPĘD ORTOPEDYCZNY – 2 szt			
1.	Zatraskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy, bez użycia dodatkowych narzędzi	TAK		
2.	Zasilanie napędów z oferowanej konsoli elektronicznej	TAK		
3.	Płynna regulacja ruchu obrotowego/oscylacyjnego	TAK		
4.	Silniki bezszczotkowe - nie wymagają konserwacji i smarowania	TAK		
5.	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem	TAK		
6.	Zabezpieczenie przed przeciążeniem	TAK		
7.	Metody sterylizacji – autoklaw („Flash”, „Hi-Vac”), tlenek etylenu (ETO), plazma	TAK		
8.	Obroty wiercenia lewo/prawo	TAK		
9.	Obroty maksymalne: 1500 obr/min	TAK		
10.	Obroty rozwiercania: 0÷520 obr/min	TAK		

11.	Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia: 1.58Nm	TAK		
12.	Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania: 4.18Nm	TAK		
13.	Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 5mm	TAK		
14.	Dwa przyciski do uruchamiania obrotów lewo/prawo osobnymi przyciskami oraz oscylacyjny tryb pracy (wciśnięte dwa przyciski)	TAK		
15.	Moc: 140W	TAK		
16.	Waga: 0.47kg	TAK		
17.	Przewód autoklawowalny sterujący do napędzania napędów – 4 szt	TAK		
18.	Nasadka do drutów Kirschnera 0.7-1.8mm – 2 szt	TAK		
19.	Nasadka do drutów Kirschnera 2.0-3.2mm – 2 szt	TAK		
20.	Nasadka wiertarska typu Jacobs 6.35mm z kluczykiem – 2 szt	TAK		
21.	Kaseta plastikowa do oferowanego zestawu – 2 szt.	TAK		
22.	Ostrze jednorazowe do mikropiły oscylacyjnej 9.0x0.38x25.0 – 2 szt	TAK		
23.	Ostrze jednorazowe do mikropiły oscylacyjnej 5.5x0.38x18.0 – 2 szt	TAK		
24.	Ostrze jednorazowe do mikropiły oscylacyjnej 5.5x0.51x11.5 – 2 szt	TAK		
I.	NAPĘD PIŁA OSCYLACYJNA – 2 szt.			
1.	Płynna regulacja ruchu obrotowego/oscylacyjnego	TAK		
2.	Silniki bezszczotkowe - nie wymagają konserwacji i smarowania	TAK		
3.	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem	TAK		
4.	Zabezpieczenie przed przeciążeniem	TAK		
5.	Metody sterylizacji – autoklaw („Flash”, „Hi-Vac”), tlenek etylenu (ETO), plazma	TAK		
6.	Częstotliwość: 25000 cykli/min	TAK		
7.	Skok ostrza (wychylenie kątowe): 5°	TAK		
8.	Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach (4 płaszczyzny), co 45° (0-360°)	TAK		
9.	Materiał obudowy: tytan	TAK		
10.	Moc: 131W	TAK		
11.	Waga: 0.15kg	TAK		
J.	NARZĘDZIA ARTOSKOPOWE MANULANE			
1.	Narzędzia artroskopowe, jednoczęściowe, w rozmiarze 2,7mm lub 3,4mm do wyboru z katalogu – 20 szt	TAK		
2.	Haczyk artroskopowy 5mm – 2 szt	TAK		
K.	OPTYKA ARTROSKOPOWA – 5 szt			
1.	Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna,	TAK		

	wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 4mm, kąt 30 stopni, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza 135-145mm – 1 szt. + plastikowy pojemnik do sterylizacji – 2 szt			
2.	Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 4mm, kąt 70 stopni, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza 160-165mm – 1 szt. + plastikowy pojemnik do sterylizacji – 1 szt	TAK		
3.	Kaniula artroskopowa, średnica 5,8mm, wyposażona w 2 zawory obrotowe, obturator ołówkowy do kaniuli – 1 szt.	TAK		
4.	Kaniula artroskopowa, średnica 5,8mm, wyposażona w 2 zawory obrotowe, obturator ołówkowy do kaniuli – 2 szt.	TAK		
5.	Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 4mm, kąt 30 stopni, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza 160-165mm – 2 szt. + plastikowy pojemnik do sterylizacji – 1 szt	TAK		
6.	Kaniula artroskopowa, średnica 5,8mm, wyposażona w 2 zawory obrotowe, obturator ołówkowy do kaniuli – 2 szt.	TAK		
7.	Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 2,3 mm, kąt 30 stopni, długość robocza 72mm – 1 szt. + plastikowy pojemnik do sterylizacji – 1 szt.	TAK		
8.	Kaniula artroskopowa, średnica 3,2mm, wyposażona w 2 zawory obrotowe, obturator ołówkowy do kaniuli – 1 szt.	TAK		
L.	STATYW DO MONITORA – 1szt			
1.	Podstawa zawierająca koła z możliwością zablokowania	TAK		
2.	Pneumatyczny system regulacji wysokości monitora	TAK		
3.	Montaż monitora w standardzie VESA	TAK		
4.	Uchwyt dostosowany do zasilacza monitora LCD.	TAK		
5.	Uchwyty zabezpieczające do prowadzenia przewodów wzdłuż stojaka	TAK		
6.	Możliwość regulacji kąta nachylenia monitora.	TAK		
7.	Uchwyt umożliwiający prowadzenie statywu	TAK		
8.	Przewód DVI, długość min. 8 m – 1szt	TAK		

Ł.	WÓZEK APARATUROWY			
1.	Wózek aparaturowy z atestem medycznym	TAK		
2.	Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół	TAK		
3.	Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm	TAK		
4.	Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami	TAK		
5.	W komplecie/ zestawie: - uchwyt do światłowodu - uchwyt na głowicę kamery - możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka - uchwyt dla pompy artroskopowej - wieszak na worki z płynem do irygacji - możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka - możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy	TAK		
6.	Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. min, 700 mm - 1 szt.	TAK		
7.	Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach	TAK		
8.	Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka	TAK		

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego
na **«Dostawa kolumny artroskopowej z kompletem narzędzi artroskopowych do zabiegów endoskopowych w zakresie chirurgii ortopedycznej do zabiegów na stawach kończyn górnych i dolnych » – Zp/97/PN-91/13**

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON:

NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy dostawę urządzenia medycznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) za wynagrodzeniem w kwocie:

„netto” PLN, (słownie:

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:

..... złotych).

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

UMOWA DOSTAWY Nr Zp/97/PN-91/13

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, **wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016**

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

.....

§ 1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na **«Dostawa kolumny artroskopowej z kompletem narzędzi artroskopowych do zabiegów endoskopowych w zakresie chirurgii ortopedycznej do zabiegów na stawach kończyn górnych i dolnych »** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r., nr ogłoszenia

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralne części umowy.

§ 2

Przedmiotem umowy jest dostawa kolumny artroskopowej z kompletem narzędzi artroskopowych do zabiegów endoskopowych w zakresie chirurgii ortopedycznej do zabiegów na stawach kończyn górnych i dolnych wraz z montażem, uruchomieniem i szczegółowym przeszkoleniem medycznego i technicznego personelu Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy z dniastanowiącą załącznik do niniejszej umowy

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 tj.: - dostarczenia przedmiotu umowy, montażu, uruchomienia oraz szczegółowego przeszkolenia medycznego i technicznego personelu Zamawiającego w terminie do **3 tygodni** od daty zawarcia umowy .

2.Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§ 4

1.Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 dostarczony zostanie przez Wykonawcę transportem na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym przedmiot dostawy przed uszkodzeniem.

2.Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 107 poz. 679) wraz z instrukcją obsługi w języku polskim oraz wszelką konieczną dokumentacją.

3.Dostarczony przedmiot umowy winien posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do użytku i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokościzł netto (słownie:) + VAT w należnej wysokości.

2.Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający m.in. dostawę, uruchomienie oraz przeszkolenie medycznego i technicznego personelu.

3.Zapłata nastąpi w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej, zgodnie z ust. 2 faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP -

5.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 6

1.Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres **36 miesięcy** licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

2.Wykonawca zapewnia :

- bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego,
- bezpłatne przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu,
- bezpłatni przegląd w miesiącu przed zakończeniem gwarancji.

3.W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od daty zgłoszenia awarii.

4. Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 7 dni liczony od momentu podjęcia naprawy.

6. W przypadku awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 7 dni Wykonawca gwarantuje dostarczenie urządzenia zastępczego na czas naprawy.

7. Wykonawca zapewnia przedłużenie gwarancji o czas przerwy w eksploatacji (czas naprawy gwarancyjnej).

8. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski wprzy ul., nr tel., nr faxu

9. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez minimum 7 lat od daty dostawy przedmiotu umowy.

§ 7

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

a) 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.

b) 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1.

§ 8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej 14 dni.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych i odszkodowania, zgodnie z § 7 ust. 1 i 3 umowy.

§ 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,

2) Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907).

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum

Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na **««Dostawa kolumny artroskopowej z kompletem narzędzi artroskopowych do zabiegów endoskopowych w zakresie chirurgii ortopedycznej do zabiegów na stawach kończyn górnych i dolnych » – Zp/97/PN-91/13** niniejszym oświadczamy iż :

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp,
- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

